

Suvestinė redakcija nuo 2010-08-06 iki 2016-04-04

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2009, Nr. [83-3453](#), i. k. 1092250ISAK000V-517

**LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
Į S A K Y M A S**

**DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 71:2009 „SOLIARIUMAI. SVEIKATOS
SAUGOS REIKALAVIMAI“ PATVIRTINIMO**

2009 m. birželio 29 d. Nr. V-517
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo (Žin., 2002, Nr. [56-2225](#); 2007, Nr. [64-2455](#)) 16 straipsnio 1 dalimi ir siekdamas užtikrinti soliariumų paslaugų saugą:

1. T v i r t i n u Lietuvos higienos normą HN 71:2009 „Soliariumai. Sveikatos saugos reikalavimai“ (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1998 m. birželio 15 d. įsakymą Nr. 327 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 71-1997 „Soliariumai. Įrengimo ir eksploatavimo taisyklės“ pakeitimo Nr. 1“ (Žin., 1998, Nr. [57-1609](#));

2.2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. vasario 5 d. įsakymą Nr. V-64 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 71:2003 „Soliariumai. Įrengimas ir eksploatavimas“ patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. [21-918](#)).

3. P a v e d u viceministrui pagal administravimo sritį kontroliuoti šio įsakymo vykdymą.

4. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2009 m. spalio 1 d.

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

ALGIS ČAPLIKAS

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2009 m. birželio 29 d.
įsakymu Nr. V-517

LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 71:2009 „SOLIARIUMAI. SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI“

I. TAIKYMO SRITIS

1. Ši higienos norma nustato pagrindinius soliariumų paslaugų sveikatos saugos reikalavimus. Higienos norma netaikoma soliariumams, naudojamiems gydymo tikslams.

2. Ši higienos norma privaloma visiems fiziniams, juridiniams asmenims ir juridinių asmenų ar kitų organizacijų, įsisteigusių Europos Sąjungos valstybėse narėse ir kitose Europos ekonominės erdvės susitarimą pasirašiusiose valstybėse, filialams (toliau – fiziniai ir juridiniai asmenys), projektuojantiems, statantiems, įrengiantiems, rekonstruojantiems statinius ir patalpas, kuriose teikiamos soliariumų paslaugos, paslaugų teikėjams bei kontroliuojančioms institucijoms.

II. NUORODOS

3. Teisės aktai, į kuriuos pateiktos nuorodos šioje higienos normoje:

3.1. 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (OL 2006 L 396, p. 1);

3.2. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas (Žin., 1996, Nr. [63-1479](#); 2008, Nr. [22-804](#));

3.3. Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymas (Žin., 1999, Nr. [52-1673](#); 2001, Nr. [64-2324](#));

3.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 7 d. nutarimas Nr. 544 „Dėl Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sąrašo ir šių darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. [41-1294](#); 2002, Nr. 73-3127);

3.5. *Neteko galios nuo 2010-08-06*

Punkto naikinimas:

Nr. [V-678](#), 2010-07-29, Žin. 2010, Nr. 93-4929 (2010-08-05), i. k. 1102250ISAK000V-678

3.6. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gegužės 15 d. įsakymas Nr. 288 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 64-1:2001 „Kosmetikos ir asmens higienos gaminiai. Didžiausias leidžiamas mikrobiologinis užterštumo lygis“ patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. [43-1526](#));

3.7. *Neteko galios nuo 2010-08-06*

Punkto naikinimas:

Nr. [V-678](#), 2010-07-29, Žin. 2010, Nr. 93-4929 (2010-08-05), i. k. 1102250ISAK000V-678

3.8. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. liepos 8 d. įsakymas Nr. 358 „Dėl Biocidų autorizacijos ir registracijos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. [79-3361](#));

Punkto pakeitimai:

3.9. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. V-757 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 62:2003 „Kosmetikos gaminiai: bendrieji reikalavimai, draudžiamos ir ribojamos medžiagos“ patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. [21-647](#));

3.10. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymas Nr. V-450 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių“ (Žin., 2003, Nr. [79-3605](#));

3.11. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymas Nr. V-455 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. [79-3606](#));

3.12. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. rugsėjo 3 d. įsakymas Nr. V-722 „Dėl Pranešimo (notifikavimo) apie į Lietuvos Respublikos rinką pateikiamus kosmetikos gaminius tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. [110-4692](#));

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-678](#), 2010-07-29, Žin., 2010, Nr. 93-4929 (2010-08-05), i. k. 1102250ISAK000V-678

3.13. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. liepos 2 d. įsakymas Nr. V-555 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2007 „Akustinis triukšmas. Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. [75-2990](#));

3.14. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. spalio 5 d. įsakymas Nr. V-791 „Dėl Ūkinės komercinės veiklos rūšių, kurioms būtinas leidimas-higienos pasas, sąrašo bei Leidimų-higienos pasų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. [106-4352](#));

3.15. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymas Nr. V-69 „Dėl Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo programos, Privalomojo higienos įgūdžių mokymo programos ir Privalomojo mokymo apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai mokymo programos patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. [14-490](#)).

III. SĄVOKOS IR APIBRĖŽIMAI

4. Šioje higienos normoje vartojamos sąvokos ir jų apibrėžimai:

apsauginių akinių ultravioletinės spinduliuotės praleidimo faktorius – apsauginių akinių praleisto ir į juos krintančio ultravioletinės spinduliuotės srautų dalmuo;

deginimosi soliariume seansas – vienas tam tikrą laikotarpį (min.) trunkantis deginimosi soliariume kartas;

soliariumas – patalpa (patalpos), kur teikiamos soliariumų paslaugos ir yra viena ar daugiau soliariumo įrangų;

soliariumo įranga – dirbtiniam įdegiui išgauti naudojama įranga, kurioje sumontuoti ultravioletinių spindulių spinduliuoliai;

ultravioletinė spinduliuotė – nejonizuojančioji elektromagnetinė spinduliuotė, kurios bangų ilgio diapazonas yra nuo 100 nm iki 400 nm;

ultravioletinių spindulių spinduliuoliai – odos švitinimo ultravioletine spinduliuote šaltiniai (lempas);

veiksmingoji energinė apšvieta – elektromagnetinės spinduliuotės kiekis (srautas), tenkantis tam tikram paviršiaus plotui.

IV. BENDROSIOS NUOSTATOS

5. Soliariumų paslaugų teikėjai privalo teikti tik saugias paslaugas [3.3].

6. Fiziniai, juridiniai asmenys ir juridinių asmenų ar kitų organizacijų, įsisteigusių

Europos Sąjungos valstybėse narėse ir kitose Europos ekonominės erdvės susitarimą pasirašiusiose valstybėse, filialai, teikiantys soliariumų paslaugas, šią veiklą gali vykdyti tik teisės akto [3.14] nustatyta tvarka gavę leidimą-higienos pasą. Leidimas-higienos pasas pateikiamas soliariumo paslaugų vartotojams gerai matomoje vietoje.

7. Soliariumuose parduodami ar kitaip paslaugų vartotojui pateikiami kosmetikos gaminiai turi atitikti teisės aktų reikalavimus [3.6, 3.9, 3.12]. Jie turi būti naudojami laikantis tinkamumo naudoti terminų ir naudojimo instrukcijų.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-678](#), 2010-07-29, Žin., 2010, Nr. 93-4929 (2010-08-05), i. k. 1102250ISAK000V-678

8. Patalpoms, prietaisams, įrangai valyti bei dezinfekuoti turi būti naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka leistos naudoti priemonės [3.1; 3.8]. Valymo ir dezinfekcijos priemonės turi būti paženklintos teisės aktų nustatyta tvarka, turi turėti saugos duomenų lapą ir naudojimo instrukcijas lietuvių kalba, Biocido autorizacijos ar registracijos liudijimo kopiją, kurie laikomi soliariumo paslaugų teikimo vietoje. Valymo ir dezinfekcijos priemonės turi būti naudojamos pagal gamintojo instrukcijas.

9. *Neteko galios nuo 2010-08-06*

Punkto naikinimas:

Nr. [V-678](#), 2010-07-29, Žin. 2010, Nr. 93-4929 (2010-08-05), i. k. 1102250ISAK000V-678

10. Soliariume turi būti įmonės pirmosios pagalbos rinkinys. Įmonės pirmosios pagalbos rinkinio sudėtis ir apimtis turi atitikti teisės akto reikalavimus [3.10].

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-678](#), 2010-07-29, Žin., 2010, Nr. 93-4929 (2010-08-05), i. k. 1102250ISAK000V-678

11. Draudžiama soliariumų paslaugas teikti jaunesniems nei 18 metų asmenims. Soliariumo paslaugų teikėjai turi teisę, o kai kyla abejonių, kad asmuo yra jaunesnis negu 18 metų, privalo iš norinčio įsigyti soliariumo paslaugą asmens reikalauti pateikti asmens amžių liudijantį dokumentą. Jeigu toks asmuo nepateikia amžių liudijančio dokumento, soliariumo paslaugų teikėjas privalo atsisakyti teikti jam paslaugą.

12. Soliariume apsilankiusiam paslaugų vartotojui prašant išduodama Soliariumo paslaugų teikimo kortelė, kurios forma pateikta šios higienos normos 2 priede, ir raštu pateikiama šios higienos normos 1 priede nurodyta informacija. Soliariumo paslaugų teikimo kortelę pildo už soliariumo paslaugų teikimą atsakingas soliariumo darbuotojas.

13. Soliariumo paslaugų teikimo kortelė pildoma paslaugos vartotojui prašant kiekvieną kartą prieš paslaugų vartotojui įsigyjant paslaugą.

14. Patalpoje (atskiroje zonoje) laukiantiems paslaugų vartotojams gerai paslaugų vartotojui matomoje vietoje turi būti raštu (tekstas spausdinamas ne mažesnėmis nei 14 šrifto dydžio raidėmis) pateikta informacija apie soliariumo įrangos (soliariumo įrangoje sumontuotų ultravioletinių spindulių spindulių) gamintojo rekomenduojamą deginimosi trukmę ir režimą bei šios higienos normos 1 priede nurodyta informacija. Paslaugų teikimo patalpoje, kurioje įrengta soliariumo įranga, gerai paslaugų vartotojui matomoje vietoje turi būti raštu (tekstas spausdinamas ne mažesnėmis nei 14 šrifto dydžio raidėmis) pateiktos soliariumo įrangos naudojimo instrukcijos lietuvių kalba bei šios higienos normos 1 priede nurodyta informacija.

15. Soliariumo paslaugų vartotojų patirti nelaimingi atsitikimai (traumos), susiję su soliariumo paslaugų teikimu, turi būti registruojami šios higienos normos 3 priede pateiktos formos Nelaimingų atsitikimų (traumų) registre. Nelaimingų atsitikimų (traumų) registrai saugomi 2 m. Pasibaigus duomenų saugojimo terminui duomenys sunaikinami. Asmens duomenys tvarkomi teisės akto nustatyta tvarka [3.2].

16. Soliariumo paslaugas teikiančioje įmonėje draudžiama teikti informaciją apie soliariumo gydomąjį, profilaktinį poveikį ar teigiamą poveikį sveikatai.

V. REIKALAVIMAI SOLIARIUMO PATALPOMS

17. Įrengiant vieną soliariumą plotas skaičiuojamas taip: soliariumo įrangos užimamas plotas ir ne mažiau kaip $2,2 \text{ m}^2$ prie kiekvienos įrangos. Viena soliariumo įranga nuo kitos turi būti atskirtos pertvaromis. Jeigu soliariumo įranga tiekama kartu su sumontuota persirengimo kabina, kabinos plotas turi atitikti įrangos gamintojo nurodytus parametrus, o kabinos įrengimas – šios higienos normos 20 punkto reikalavimus.

18. Soliariume turi būti įrengtos šios patalpos:

18.1. paslaugų teikimo patalpa (-os), kurioje (-iose) įrengta (-os) soliariumo įranga (-os);

18.2. patalpa (atskira zona) laukiantiems paslaugų vartotojams;

18.3. pagalbinė patalpa (zona) darbo priemonėms laikyti;

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-678](#), 2010-07-29, Žin., 2010, Nr. 93-4929 (2010-08-05), i. k. 1102250ISAK000V-678

18.4. Neteko galios nuo 2010-08-06

Punkto naikinimas:

Nr. [V-678](#), 2010-07-29, Žin. 2010, Nr. 93-4929 (2010-08-05), i. k. 1102250ISAK000V-678

18.5. tualetas. Jeigu soliariumas įrengiamas visuomeninės paskirties pastate, kuriame yra atskiras bendro naudojimo tualetas, įrengtas ne toliau kaip 50 m nuo soliariumo patalpų, soliariumo patalpose tualetų gali nebūti. Soliariumo paslaugų teikėjas turi užtikrinti, kad paslaugų vartotojai ir soliariumo darbuotojai soliariumo darbo laiku bet kuriuo metu galėtų pasinaudoti bendro naudojimo tualetu.

19. Soliariumo patalpose:

19.1. Neteko galios nuo 2010-08-06

Punkto naikinimas:

Nr. [V-678](#), 2010-07-29, Žin. 2010, Nr. 93-4929 (2010-08-05), i. k. 1102250ISAK000V-678

19.2. paslaugų teikimo patalpoje, kurioje įrengta soliariumo įranga, oro temperatūra turi būti ne žemesnė kaip 22°C ir ne aukštesnė kaip 28°C , santykinė oro drėgmė – nuo 35 % iki 60 %, oro judėjimo greitis šaltuoju metų laikotarpiu – nuo 0,05 iki 0,15 m/s, šiltuoju metų laikotarpiu – nuo 0,15 iki 0,25 m/s;

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-678](#), 2010-07-29, Žin., 2010, Nr. 93-4929 (2010-08-05), i. k. 1102250ISAK000V-678

19.3. patalpoje (atskiroje zonoje) laukiantiems paslaugų vartotojams, kurioje priimami (aptarnaujami) paslaugų vartotojai, dirbtinė apšvieta turi būti ne mažesnė kaip 500 lx. Jeigu patalpoje (atskiroje zonoje) laukiantiems paslaugų vartotojams neįrengtas natūralus apšvietimas, dirbtinei apšvietai turi būti naudojamos dienos šviesos (liuminescentinės) lempos. Paslaugų teikimo patalpoje, kurioje įrengta soliariumo įranga, dirbtinė apšvieta turi būti ne mažesnė kaip 200 lx;

19.4. tiekiamas šaltas ir karštas vanduo turi atitikti geriamojo vandens kokybės reikalavimus [3.11];

19.5. iš patalpų kylantis triukšmas su soliariumo patalpomis besiribojančiuose gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose (patalpose) bei jų aplinkoje neturi viršyti teisės akto nustatytų didžiausių leidžiamų akustinio triukšmo lygių [3.13].

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-678](#), 2010-07-29, Žin., 2010, Nr. 93-4929 (2010-08-05), i. k. 1102250ISAK000V-678

20. Soliariumo paslaugų teikimo patalpoje be soliariumo įrangos turi būti įrengta kabykla paslaugų vartotojo drabužiams, kėdė, veidrodys, spintelė (lentyna), atliekų surinkimo talpykla. Veidrodys soliariumo paslaugų teikimo patalpoje turi būti kabinamas tokioje vietoje, kad veikiant soliariumo įrangai neatspindėtų įrangos skleidžiamų spindulių.

21. Neteko galios nuo 2010-08-06

Punkto naikinimas:

Nr. [V-678](#), 2010-07-29, Žin. 2010, Nr. 93-4929 (2010-08-05), i. k. 1102250ISAK000V-678

22. Pagalbinėje patalpoje (zonoje) turi būti įrengtos atskiros spintelės (lentynos) valikliams, dezinfekcijos priemonėms ir valymo inventoriui bei atskiros spintelės (lentynos) kosmetikos gaminiams, švariems skalbiniams laikyti, nešvarių skalbinių talpykla.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-678](#), 2010-07-29, Žin., 2010, Nr. 93-4929 (2010-08-05), i. k. 1102250ISAK000V-678

23. Tualetui ir kitoms soliariumo patalpoms bei įrangai valyti turi būti naudojamas atskiras valymo inventorių. Tualetų valymo inventorių turi būti laikomas atskirai nuo kito valymo inventorių.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-678](#), 2010-07-29, Žin., 2010, Nr. 93-4929 (2010-08-05), i. k. 1102250ISAK000V-678

24. Tualete turi būti praustuvė ir rankų higienos priemonės, vienkartiniai rankšluosčiai arba rankų džiovintuvai, atliekų surinkimo talpykla.

25. Paslaugų teikimo patalpoje, kurioje įrengta soliariumo įranga, grindys turi būti lygios, lengvai valomos ir dezinfekuojamos.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-678](#), 2010-07-29, Žin., 2010, Nr. 93-4929 (2010-08-05), i. k. 1102250ISAK000V-678

26. Patalpų sienos, lubos, pertvaros turi būti padengtos spindulių neatspindinčia medžiaga.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-678](#), 2010-07-29, Žin., 2010, Nr. 93-4929 (2010-08-05), i. k. 1102250ISAK000V-678

VI. REIKALAVIMAI SOLIARIUMO ĮRANGAI

27. Soliariumo įranga turi būti techniškai tvarkinga.

28. Draudžiama teikti soliariumų paslaugas, jeigu yra įskilęs ar kitaip pažeistas soliariumo įrangos gultas, pažeistos ar nuimtos ultravioletinių spindulių filtrų plokštės (UV filtrai), neveikia soliariumo įrangos laikmatis.

29. Soliariumo paslaugų teikėjas turi turėti soliariumo įrangos gamintojo pateiktas įrangos technines charakteristikas, gamintojo (tiekėjo) atitikties deklaraciją, naudojimo ir priežiūros instrukciją, soliariumo įrangos techninės priežiūros planą, ultravioletinių spindulių spindulių techninių charakteristikų aprašymus. Minėti dokumentai turi būti pateikiami originalo ir lietuvių kalba. Dokumentai laikomi soliariumo paslaugų teikimo vietoje.

30. Soliariumo įranga turi būti montuojama ir naudojama pagal gamintojo rekomendacijas.

31. Draudžiama naudoti ultravioletinių spindulių spindulius pasibaigus jų gamintojo nurodytam darbo laikui ir sandėliuoti juos tam nepritaikytose soliariumo patalpose.

32. Kiekvienai soliariumo įrangai turi būti skirtos ne mažiau kaip dvi apsauginių akinių poros. Apsauginiai akiniai turi būti pažymėti CE ženklu. Ant apsauginių akinių (jų pakuotės, techniniuose dokumentuose ar naudojimo instrukcijoje) turi būti nurodytas apsauginių akinių ultravioletinės spinduliuotės praleidimo faktorius.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-678](#), 2010-07-29, Žin., 2010, Nr. 93-4929 (2010-08-05), i. k. 1102250ISAK000V-678

33. Apsauginių akinių ultravioletinės spinduliuotės praleidimo faktorius neturi viršyti 1 lentelėje nurodytų verčių.

1 lentelė. Didžiausias apsauginių akinių ultravioletinės spinduliuotės praleidimo faktorius

Eil. Nr.	Ultravioletinių spindulių bangos ilgis (λ), nm	Didžiausias ultravioletinės spinduliuotės praleidimo faktorius, %
1	2	3
1.	$250 < \lambda \leq 320$	0,1
2.	$320 < \lambda \leq 400$	1
3.	$400 < \lambda \leq 550$	5

34. Draudžiama teikiant soliariumų paslaugas naudoti pažeistus (įskilusius, subraižytus ir pan.) apsauginius akinius.

35. Draudžiama naudoti soliariumo įrangą, kurios ultravioletinių spindulių spinduliai skleidžia trumpesnių kaip 280 nm bangų ultravioletinę spinduliuotę.

36. Ultravioletinių spindulių spindulių skleidžiama veiksmingoji energinė apšvieta neturi viršyti $0,3 \text{ W/m}^2$ (nuo 280 iki 400 nm bangų ruože).

37. Neteko galios nuo 2010-08-06

Punkto naikinimas:

Nr. [V-678](#), 2010-07-29, Žin. 2010, Nr. 93-4929 (2010-08-05), i. k. 1102250ISAK000V-678

VII. REIKALAVIMAI SOLIARIUMO ĮRANGOS IR PATALPŲ PRIEŽIŪRAI

38. Soliariumo įrangos korpusas turi būti reguliariai valomas drėgna šluoste su valymo priemone saugant, kad į įrangos vidų nepatektų vandens.

39. Soliariumo įranga turi būti techniškai prižiūrima ir profilaktiškai tikrinama gamintojo nurodytu periodiškumu pagal gamintojo pateiktą techninės priežiūros planą. Techninės priežiūros darbai registruojami šios higienos normos 4 priede patvirtintos formos Soliariumo įrangos techninės priežiūros darbų registre. Soliariumo įrangos techninės priežiūros darbų registras saugomas 2 m. Pasibaigus duomenų saugojimo terminui duomenys sunaikinami. Asmens duomenys tvarkomi teisės akto nustatyta tvarka [3.2].

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-678](#), 2010-07-29, Žin., 2010, Nr. 93-4929 (2010-08-05), i. k. 1102250ISAK000V-678

40. Soliariumo įrangos ultravioletinių spindulių spinduliai keičiami ir valomi soliariumo įrangos (ultravioletinių spindulių spindulių) gamintojo nurodytu periodiškumu.

41. Soliariumo įrangos ultravioletinių spindulių spindulių keitimo ir valymo darbai registruojami šios higienos normos 5 priede patvirtintos formos Soliariumo įrangos ultravioletinių spindulių spindulių keitimo ir valymo darbų registre. Jeigu soliariume įrengta daugiau nei viena soliariumo įranga, kiekvienai įrangai pildomas atskiras Soliariumo įrangos ultravioletinių spindulių spindulių keitimo ir valymo darbų registras. Soliariumo įrangos ultravioletinių spindulių spindulių keitimo ir valymo darbų registras saugomas 2 m. Pasibaigus duomenų saugojimo terminui duomenys sunaikinami. Asmens duomenys tvarkomi teisės akto nustatyta tvarka [3.2].

42. Soliariumo įrangos ventiliaciniuose tarpuose susikaupusios dulkės šalinamos soliariumo įrangos gamintojo nurodytu periodiškumu.

43. Draudžiama uždengti oro įsiurbimo ir šilto oro išėjimo angas soliariumo įrangos ventiliatoriuje.

44. Soliariumo įrangos gultas ir apsauginiai akiniai po kiekvieno paslaugos vartotojo turi būti valomi dezinfekcinių savybių turinčiomis priemonėmis. Nuvalyti paviršiai pakartotinai nuvalomi šluoste, suvilgyta vandeniu.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-678](#), 2010-07-29, Žin., 2010, Nr. 93-4929 (2010-08-05), i. k. 1102250ISAK000V-678

45. Prie soliariumo įrangos patiestas kilimėlis dezinfekuojamas po kiekvieno paslaugos vartotojo arba dengiamas vienkartinio užtiesalu, kuris keičiamas po kiekvieno paslaugos vartotojo.

46. Paslaugų teikimo patalpa (-os), kurioje (-iose) įrengta (-os) soliariumo įranga (-os) bei tualetas turi būti švarūs visą laiką.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-678](#), 2010-07-29, Žin., 2010, Nr. 93-4929 (2010-08-05), i. k. 1102250ISAK000V-678

47. Soliariumo patalpose neturi būti nariuotakojų ir graužikų.

VIII. REIKALAVIMAI PASLAUGŲ TEIKĖJAMS

48. Asmenys, teikiantys soliariumų paslaugas, gali dirbti tik pasitikrinę sveikatą teisės akto nustatyta tvarka [3.4]. Asmens medicininė knygelė (sveikatos pasas) (forma Nr. 048/a), patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 (Žin., 1999, Nr. [103-2972](#)), laikoma soliariumo paslaugų teikimo vietoje.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-678](#), 2010-07-29, Žin., 2010, Nr. 93-4929 (2010-08-05), i. k. 1102250ISAK000V-678

49. Asmenys, teikiantys soliariumų paslaugas, turi būti įgiję žinių higienos įgūdžių ir pirmosios pagalbos teikimo klausimais bei turėti sveikatos žinių atestavimo pažymėjimus [3.15]. Sveikatos žinių atestavimo pažymėjimai laikomi soliariumo paslaugų teikimo vietoje.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-678](#), 2010-07-29, Žin., 2010, Nr. 93-4929 (2010-08-05), i. k. 1102250ISAK000V-678

50. *Neteko galios nuo 2010-08-06*

Punkto naikinimas:

Nr. [V-678](#), 2010-07-29, Žin. 2010, Nr. 93-4929 (2010-08-05), i. k. 1102250ISAK000V-678

INFORMACIJA PASLAUGŲ VARTOTOJAMS

1. Prieš naudojimąsi soliariumu būtina pasitarti su gydytoju dermatologu ar bendrosios praktikos gydytoju dėl savo odos tipo, vartojamų vaistų ir galimos organizmo reakcijos į ultravioletinę spinduliuotę.

2. Deginantis soliariume nerekomenduojama naudoti įdegį stiprinančius (skatinančius) kosmetikos gaminius.

3. Paslaugų vartotojo prašymu už soliariumo paslaugų teikimą atsakingas soliariumo darbuotojas privalo išduoti Soliariumo paslaugų teikimo kortelę ir ją užpildyti. Soliariumo paslaugų teikimo kortelę rekomenduojama pildyti prieš kiekvieną deginimosi soliariume seansą.

4. Soliariumu neturėtų naudotis:

4.1. I–II odos tipą turintys asmenys. Būtina iki pusės sumažinti soliariumo įrangos gamintojo rekomenduojamą pirmojo deginimosi soliariume seanso trukmę, jeigu I ir II odos tipą turintys asmenys nusprendžia naudotis soliariumu;

4.2. daug apgamų, strazdanų turintys asmenys;

4.3. praeityje stipriai nudegę saulėje asmenys;

4.4. turintys piktybinių odos pakitimų asmenys;

4.5. sirgę odos vėžiu ar turintys odos vėžiu sirgusių šeimos narių;

4.6. vartojantys odos jautrumą ultravioletiniams spinduliams padidinančius vaistus (preparatus) (pvz.: antibiotikai, antidepresantai, sulfanilamidai, diuretikai, psoralenai, vitaminas A, retinoidai, vaistai diabetui, grybelinių susirgimų gydymui, kontraceptiniai preparatai ir kt.);

4.7. nėščios moterys;

4.8. asmenys, sergantys odos ligomis (jungiamojo audinio sisteminėmis ligomis, odos raudonąja vilklige, sklerodermija), tuberkulioze, cukriniu diabetu, katarakta, tireotoksikoze bei užkrečiamosiomis ligomis);

4.9. asmenys, turintys širdies stimulatorius ar transplantuotus organus.

5. Deginimosi soliariume taisyklės:

5.1. deginantis soliariume kūno ir veido oda turi būti švari, nesutepta kremais, losjonais, dezodorantais arba kitomis kosmetinėmis priemonėmis, sausa;

5.2. soliariume negalima naudoti kosmetikos gaminių, apsaugančių nuo natūralių saulės spindulių poveikio;

5.3. būtina naudotis apsauginiais akiniais;

5.4. deginimosi soliariume trukmė ir režimas turi būti pasirenkami atsižvelgiant į odos tipą, odos jautrumą, soliariumo (soliariumo spinduolių) gamintojo rekomenduojamą deginimosi trukmę ir deginimosi režimą;

5.5. pirmojo deginimosi soliariume trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 10 min.;

5.6. deginimosi soliariume skaičius neturi viršyti dviejų kartų per savaitę ir daugiau kaip 30 kartų per kalendorinius metus;

5.7. tarp dviejų deginimosi seansų turi būti daroma ne trumpesnė kaip 48 val. pertrauka;

5.8. deginantis soliariume moterims rekomenduojama dengti krūtis;

5.9. deginantis soliariume rekomenduojama dengti plaukus, randus, tatuiruotas kūno vietas, nes tatuiruočių dažai gali blukti ar sukelti alerginę reakciją;

5.10. po deginimosi soliariume negalima tą pačią dieną degintis saulėje;

5.11. odoje atsiradus neišnykstančių patinimų, bėrimų, žaizdų arba pigmentinių apgamų būtina kreiptis į gydytoją.

6. Nesaikingo deginimosi pasekmės:

6.1.odos nudegimai;

6.2. akių pažeidimai (akies ragenos uždegimas (fotokeratitas), akies junginės uždegimas (fotokonjunktivitas), katarakta);

6.3.priešlaikinis odos senėjimas;

6.4.imuninės sistemos susilpnėjimas ir su tuo susijusi didesnė infekcinių susirgimų rizika;

6.5.odos vėžys, piktybiniai odos pakitimai.

ODOS TIPAI IR ODOS REAKCIJA Į ULTRAVIOLETINIUS SPINDULIUS

Odos tipas	Apibūdinimas	Reakcija į ultravioletinius spindulius
1	2	3
I	Oda labai balta, strazdanota. Plaukai šviesūs, rausvi. Akys žydros, šviesiai pilkos, šviesiai rudos.	Oda visada nudega (parausta), bet neįdega (neparuduoja).
II	Oda balta. Plaukai šviesūs, rausvi, rudi. Akys mėlynos, pilkos, šviesiai rudos, rudos.	Oda nudega (parausta), beveik neįdega (neparuduoja).
III	Oda balta, gelsva, šviesiai ruda. Plaukai tamsiai rudi. Akys tamsiai rudos.	Oda nudega retai, įdega palaipsniui.
IV	Oda ir plaukai tamsūs. Akys tamsiai rudos.	Oda beveik niekada nenudega, įdega greitai ir stipriai.

SOLIARIUMO PASLAUGŲ TEIKIMO KORTELĖ

Pradėta pildyti 20_____ m. _____ mėn. _____ d.

Paslaugų vartotojo (-os) odos tipas (*pažymėti x*): ☐ - I, ☐ - II, ☐ - III, ☐ - IV.

Deginimosi seansas (kartas)	Deginimosi trukmė (min.)	Deginimosi data	Soliariumo įrangos gamintojo rekomenduojama deginimosi trukmė (min.)	Soliariumo įrangos pavadinimas, modelis, identifikaciniai duomenys (žymuo, pagal kurį galima identifikuoti įrenginį)	Soliariumo paslaugas teikusios įmonės pavadinimas, paslaugų teikimo vietos adresas	Kortelę užpildžiusio soliariumo darbuotojo v., pavardė, pareigos, parašas
1	2	3	4	5	6	7
1-as						
2-as						
3-as						
4-as						
5-as						
6-as						
7-as						
8-as						
9-as						
10-as						
11-as						
12-as						
13-as						

Deginimosi seansas (kartas)	Deginimosi trukmė (min.)	Deginimosi data	Soliariumo įrangos gamintojo rekomenduojama deginimosi trukmė (min.)	Soliariumo įrangos pavadinimas, modelis, identifikaciniai duomenys (žymuo, pagal kurį galima identifikuoti įrenginį)	Soliariumo paslaugas teikusios įmonės pavadinimas, paslaugų teikimo vietos adresas	Kortelę užpildžiusio soliariumo darbuotojo v., pavardė, pareigos, parašas
1	2	3	4	5	6	7
14-as						
15-as						
16-as						
17-as						
18-as						
19-as						
20-as						
21-as						
22-as						
23-as						
24-as						
25-as						
26-as						
27-as						
28-as						
29-as						
30-as						

DĖMESIO!

1. Pirmojo deginimosi soliariume trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 10 min.
2. I ir II odos tipus turintiems asmenims būtina iki pusės apriboti soliariumo įrangos gamintojo rekomenduojamą pirmojo deginimosi soliariume trukmę.
3. Deginimosi soliariume skaičius neturi viršyti dviejų kartų per savaitę ir daugiau kaip 30 seansų (kartų) per kalendorinius metus.

4. Tarp dviejų deginimosi seansų turi būti daroma ne mažesnė kaip 48 val. pertrauka.
5. Po deginimosi soliariume negalima tą pačią dieną degintis saulėje.

(Registro forma)

NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ (TRAUMŲ) REGISTRAS

(soliariumo paslaugas teikiančios įmonės pavadinimas, adresas, paslaugų teikimo vietos adresas)

Eil. Nr.	Nelaimingo atsitikimo (traumos) data, laikas	Nukentėjusio paslaugų vartotojo vardas, pavardė, gimimo metai, adresas	Nelaimingo atsitikimo (traumos) vieta (soliariumo įranga, grindys, dušas ir pan.)	Nelaimingo atsitikimo (traumos) pobūdis (nudegimas, sumušimas, nubrozdinimas, lūžis, šilumos smūgis ir pan.), sužalota kūno vieta	Nelaimingo atsitikimo (traumos) aplinkybės ir priežastys (trumpas įvykio aprašymas)	Nelaimingą atsitikimą (traumą) registravusio asmens pareigos, vardas, pavardė
1	2	3	4	5	6	7

Lietuvos higienos normos HN 71:2009
„Soliariumai. Sveikatos saugos reikalavimai“
4 priedas

(Registro forma)

SOLIARIUMO ĮRANGOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DARBŲ REGISTRAS

(soliariumo paslaugas teikiančios įmonės pavadinimas, adresas, paslaugų teikimo vietos adresas)

[illegible]

Eil. Nr.	Soliariumo įrangos pavadinimas, modelis, identifikaciniai duomenys (žymuo, pagal kurį galima identifikuoti įrenginį)	Soliariumo įrangos dirbtų valandų skaičius	Techninės priežiūros darbo atlikimo data	Techninės priežiūros darbo aprašymas	*Keistos soliariumo įrangos detalės pavadinimas, identifikaciniai duomenys	Techninės priežiūros darbus atlikusio asmens vardas, pavardė, pareigos, parašas
1	2	3	4	5	6	7

* Keičiant soliariumo įrangos ultravioletinių spindulių spinduolius gali būti nepildoma. Tokiu atveju pildomas šios higienos normos 5 priedas.

(Registro forma)

SOLIARIUMO ĮRANGOS ULTRAVIOLETINIŲ SPINDULIŲ (UV) SPINDUOLIŲ KEITIMO IR VALYMO DARBŲ REGISTRAS

(soliariumo paslaugas teikiančios įmonės pavadinimas, adresas, paslaugų teikimo vietos adresas)

(soliariumo įrangos pavadinimas, žymuo, pagal kurį galima identifikuoti įrenginį)

Eil. Nr.	Soliariumo įrangos UV spinduolių pavadinimas, modelis, identifikaciniai duomenys (žymuo, pagal kurį galima identifikuoti spinduolį), skaičius	Soliariumo įrangos UV spinduolių dirbtų valandų skaičius	Soliariumo įrangos UV spinduolių valymo data	Soliariumo įrangos UV spinduolių keitimo data	Pakeisto (naujo) soliariumo įrangos UV spinduolio pavadinimas, identifikaciniai duomenys	Soliariumo įrangos UV spinduolių keitimo ir (ar) valymo darbus atlikusio asmens vardas, pavardė, pareigos, parašas
1	2	3	4	5	6	7
1.	*Soliariumo įrangos apatinės dalies UV spinduoliai:					
1.1.	...					
2.	*Soliariumo įrangos viršutinės dalies UV spinduoliai:					
2.1.	...					
3.	*Soliariumo įrangos šoninės dalies UV spinduoliai:					
3.1.	...					
4.	*Soliariumo įrangos veido UV					

Eil. Nr.	Soliariumo įrangos UV spinduolių pavadinimas, modelis, identifikaciniai duomenys (žymuo, pagal kurį galima identifikuoti spinduolį), skaičius	Soliariumo įrangos UV spinduolių dirbtų valandų skaičius	Soliariumo įrangos UV spinduolių valymo data	Soliariumo įrangos UV spinduolių keitimo data	Pakeisto (naujo) soliariumo įrangos UV spinduolio pavadinimas, identifikaciniai duomenys	Soliariumo įrangos UV spinduolių keitimo ir (ar) valymo darbus atlikusio asmens vardas, pavardė, pareigos, parašas
1	2	3	4	5	6	7
	spinduoliai:					
4.1.	...					
5.	*Soliariumo įrangos pečių UV spinduoliai:					
5.1.	...					

* Pildoma (gali būti keičiama) priklausomai nuo soliariumo įrangos modelio ir komplektacijos.

Pakeitimai:

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-678](#), 2010-07-29, Žin., 2010, Nr. 93-4929 (2010-08-05), i. k. 1102250ISAK000V-678

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. V-517 "Dėl Lietuvos higienos normos HN 71:2009 "Soliariumai. Sveikatos saugos reikalavimai" patvirtinimo" pakeitimo