

***Suvestinė redakcija nuo 2001-01-01 iki 2002-03-16***

*Įsakymas paskelbtas: Žin. 1999, Nr. [51-1650](#), i. k. 0992250ISAK00000279*

## **LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS**

### **Į S A K Y M A S**

### **DĖL TRETINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LICENCIJAVIMO REIKALAVIMŲ**

1999 m. birželio 7 d. Nr. 279

Vilnius

Įgyvendindamas Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymą (Žin., 1998, Nr. 109-2995) ir vykdydamas Įstaigų sveikatos priežiūros licencijavimo taisykles (Žin., 1999, Nr. 23-670),

#### **1. T v i r t i n u:**

##### **1. Bendruosius tretinės sveikatos priežiūros licencijavimo reikalavimus:**

###### **1.1. radiologijos tarnybai (1 priedas);**

###### **1.2. Neteko galios nuo 2001-01-01**

*Punkto naikinimas:*

*Nr. [631](#), 2000-11-09, Žin. 2000, Nr. 100-3189 (2000-11-22), i. k. 1002250ISAK00000631*

###### **1.3. transfuziologijos tarnybai (3 priedas).**

##### **2. Nustatau, kad:**

2.1. tretinė sveikatos priežiūra teikiama visą parą taikant sudėtingus tyrimo ir gydymo būdus, kuriems būtinas įvairių tarnybų bei įvairių profilių specialistų bendradarbiavimas;

###### **2.2. įstaiga, teikianti tretinę sveikatos priežiūrą, turi atitikti:**

###### **2.2.1. bendruosius tretinės sveikatos priežiūros licencijavimo reikalavimus, keliamus:**

###### **2.2.1.1. radiologijos tarnybai, nustatytus šio įsakymo 1 priede,**

###### **2.2.1.2. patologijos tarnybai, nustatytus šio įsakymo 2 priede,**

###### **2.2.1.3. transfuziologijos tarnybai, nustatytus šio įsakymo 3 priede,**

2.2.1.4. atestuotai tretinio lygio laboratorijai, nustatytus SAM 1998 12 11 įsakymu Nr. 737 (Žin., 1998, Nr. 111-3092),

2.2.1.5. suaugusiųjų reanimacijai ir intensyviajai terapijai, nustatytus SAM 1999 03 16 įsakymo Nr. 120 2 priede ir(ar) vaikų reanimacijai ir intensyviajai terapijai, nustatytus SAM 1999 03 16 įsakymo Nr. 120 3 priede (Žin., 1999, Nr. 28-812),

2.2.1.6. reabilitacijos skyriui, nustatytus SAM 1999 02 25 įsakymo Nr. 92 5 priede (Žin., 1999, Nr. 22-626);

2.2.2. sveikatos apsaugos ministro patvirtintus atitinkamų profilių tretinės sveikatos priežiūros teikiamų paslaugų ir tvarkos reikalavimus;

2.3. įstaigoje turi būti atliekamos Medicinos normoje MN 58: 1997 „Klinikinės fiziologijos gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija, atsakomybė“ reglamentuotos procedūros, būtinos atitinkamam ligų gydymo profiliui;

2.4. šio įsakymo 2.2 punkto reikalavimai netaikomi licencijuojant specializuotas psichiatrijos, fiziatrijos, reabilitacijos ir sanatorines gydymo įstaigas.

#### **3. Pavedu:**

3.1. Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos, licencijuojant sveikatos priežiūros įstaigas, vadovautis šiuo įsakymu patvirtintais reikalavimais;

3.2. šio įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui V. Basiui.

L. E. SVEIKATOS APSAUGOS  
MINISTRO PAREIGAS

MINDAUGAS STANKEVIČIUS

## PATVIRTINTA

l. e. sveikatos apsaugos ministro pareigas  
1999 m. birželio 7 d. įsakymu Nr. 279  
1 priedas

**BENDRIEJI TRETINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LICENCIJAVIMO REIKALAVIMAI  
RADIOLOGIJOS TARNYBAI**

1. Personalas:
  - 1.1. gydytojai radiologai;
  - 1.2. gydytojai, turintys intervencijos radiologo sertifikatą;
  - 1.3. gydytojai tyrėjai, turintys echoskopuotojo ar rentgenodiagnostiko sertifikatą;
  - 1.4. radiologijos laborantai.
2. Medicinos prietaisai:
  - 2.1. ultragarso aparatūra su doplermetrinio režimu bei punkciniais priedais;
  - 2.2. kompiuterinis tomografas (III–IV generacijos)\*;
  - 2.3. mamografas;
  - 2.4. angiografas\*;
  - 2.5. stacionariniai rentgeno aparatai (2–3 darbo vietų) su EOS ir vaizdo sistema;
  - 2.6. radionuklidinės diagnostikos įranga (įskaitant GAMA kamerą bei specialias kompiuterines programas)\*;
  - 2.7. magnetinio rezonanso tomografas\*;
  - 2.8. osteodensitometras\*;
  - 2.9. skaitmeninė vaizdo apdorojimo sistema;
  - 2.10. kompiuterinis tinklas diagnostinio vaizdo analizei, archyvavimui bei perdavimui;
  - 2.11. diagnostinio vaizdo kokybės kontrolės sistemos (sensitometrai, densitometrai, ph-metrai ir kt.);
  - 2.12. radiacinės bei individualios saugos priemonės;
  - 2.13. automatinio ryškinimo procesoriai bei fotolaboratorinė įranga;
  - 2.14. dozimetrinė aparatūra.

---

**2 priedas.** *Neteko galios nuo 2001-01-01*

*Priedo naikinimas:*

Nr. [631](#), 2000-11-09, *Žin. 2000, Nr. 100-3189 (2000-11-22)*, i. k. 1002250ISAK00000631

---

\* tretinę sveikatos priežiūrą teikiančios įstaigos gali sudaryti sutartis dėl tyrimų šiais aparatais atlikimo.

## **BENDRIEJI TRETINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LICENCIJAVIMO REIKALAVIMAI TRANSFUZIOLOGIJOS TARNYBAI**

1. Patalpos:
    - 1.1. donorų laukiamasis;
    - 1.2. laboratorija (tyrimai gali būti atliekami įstaigos laboratorijoje);
    - 1.3. donorinė;
    - 1.4. operacinė;
    - 1.5. ekspedicija;
    - 1.6. patalpa kraujo preparatams saugoti.
  2. Medicinos prietaisai:
    - 2.1. svarstyklės;
    - 2.2. plastikinių maišelių vamzdelių suvirinimo aparatas – 1 aparatas 2 donorų vietoms;
    - 2.3. gamybinė centrifuga;
    - 2.4. plazmos trauktuvas;
    - 2.5. buitiniai šaldytuvai (kraujui, jo komponentams saugoti). Pageidaujama turėti medicininius šaldytuvus su aliarmo sistema;
    - 2.6. šaldiklis su aliarmo sistema (žemos temperatūros šaldytuvas, temperatūra iki -25°–30°C);
    - 2.7. kraujo separatorius (pageidaujama);
    - 2.8. pageidaujama turėti plazmos trauktuvą su optine sistema ir maišytuvą-svarstyklės, fiksuojančias svorį ir kraujo davimo trukmę;
    - 2.9. pageidaujama turėti kraujo fotomodifikacijos aparatą.
  3. Personalas:
    - 3.1. gydytojai, turintys transfuziologo sertifikatą;
    - 3.2. vidaus ligų gydytojai;
    - 3.3. bendrosios praktikos slaugytojai;
    - 3.4. laboratorijos gydytojai arba medicinos biologai (jei transfuziologijos tarnyboje yra laboratorija);
    - 3.5. klinikos laborantai (jei transfuziologijos tarnyboje yra laboratorija).
- 

### **Pakeitimai:**

1.  
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas  
Nr. [631](#), 2000-11-09, Žin., 2000, Nr. 100-3189 (2000-11-22), i. k. 1002250ISAK00000631  
Dėl Patologijos tyrimų kokybės reikalavimų tvirtinimo