

Apie šį klausimyną, jo naudą jums ir jūsų teises

Nuo 2011 m. vis daugiau planinių patikrinimų privaloma atlikti naudojant kontrolinius klausimynus. Šie klausimynai – tai verslo priežiūros institucijų pertvarkos dalis.

Jų nauda:

- **patogumas** – svarbiausių teisės aktų reikalavimų sąvadas;
- **verslininkas prieš patikrinimą turi galimybę sužinoti, kas bus tikrinama;**
- **verslininkas gali nesibaiminti baudų ir kitų griežtų poveikio priemonių, jei jo vykdoma veikla atitinka klausimyne nurodytus reikalavimus.**



**LIETUVOS
METROLOGIJOS
INSPEKCIJA**

PATVIRTINTA

Lietuvos metrologijos inspekcijos
viršininko 2022 m. balandžio 27 d.
įsakymu Nr. 11V-88(1.2)

Jeigu buvo nustatytas teisės aktų reikalavimų pažeidimas, kuris laikomas mažareikšmiu, jis turi būti nedelsiant ištaisytas žodinę pastabą pareiškusio patikrinimą atlikusio inspektoriaus akivaizdoje ir poveikio priemonė neskiriama. Jeigu mažareikšmio pažeidimo nedelsiant ištaisyti negalima, turi būti pateikiamas rašytinis nurodymas pažeidimą pašalinti per protingą terminą. Terminas gali būti pratęstas tik vieną kartą.

Jeigu norite pasikonsultuoti dėl į šį klausimyną įtrauktų reikalavimų ar esate nepatenkinti jus tikrinančio asmens veiksmais, kreipkitės į Lietuvos metrologijos inspekciją telefonu 870 668 011 arba el. paštu metrinsp@metrinsp.lt.

Jeigu jums kyla abejonių dėl klausimyne nurodytų reikalavimų pagrįstumo, manote, kad klausimai suformuluoti neteisingai, turite pastebėjimų ar pasiūlymų, prašome rašyti Lietuvos metrologijos inspekcijai el. paštu metrinsp@metrinsp.lt. Lietuvos metrologijos inspekcija užtikrins, kad būtų atlikti reikalingi pakeitimai.

Visus klausimynus galite rasti Lietuvos metrologijos inspekcijos internetinėje svetainėje adresu <https://metrinsp.lrv.lt/lt/ukio-subjektu-prieziura/kontroliniai-klausimynai-3>.

Kelių tiesimo, remonto ir priežiūros įmonių matavimo priemonių naudojimo kontrolinis klausimynas

(Lietuvos metrologijos inspekcijos _____ regiono skyriaus teisinės metrologijos reikalavimų
laikymosi patikrinimo akto 20__ m. _____ d. Nr. _____ priedas)
(patikrinimo vieta)

Patikrinimą atliko: _____

(pareigūno(-ų) vardas(-ai) ir pavardė(-ės), pareigų pavadinimas(-ai), tel. numeris(-iai), el. pašto adresas(-ai))

Pavedimo atlikti patikrinimą data ir registracijos numeris: _____

Tikrintas juridinis / fizinis asmuo: _____,

(visas tikrinto juridinio asmens pavadinimas, buveinės adresas, juridinio asmens kodas, tikrinto objekto pavadinimas, adresas, tel. numeris, tikrinto fizinio asmens vardas ir pavardė, gyvenamosios vietos adresas, tel. numeris, verslo liudijimo ar kito dokumento numeris)

Anksčiau juridinis / fizinis asmuo tikrintas: _____
(nebuvo arba, jei buvo tikrintas, ankstesnio patikrinimo akto data ir numeris)

Patikrinimas pradėtas: 20.. - - ____ val. ____ min.

Patikrinimas baigtas: 20.. - - ____ val. ____ min.

Atliekant patikrinimą dalyvavo: _____

Asmuo, atsakingas už matavimo priemonių tinkamą įrengimą, naudojimą, jų norminių veikimo sąlygų užtikrinimą, naudojamų matavimo priemonių patikros organizavimą (įmonės vadovas arba savininkas, arba jų įgaliotas asmuo) ([1] 22 str. 2 d.):	Vardas ir pavardė, pareigų pavadinimas, tel. numeris
Lietuvos geologijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos išduotas Leidimas naudoti žemės gelmių išteklius ir ertmes ([5] 4 str. 3 d. 10 p.; [12] 10 p.).	
Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos išduotas Matininko kvalifikacijos pažymėjimas nekilnojamojo turto objektų kadastriniams matavimams atlikti ([6] 9 d.).	
Ar esate pirmuosius metus veiklą vykdančias žemės ūkio subjektas? ([2] 33 str. 7 d.):	Veiklos teisinio metrologinio reglamentavimo srityje ([1] 16 str. 1 d.) pradžios data

Bendrieji reikalavimai matavimo priemonės naudojančioms kelių tiesimo, remonto ir priežiūros įmonėms

1. **Matavimo priemonė (toliau – MP)** – teisinio metrologinio reglamentavimo sritims priskirtos MP: neautomatinės svarstyklės, automatinės svarstyklės, ilgio matai, slankmačiai, naudojami žemės naudmenų matavimams, tolimačiai, tacheometrai, nivelyrai, teodolitai, matavimo sietai, manometrai, termometrai, sprogių, toksinių, deguonies dujų analizatoriai ir signalizatoriai, turintys matavimo funkciją bei kt. ([1] 15 str. 1 d. 1 p.; [5] 25 str. 2 d.; [11]; [14] 10 p.; [15] 54 p.; [16] 75 p., 92 p., 193 p.; [17]).

2. **Teisinio metrologinio reglamentavimo sritims priskirtos MP** – tai MP, kurios naudojamos nustatant prekių (paslaugų) kiekį ir vertę tiesioginio pirkimo–pardavimo (paslaugų teikimo) sandoriuose tarp pirkėjo ir pardavėjo (kliento ir paslaugų teikėjo) ir atsiskaitant už įsigytas prekes (suteiktas paslaugas), kai nuo jų kiekio matavimo rezultatų priklauso prekių (paslaugų) kaina; sveikatos apsaugos, veterinarijos, aplinkos apsaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos srityse ir kt. ([1] 16 str. 1 d.; [5] 25 str. 2 d.).

3. **Žemės gelmių ištekliai** – gamtos išteklių dalis, apimanti žemės gelmių sandaros ir sudėties elementus – kietus kūnus, skysčius, dujas ar geoterminę energiją, kuriuos žmogus gali naudoti ir kurių kiekis ar kokybė dėl to gali kisti ([5] 2 str. 23 d.).

4. **Žemės gelmių išteklių ir ertmių naudojimas (žemės gelmių naudojimas)** – veikla, kurios tikslas – išgauti žemės gelmėse esančias naudingąsias iškasenas, požeminį vandenį, geoterminę energiją, įrengti ir panaudoti žemės gelmių ertmes ir kitas žemės gelmių savybes ([5] 2 str. 25 d.).

5. **Žemės gelmių išteklių ir ertmių naudojimo sąlygos.** Naudojant žemės gelmių išteklius, būtina stebėti jų būklę, prognozuoti kiekio ir kokybės kaitą, tvarkyti išgaunamų ir liekančių telkinyje išteklių **apskaitą**, ūkio subjektams vykdyti žemės gelmių monitoringą ir nustatyta tvarka teikti duomenis ([5] 25 str. 2 d.).

6. **Markšeideriniai darbai** – veiksmai atliekami rengiant ir atnaujinant markšeiderinį planą, apskaičiuojant kietųjų naudingųjų iškasenų telkinyje išgautus ir liekančius išteklius ([13] 5.1 papunktis).

7. **Markšeiderinis planas** – kietųjų naudingųjų iškasenų telkinio topografinė nuotrauka, sudaryta pagal žemės paviršiaus ir kasinių geodezinius matavimus ([13] 5.2 papunktis).

8. **Nekilnojamojo daikto kadastriniai matavimai** – veiksmai, kuriais nustatoma nekilnojamojo daikto tapatybė, žemės sklypo ribų posūkio taškų ir riboženklų bei statinių fizinių ribų koordinatės valstybinėje koordinacių sistemoje, nekilnojamojo daikto geometriniai matmenys ir techniniai parametrai, apskaičiuojamas žemės sklypo ir jame esančių žemės naudmenų plotas ir kiti šį daiktą apibūdinantys kadastro duomenys ([4] 2 str. 4 d.).

9. **Kelias** – inžinerinis statinys, skirtas transporto priemonių ir pėsčiųjų eismui. Kelio elementai yra šie: žemės sankasa, važiuojamoji dalis, kelkraščiai, skiriamoji juosta, kelio grioviai ir kitos vandens nuleidimo sistemos, sankryžos, autobusų sustojimo aikštelės, poilsio aikštelės, pėsčiųjų ir dviračių takai, kelio statiniai, techninės eismo reguliavimo priemonės, želdiniai, esantys kelio juostoje, kelio oro sąlygų stebėjimo ir transporto eismo apskaitos, apšvietimo ir kiti įrenginiai su šių elementų užimama žeme ([3] 2 str. 5 d.).

10. Atsakymus į klausimyno klausimus pateikia asmuo, atsakingas už MP įrengimą, naudojimą ir naudojamų MP patikros organizavimą (įmonės vadovas arba savininkas arba jų įgaliotas asmuo).

1.	Ar yra sudarytas ir patvirtintas į teisinio metrologinio reglamentavimo sritims priskirtų matavimo priemonių grupių sąrašą [11] įtrauktų ir Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo 16 straipsnio 1 dalyje nurodytose teisinio metrologinio reglamentavimo srityse naudojamų MP sąrašas, kuriame nurodyti MP tipai, jų numeriai ir naudojimo sritis?	[1] 16 str. 1 d., 3 d.; [11]	Atitiktis reikalavimams		Neaktualu / netikrinta
			Taip	Ne	
			☐	☐	☐

MP atitikties įvertinimo ir tipo patvirtinimo reikalavimai

1. Matavimo priemonės atitikties įvertinimas, pagal Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus atliktas kitoje Europos Sąjungos valstybėse narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje, yra pripažįstamas Lietuvos Respublikoje ([1] 18 str. 2 d.).

2. Lietuvos Respublikoje patvirtintas matavimo priemonės tipas, taip pat [1] 18 straipsnio 4 dalyje nurodytos matavimo priemonės, nepatenkančios į techninių reglamentų taikymo sritį, tipas, kurio patvirtinimas yra atliktas kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje pagal šių valstybių nacionalinės teisės aktų reikalavimus ir pripažintas Lietuvos Respublikoje, įrašomas į Lietuvos matavimo priemonių valstybės registrą (toliau – Registras) ([1] 18 str. 5 d., [19]).

3. Ilgio matams, naudojamiems žemės naudmenų matavimams, matavimo sietams, tolimačiams, manometrams, termometrams ir kt. netaikoma matavimo priemonės tipo įvertinimo ir patvirtinimo procedūra ([10] 37 p., [10] 5 priedo 1 p., 2 p., 3 p., 8 p., 28 p.).

2.	Ar visos naudojamos neautomatinės svarstyklės, kurioms taikytini Neautomatinių svarstyklių techninio reglamento [8] reikalavimai, yra paženklintos CE ženklu ir papildomu metrologiniu ženklu?	[1] 21 str. 1 d.; [10] Taisyklių 4 p.	☐	☐	☐
----	--	---------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

MP ženklavimo pavyzdžiai.

I. Nuo 2016 m. balandžio 20 d. įsigaliojus Neautomatinių svarstyklių techniniam reglamentui (toliau – Reglamentas) [8] naujai pagamintoms neautomatinėms svarstyklėms:

CE M 15 XXXX

15 - du paskutiniai ženklo pritvirtinimo metų skaitmenys;
XXXX - paskelbtosios įstaigos identifikavimo numeris.

Pastabos:

1. Neautomatinės svarstyklės gali būti pateikiamos ir (arba) tiekiamos rinkai ir (arba) pradedamos naudoti Reglamento 2.1–2.6 papunkčiuose nurodytose srityse tik tuo atveju, jeigu jos atitinka Reglamento reikalavimus. Neautomatinės svarstyklės, po pradėjimo naudoti Reglamento 2.1–2.6 papunkčiuose nurodytose srityse, turi toliau atitikti Reglamento reikalavimus.

2. Neautomatinių svarstyklių, skirtų naudoti Reglamento 2.1–2.6 papunkčiuose nurodytose srityse, atitiktis Reglamento reikalavimams patvirtinama CE ženklu ir papildomu metrologiniu ženklu, žymimais ant neautomatinių svarstyklių, kaip nurodyta Reglamento 45–47 punktuose.

3. Neautomatinių svarstyklių žymėjimui CE ženklu taikomi bendrieji principai, nustatyti Reglamento (EB) Nr. 765/2008 30 straipsnyje.

4. Papildomą metrologinį ženklą sudaro stačiakampyje įrašyta didžioji raidė „M“ ir du paskutiniai ženklo pritvirtinimo metų skaitmenys. Stačiakampio aukštis turi būti lygus CE ženklo aukščiui.

5. Reglamento (EB) Nr. 765/2008 30 straipsnyje nustatyti bendrieji principai mutatis mutandis taikomi neautomatinės svarstyklės ženklinant papildomu metrologiniu ženklu.

II. Iki 2016 m. balandžio 20 d. Reglamento [8] įsigaliojimo pagamintoms neautomatinėms svarstyklėms:

[8] Įsakymo 2.2 papunktis;
[8] Reglamento VI skyriaus IV skirsnio 44 p. – 47 p.;
[10] Taisyklių 1 priedo I skyriaus 1 p.

[8] Reglamento 4 p. ir 5 p.

[8] Reglamento 44 p. – 47 p.

CE 06 XXXX M

06 – CE ženklo ženklinimo metų du paskutiniai skaitmenys;

XXXX – paskelbtosios įstaigos identifikavimo numeris;

M – žalias kvadratinis lipdukas su išspausdinta juodos spalvos didžiąja raide „M“.

Pastabos:

1. Leidžiama tiekti rinkai ir (arba) pradėti naudoti neautomatines svarstyklės, atitinkančias Neautomatinių svarstyklių techninį reglamentą, patvirtintą Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2009 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. V-126 „Dėl Neautomatinių svarstyklių techninio reglamento patvirtinimo“ (toliau – Neautomatinių svarstyklių techninis reglamentas), ir kurios buvo pateiktos rinkai iki 2016 m. balandžio 20 d.

[8]
Reglamento
90 p.

2. Tolesnis matavimo priemonių, kurių tipai yra išregistruoti iš Lietuvos matavimo priemonių valstybės registro [19], pateikimas ir tiekimas rinkai draudžiamas. Jau naudojamos šių tipų matavimo priemonės gali būti naudojamos tol, kol atitinka matavimo priemonės nustatytus reikalavimus.

[10] Taisyklių
34 p.

3.	Ar visos naudojamos automatinės svarstyklės, ilgio matai, kuriems taikytini Matavimo priemonių techninio reglamento [7] ir Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklių [10] reikalavimai, yra paženklininti CE ženklu ir papildomu metrologiniu ženklu?	[1] 21 str. 1 d.; [7] Reglamento 55 p., 57 p. 21 priedas, 23 priedas; [10] Taisyklių 4 p.	☐	☐	☐
----	---	---	--------------------------	--------------------------	--------------------------

MP ženklinimo pavyzdys:

[10] Taisyklių
1 priedo
I skyriaus 1 p.

CE M 15 XXXX

15 - du paskutiniai ženklo pritvirtinimo metų skaitmenys;

XXXX - paskelbtosios įstaigos identifikavimo numeris.

Pastaba:

Matavimo priemonės, atitinkančios iki 2006 m. spalio 30 d. galiojusius teisės aktus, gali būti pateikiamos rinkai ir pradedamos naudoti, kol galioja jų tipo patvirtinimas, bet ne ilgiau kaip iki 2016 m. spalio 30 d.

[10] 104 p.

Leidžiama tiekti rinkai ir (arba) pradėti naudoti matavimo priemones, atitinkančias Matavimo priemonių techninį reglamentą, patvirtintą Valstybinės metrologijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos direktoriaus 2006 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-31 „Dėl Matavimo priemonių techninio reglamento patvirtinimo“ (toliau – Matavimo priemonių techninis reglamentas), ir kurios buvo pateiktos rinkai iki 2016 m. balandžio 20 d.

4.	Ar visos naudojamos MP, kurioms taikytini Įsakymo [9] ir Taisyklių [10] reikalavimai, yra paženklininti EB modelio patvirtinimo ir EB pirminės patikros ženklu?	[1] 21 str. 2 d.; [10] Taisyklių 6 p.	☐	☐	☐
----	---	--	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Kai MP taikomas EB modelio patvirtinimas, ženklinama ženklu	[9] 2009/34/EB Direktivos I priedo 6.1 p.			
Viršutinėje ženklo dalyje rašomos valstybės, kurioje atliktas EB modelio patvirtinimas, ženklas ir paskutiniai du skaitmenys, nurodantys EB modelio patvirtinimo metus, o apatinėje ženklo dalyje – EB modelio patvirtinimą išdavusios paskelbtosios įstaigos identifikavimo numeris.				
Kai MP taikomas EB modelio ribotas patvirtinimas, ženklinama ženklu				
PE				

	<i>EB pirminės patikros žymuo</i> 1. Pirmasis ženklas E <i>Ženklo viršutinėje ženklo dalyje rašoma valstybės, kurioje atlikta pirminė patikra, skiriamoji didžioji raidė ir, jei reikia, vienas arba du skaitmenys, rodantys teritorinį padalinį. Apatinėje dalyje rašomas patikrą atlikusio tikrintojo ar įstaigos identifikavimo numeris</i> 2. Antrasis ženklas  <i>Ženklo šešiakampyje įrašomi du paskutiniai patikros metų skaitmenys.</i>	[9] 2009/34/EB Direktyvos II priedo 3.1 p.			
5.	Ar visų naudojamų MP, kurių reglamentavimui netaikomi ES teisės aktai, tipai įrašyti į Registrą (išskyrus nesudėtingos konstrukcijos MP) [19]:	[1] 17 str. 2 d., 18 str. 5 d.	☐	☐	☐
5.1	Ar visos naudojamos MP, kurių tipai įrašyti į Registrą yra pažymėtos tipo įvertinimą ir patvirtinimą liudijančiu ženklu: pagamintų Lietuvos Respublikoje?	[1] 17 str. 2 d., 18 str. 5 d.	☐	☐	☐

Ženklo pavyzdys:

1 – XXXX

LT **YYYY** arba **LT 1 – XXXX: YYYY**, čia:

Skaičius 1 reiškia, kad MP pagaminta Lietuvos Respublikoje.

Raidžių junginys „XXXX“ – matavimo priemonės tipo registravimo Lietuvos matavimo priemonių valstybės registre eilės numeris.

Raidžių junginys „YYYY“ – kalendoriniai metai, kuriais buvo patvirtintas matavimo priemonės tipas.

[10] Taisyklių
1 priedo II
skyriaus
3.1 p.

5.2	Ar visos naudojamos MP, kurių tipai įrašyti į Registrą yra pažymėtos tipo įvertinimą ir patvirtinimą liudijančiu ženklu: pagamintų ne Lietuvos Respublikoje?	[1] 17 str. 2 d., 18 str. 5 d.	☐	☐	☐
-----	--	--------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Ženklo pavyzdys:

2 – XXXX

LT **YYYY** arba **LT 2 – XXXX: YYYY**, čia:

Skaičius 2 reiškia, kad MP pagaminta ne Lietuvos Respublikoje;

Raidžių junginys „XXXX“ – matavimo priemonės tipo registravimo Lietuvos matavimo priemonių valstybės registre eilės numeris.

Raidžių junginys „YYYY“ – kalendoriniai metai, kuriais buvo patvirtintas matavimo priemonės tipas.

[10] Taisyklių
1 priedo II
skyriaus
3.2 p.


MP patikros reikalavimai

MP pirminės patikros arba EB pirminės patikros arba atitikties įvertinimo rezultatai galioja tiek pat laiko kaip ir periodinės patikros ([10] Taisyklių 45 p.).

6.	Ar visos naudojamos MP, kurioms pirminę patikrą Lietuvoje atliko paskirtosios įstaigos, yra paženklintos pirminės patikros dviem žymenimis (lipdukais)?	[1] 19 str. 1 d., 6 d., 11 str. 3 p.; [10] Taisyklių 1 priedo II skyriaus 4 p.	☐	☐	☐
----	---	--	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Pirminės patikros žymenų (lipdukų) pavyzdžiai:


1. Pirmasis žymuo



[10] Taisyklių
1 priedo II
sk.yriaus
4 p.;
[18] Įsakymu
patvirtinti
Matavimo
priemonių
patikros
žymenų 2022

Apskritimo viršutinėje dalyje – Lietuvos Respublikos žymuo „LT“;
Apskritimo apatinėje dalyje – paskirtosios įstaigos atpažinimo ženklas;
000000 – žymens eilės numeris.

2. Antrasis žymuo



metų grafiniai
pavyzdžiai,
1.1 p. ir
1.2 p.

Patikros metų skaitmenys – du paskutiniai patikros metų skaitmenys;
000000 – žymens eilės numeris.

Pastaba:

Leidžiama be apribojimų pateikti rinkai ir pradėti naudoti Lietuvos Respublikoje arba kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar EEE valstybėje pagamintas matavimo priemonės, nepatenkančias į techninių reglamentų taikymo sritis, jeigu jos atitinka Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo 21 straipsnio 2 dalyje nurodytus reikalavimus.

[10] Taisyklių
5 p.

7.	Ar visos naudojamos MP, kurioms privaloma atlikti periodinę patikrą, yra pažymėtos galiojančiais patikros žymenimis (lipdukais), plombomis, ir (arba) išduoti patikros sertifikatai?	[1] 19 str. 3 d., 6 d.; 20 str. 3 d.; [10] Taisyklių 1 priedo II skyriaus 4 p.;	☐	☐	☐
----	--	---	--------------------------	--------------------------	--------------------------

MP patikra atlikta Lietuvos Respublikoje 2022 m. :

1. 2022 m. periodinės patikros žymens (lipduko) pavyzdys



[10] Taisyklių
1 priedo II skyriaus 4 p.; [18] Įsakymu patvirtinti Matavimo priemonių patikros žymenų 2022 metų grafiniai pavyzdžiai, 1.3 p. ir 1.12 p.

1.....12 – patikros mėnuo, 2022– patikros metai, paskirtosios įstaigos atpažinimo ženklas, 000000 – žymens eilės numeris.

2. 2022 m. klijuojamos polimerinės plėvelės (lipduko) pavyzdys



XXX – paskirtosios įstaigos atpažinimo ženklas, 000000 – lipduko eilės numeris, 2022– patikros metai, 1, 2, 3, ... 12 – patikros mėnuo.

Pastabos:

1. Reikalavimas taikomas MP, kurioms pasibaigęs pirminės ar periodinės patikros galiojimo laikas.

2. Kiti nuo 2022 m. sausio 1 d. grafiniai žymenų pavyzdžiai, naudojami reikalavimus atitinkančių matavimo priemonių atliktai patikrai pažymėti, nurodyti [18].

3. Kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse ir EEE valstybėse atlikta matavimo priemonės pirminė ir periodinė patikra pripažįstama Lietuvos Respublikoje, jei ekonominės veiklos vykdytojas gali pateikti kompetentingų įstaigų, atlikusių pirminę ar periodinę patikrą, išduotą matavimo priemonės patikros sertifikatą ar kitą lygiavertį dokumentą ir (arba) jeigu matavimo priemonės yra pažymėtos atitinkamais ženklais ir (arba) žymenimis.

[10] Taisyklių 40 p.

MP žymenų (lipdukų) ir plombų būklės reikalavimai

8.	Ar visų naudojamų MP plombų ir patikros žymenų (lipdukų) būklė atitinka nustatytus reikalavimus (ar MP plombavimo schemose nurodytos gamintojų apsauginės plombos ir metrologinės patikros plombos nenutrauktos, nenuplėšti žymenys (lipdukai), mechanškai nepažeisti, ar savavališkai nepakeisti plombų įspaudai ir žymenų (lipdukų) ženklai), kad nebūtų galima daryti įtakos MP rodmenims nepažeidus plombų arba patikros žymenų (lipdukų)?	[1] 19 str. 6 d., 20 str. 3 d.	☐	☐	☐
9.	Ar visos įmonėje naudojamos MP, kurių tipai buvo įrašyti į Registrą [19], buvo pradėtos naudoti iki to laiko, kol pasibaigė jų tipo tvirtinimo sertifikatų galiojimo laikas?	[10] Taisyklių 33 p.	☐	☐	☐

Pastabos:

1. Tolesnis matavimo priemonių, kurių tipai yra išregistruoti iš Lietuvos matavimo priemonių valstybės registro, pateikimas ir tiekimas rinkai draudžiamas. Jau naudojamos šių tipų matavimo priemonės gali būti naudojamos tol, kol atitinka matavimo priemonėms nustatytus reikalavimus ([10] Taisyklių 34 p.).

2. MP, įrašytą į Registrą [19], tipo patvirtinimo sertifikatų galiojimo laikas nurodytas Lietuvos metrologijos inspekcijos interneto svetainėje <http://metrinsp.lrv.lt/lt/atviri-duomenys/matavimo-priemoniu-irasytu-i-lietuvas-matavimo-priemoniu-valstybes-registra-tipo-patvirtinimo-sertifikatu-galiojimo-laikas>.

MP būklės ir naudojimo reikalavimai

10.	Ar visos MP įrengtos tinkamai, naudojamos ir prižiūrimos laikantis gamintojų parengtų techninių MP aprašų bei techninės priežiūros instrukcijų (ar MP įrengtos taip, kad atitiktų savo paskirtį, ar naudojamos, kaip nurodyta techniniame MP apraše; ar MP naudojamos apibrėžtoje klimatinėje, mechaninėje ir elektromagnetinėje aplinkoje bei prižiūrimos, kaip nurodyta techninės priežiūros instrukcijose), ar užtikrintos gamintojo apibrėžtos MP norminės veikimo sąlygos?	[1] 21 str. 2 d. 2 p., 22 str. 1 d., 2 d.	☐	☐	☐
-----	---	---	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Klausimyne nurodyti teisės aktai:

- [Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymas.](#)
- [Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas.](#)
- [Lietuvos Respublikos kelių įstatymas.](#)
- [Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymas.](#)
- [Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymas.](#)
- [Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimas Nr. 1805 „Dėl Matininko kvalifikacijos pažymėjimų išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ \(Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. rugpjūčio 16 d. nutarimo Nr. 856 redakcija\).](#)
- [Matavimo priemonių techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 4-699 „Dėl Matavimo priemonių techninio reglamento patvirtinimo“.](#)
- Neautomatinių svarstyklių techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr. 4-730 „Dėl Neautomatinių svarstyklių techninio reglamento patvirtinimo“.
- [Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2009 m. gegužės 25 d. įsakymas Nr. V-54 „Dėl Europos Parlamento ir](#)

Tarybos direktyvos 2009/34/EB įgyvendinimo”.

10. Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 4-761 „Dėl Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklių patvirtinimo“.
11. Teisinio metrologinio reglamentavimo sritims priskirtų matavimo priemonių ir jų grupių ir laiko intervalų tarp periodinių matavimo priemonių patikrų sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2014 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. 4-523 „Dėl Teisinio metrologinio reglamentavimo sritims priskirtų matavimo priemonių ir jų grupių ir laiko intervalų tarp periodinių matavimo priemonių patikrų sąrašo patvirtinimo“.
12. Naudingųjų iškasenų išteklių naudojimo kontrolės tvarkos aprašas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-10-03 įsakymas Nr. D1-444 „Dėl Atvirais kasiniais eksploatuojamų naudingųjų iškasenų išteklių naudojimo kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ (LR aplinkos ministro 2019 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. D1-576 redakcija).
13. Markšneiderinių darbų atlikimo kietųjų naudingųjų iškasenų telkiniuose laikinosios taisyklės, patvirtintos Lietuvos geologijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos direktoriaus 2003 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. 1-01 „Dėl Markšneiderinių darbų atlikimo kietųjų naudingųjų iškasenų telkiniuose laikinųjų taisyklių patvirtinimo“ (Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 1-262 redakcija).
14. Valstybinės geodezijos ir kartografijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2000 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. 28 „Dėl Techninių reikalavimų reglamento GKTR 2.08.01:2000 patvirtinimo.
15. Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2015 m. balandžio 14 d. įsakymas Nr. V(E)-5 „Dėl Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių storio nustatymo metodinių nurodymų MN SSN 15 patvirtinimo“.
16. Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2009 m. sausio 12 d. įsakymas Nr. V-16 „Dėl automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklių asfaltas 08 patvirtinimo“.
17. Valstybinės darbo inspekcijos prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos metodinės rekomendacijos „Saugus darbas uždarose erdvėse“ (Valstybinė darbo inspekcija).
18. Matavimo priemonių patikros žymenų 2022 metų grafiniai pavyzdžiai, patvirtinti Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko 2021 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. 11V-133 „Dėl matavimo priemonių patikros žymenų ir patikros sertifikato 2022 metams“.
19. Lietuvos matavimo priemonių registras (<http://195.182.67.21:800/mpregistras/Resultsfull.php>); (<http://www.metrinsp.lt/1/153/>).

PASTABA.

Taikant kontrolinį klausimyną turi būti vadovaujama šiais nurodytais teisės aktų redakcijomis.

(tikrinusio pareigūno pareigų
pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Dalyvavo tikrinant:

Pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)