

Apie šį klausimą, jo naudą jums ir jūsų teises

Nuo 2011 m. vis daugiau planinių patikrinimų privaloma atlikti naudojant kontrolinius klausimynus. Šie klausimynai – tai verslo priežiūros institucijų pertvarkos dalis.

Jų nauda:

- patogumas – svarbiausių teisės aktų reikalavimų sąvadas;
- verslininkas prieš patikrinimą turi galimybę sužinoti, kas bus tikrinama; verslininkas gali nesibaiminti baudų ir kitų griežtų poveikio priemonių, jei jo vykdoma veikla atitinka klausimyne nurodytus reikalavimus.



**LIETUVOS
METROLOGIJOS
INSPЕКCIJA**

PATVIRTINTA

Lietuvos metrologijos inspekcijos
viršininko 2022 m. balandžio 27 d.
įsakymu Nr. 11V-88(1.2)

Jeigu buvo nustatytas teisės aktų reikalavimų pažeidimas, kuris laikomas mažareikšmiu, jis turi būti nedelsiant ištaisytas žodinę pastabą pareiškusio patikrinimą atlikusio inspektoriaus akivaizdoje ir poveikio priemonė neskiriama. Jeigu mažareikšmio pažeidimo nedelsiant ištaisyti negalima, turi būti pateikiamas rašytinis nurodymas pažeidimą pašalinti per protingą terminą. Terminas gali būti pratęstas tik vieną kartą.

Jeigu norite pasikonsultuoti dėl šio klausimyno įtrauktų reikalavimų ar esate nepatenkinti jus tikrinančio asmens veiksmais, kreipkitės į Lietuvos metrologijos inspekciją telefonu 870 668 011 arba el. paštu metrinsp@metrinsp.lt.

Jeigu jums kyla abejonių dėl klausimyne nurodytų reikalavimų pagrįstumo, manote, kad klausimai suformuluoti neteisingai, turite pastebėjimų ar pasiūlymų, prašome rašyti Lietuvos metrologijos inspekcijai el. paštu metrinsp@metrinsp.lt. Lietuvos metrologijos inspekcija užtikrins, kad būtų atlikti reikalingi pakeitimai.

Visus klausimynus galite rasti Lietuvos metrologijos inspekcijos internetinėje svetainėje adresu <https://metrinsp.lrv.lt/lt/ukio-subjektu-prieziura/kontroliniai-klausimynai-3>.

Šilumos ir karšto vandens tiekėjų atsiskaitymams su buitiniais vartotojais naudojamų matavimo priemonių būklės ir naudojimo kontrolinis klausimynas

Lietuvos metrologijos inspekcijos _____ regiono skyriaus teisinės metrologijos reikalavimų
laikymosi patikrinimo akto 20__ m. _____ d. Nr. _____ priedas)
(patikrinimo vieta)

Patikrinimą atliko: _____

(pareigūno(-ų) vardas(-ai) ir pavardė(-ės), pareigų pavadinimas(-ai), tel. numeris(-iai), el. pašto adresas(-ai))

Pavedimo atlikti patikrinimą data ir registracijos numeris: _____.

Tikrintas juridinis / fizinis asmuo: _____,

(visas tikrinto juridinio asmens pavadinimas, buveinės adresas, juridinio asmens kodas, tikrinto objekto pavadinimas, adresas, tel. numeris, tikrinto fizinio asmens vardas ir pavardė, gyvenamosios vietos adresas, tel. numeris, verslo liudijimo ar kito dokumento numeris)

Anksčiau juridinis / fizinis asmuo tikrintas: _____
(nebuvo arba, jei buvo tikrintas, ankstesnio patikrinimo akto data ir numeris)

Patikrinimas pradėtas: 20.. - - ____ val. ____ min.

Patikrinimas baigtas: 20.. - - ____ val. ____ min.

Atliekant patikrinimą dalyvavo: _____

Asmuo, atsakingas už matavimo priemonių tinkamą įrengimą, naudojimą, jų norminių veikimo sąlygų užtikrinimą, naudojamų matavimo priemonių patikros organizavimą (įmonės vadovas arba savininkas, arba jų įgaliotas asmuo) ([1] 22 str. 2 d.):	Vardas ir pavardė, pareigų pavadinimas, tel. numeris
Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos ar savivaldybės institucijos išduota šilumos tiekimo veiklos licencija ([7] Taisyklių 7 p.):	Išdavimo data, Nr., galiojimo data
Ar esate pirmuosius metus veiklą vykdančis ūkio subjektas? ([3] 33 str. 7 d.):	Veiklos teisinio metrologinio reglamentavimo srityje ([1] 16 str. 1 d.) pradžios data

Bendrieji reikalavimai matavimo priemonės naudojančiams šilumos ir karšto vandens tiekėjams

- 1. Matavimo priemonė** (toliau – MP) – teisinio metrologinio reglamentavimo sritims priskirtos MP: karšto vandens skaitikliai, šilumos skaitikliai, manometrai, termometrai ir kt. ([1] 15 str. 1 d. 1 p.; [2] 16 str. 5 d.; [6]).
- 2. Teisinio metrologinio reglamentavimo sritims priskirtos MP** – tai MP, kurios naudojamos nustatant prekių (paslaugų) kiekį ir vertę tiesioginio pirkimo–pardavimo (paslaugų teikimo) sandoriuose tarp pirkėjo ir pardavėjo (kliento ir paslaugų teikėjo) ir atsiskaitant už įsigytas prekes (suteiktas paslaugas), kai nuo jų kiekio matavimo rezultatų priklauso prekių (paslaugų) kaina; sveikatos apsaugos, veterinarijos, aplinkos apsaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos srityse ir kt. ([1] 16 str. 1 d.).
- 3. Atsiskaitomieji karšto vandens apskaitos prietaisai** – vartotojų sunaudoto karšto vandens kiekio matavimo priemonės, pagal kurių rodmenis atsiskaitoma su tiekėju už sunaudotą karštą vandenį ([2] 2 str. 5 d.).
- 4. Atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai** – vartotojams patiektos šilumos kiekio matavimo priemonės, pagal kurių rodmenis atsiskaitoma su šilumos tiekėju už suvartotą šilumą ([2] 2 str. 6 d.).
- 5. Karšto vandens tiekėjas** – asmuo, tiekiantis karštą vandenį vartotojams pagal pirkimo–pardavimo sutartį ([2] 2 str. 12 d.).
- 6. Buitinis šilumos vartotojas** – fizinis asmuo, perkantis šilumą ir (ar) karštą vandenį savo buities reikmėms ([2] 2 str. 9 d.).
- 7. Šilumos tiekėjas** – asmuo, turintis šilumos tiekimo licenciją ir tiekiantis šilumą vartotojams pagal pirkimo–pardavimo sutartį ([8] 2 str. 46 d.).
- Atsakymus į klausimyno klausimus pateikia asmuo, atsakingas už MP įrengimą, naudojimą ir naudojamų MP patikros organizavimą (įmonės vadovas, arba savininkas, arba jų įgaliotas asmuo).

1.	Ar yra sudarytas ir patvirtintas į teisinio metrologinio reglamentavimo sritims priskirtų matavimo priemonių grupių sąrašą [6] įtrauktų ir Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo 16 straipsnio 1 dalyje nurodytose teisinio metrologinio reglamentavimo srityse naudojamų MP sąrašas, kuriame nurodyti MP tipai, jų numeriai ir naudojimo sritis (vieta)?	[1] 16 str. 1 d., 3 d.; [6]	Atitiktis reikalavimams		Neaktualu / netikrinta
			Taip	Ne	
			☐	☐	

MP atitikties įvertinimo ir tipo patvirtinimo reikalavimai

- Matavimo priemonės atitikties įvertinimas, pagal Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus atliktas kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje, yra pripažįstamas Lietuvos Respublikoje ([1] 18 str. 2 d.).
- Lietuvos Respublikoje patvirtintas matavimo priemonės tipas, taip pat [1] 18 straipsnio 4 dalyje nurodytos matavimo priemonės, nepatenkančios į techninių reglamentų taikymo sritį, tipas, kurio patvirtinimas yra atliktas kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje pagal šių valstybių nacionalinės teisės aktų reikalavimus ir pripažintas Lietuvos Respublikoje, įrašomas į Lietuvos matavimo priemonių valstybės registrą (toliau – Registras) ([1] 18 str. 5 d., [11]).
- Manometrams, termometrams netaikoma matavimo priemonės tipo įvertinimo ir patvirtinimo procedūra ([5] Taisyklių 37 p., [5] Taisyklių 5 priedo 8 p., 28 p.).

1.	Ar visi šilumos punktuose naudojami šilumos ir karšto vandens skaitikliai bei butuose naudojami karšto vandens skaitikliai, kuriems taikytini Matavimo priemonių techninio reglamento [4] ir Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklių [5] reikalavimai, yra paženklinėti CE ženklu ir papildomu metrologiniu ženklu?	[1] 21 str. 1 d.; [4] Reglamento 55 p., 16 ir 19 priedai; [5] Taisyklių 4 p.	Šilumos punktuose		
			☐	☐	☐
			Butuose		
			☐	☐	☐

MP ženklavimo pavyzdys:

CE M 15 XXXX

15 – du paskutiniai ženklo pritvirtinimo metų skaitmenys;
XXXX – paskelbtosios įstaigos identifikavimo numeris.

Pastaba:

Matavimo priemonės, atitinkančios iki 2006 m. spalio 30 d. galiojusius teisės aktus, gali būti pateikiamos rinkai ir pradamos naudoti, kol galioja jų tipo patvirtinimas, bet ne ilgiau kaip iki 2016 m. spalio 30 d.

Leidžiama tiekti rinkai ir (arba) pradėti naudoti matavimo priemones, atitinkančias Matavimo priemonių techninį reglamentą, patvirtintą Valstybinės metrologijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos direktoriaus 2006 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-31 „Dėl Matavimo priemonių techninio reglamento patvirtinimo“ (toliau – Matavimo priemonių techninis reglamentas), ir kurios buvo pateiktos rinkai iki 2016 m. balandžio 20 d.

[5] Taisyklių 1 priedo, I skyriaus 1 p.

[4] Reglamento 104 p.

2.	Ar visi naudojami šilumos ir karšto vandens skaitikliai, kurių reglamentavimui netaikomi ES teisės aktai, tipai įrašyti į Registrą [11] (išskyrus nesudėtingos konstrukcijos MP):	[1] 17 str. 2 d., 18 str. 3 d. ir 4 d.			
2.1.	yra pažymėti tipo įvertinimą ir patvirtinimą liudijančiu ženklu: pagamintų Lietuvos Respublikoje?	[1] 17 str. 2 d., 18 str. 5 d.	Šilumos punktuose		
			☐	☐	☐
			Butuose		
			☐	☐	☐

Ženklo pavyzdys:

LT 1 – XXXX
YYYY arba LT 1 – XXXX: YYYY, čia:

Skaičius 1 reiškia, kad MP pagaminta Lietuvos Respublikoje;
Raidžių junginys „XXXX“ – matavimo priemonės tipo registravimo Lietuvos matavimo priemonių valstybės registre eilės numeris.

Raidžių junginys „YYYY“ – kalendoriniai metai, kuriais buvo patvirtintas matavimo priemonės tipas.

[5] Taisyklių 1 priedo II skyriaus 3.1 p.

2.2.	yra pažymėti tipo įvertinimą ir patvirtinimą liudijančiu ženklu: pagamintų ne Lietuvos Respublikoje?	[1] 17 str. 2 d., 18 str. 5 d.	Šilumos punktuose		
			☐	☐	☐
			Butuose		

			☐	☐	☐
--	--	--	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Ženklo pavyzdys:

LT $\frac{2 - \text{XXXX}}{\text{YYYY}}$ arba LT 2 – XXXX: YYYY, čia:

[5] Taisyklių
1 priedo
II skyriaus
3.2 p.

Skaičius 2 reiškia, kad MP pagaminta ne Lietuvos Respublikoje;

Raidžių junginys „XXXX“ – matavimo priemonės tipo registravimo Lietuvos matavimo priemonių valstybės registre eilės numeris.

Raidžių junginys „YYYY“ – kalendoriniai metai, kuriais buvo patvirtintas matavimo priemonės tipas.


MP patikros reikalavimai

MP pirminės patikros arba EB pirminės patikros arba atitikties įvertinimo rezultatai galioja tiek pat laiko kaip ir periodinės patikros ([5] Taisyklių 45 p.).

3.	Ar visi naudojami šilumos ir karšto vandens skaitikliai, kuriems pirminę patikrą Lietuvoje atliko paskirtosios įstaigos, yra pažymėti pirminės patikros dviem žymenimis (lipdukais)?	[1] 19 str. 1 d., 6 d., 11 str. 3 p.; [5] Taisyklių 1 priedo II skyriaus 4 p.	Šilumos punktuose		
			☐	☐	☐
			Butuose		
			☐	☐	☐

Pirminės patikros žymenų (lipdukų) pavyzdžiai:

1. Pirmasis žymuo



Apskritimo viršutinėje dalyje – Lietuvos Respublikos žymuo „LT“;
Apskritimo apatinėje dalyje – paskirtosios įstaigos atpažinimo ženklas;
000000 – žymens eilės numeris.

2. Antrasis žymuo



Patikros metų skaitmenys – du paskutiniai patikros metų skaitmenys;
000000 – žymens eilės numeris.

Pastaba:

Leidžiama be apribojimų pateikti rinkai ir pradėti naudoti Lietuvos Respublikoje arba kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar EEE valstybėje pagamintas matavimo priemonės, nepatenkančias į techninių reglamentų taikymo sritis, jeigu jos atitinka Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo 21 straipsnio 2 dalyje nurodytus reikalavimus.

[5] Taisyklių
5 p.

4.	Ar visos naudojamos MP, kurioms privaloma atlikti periodinę patikrą, yra pažymėtos galiojančiais patikros žymenimis (lipdukais), plombomis ir (arba) išduoti patikros sertifikatai?	[1] 19 str. 3 d., 6 d.; 20 str. 3 d.; [5] Taisyklių 1 priedo II skyriaus 4 p.; [6]; [2] 16 str. 1 d., 5 d.; [8] 7.1 papunkčio 3 punktas; 10.5 papunktis; [9] 54 p., 171 p., 176 p.	Šilumos punktuose ☐ ☐ ☐ Butuose ☐ ☐ ☐
----	---	---	---

MP patikra atlikta Lietuvos Respublikoje 2022 m.:
1. 2022 m. periodinės patikros žymens (lipduko) pavyzdys



1.....12 – patikros mėnuo, 2022 – patikros metai, paskirtosios įstaigos atpažinimo ženklas, 000000 – žymens eilės numeris.

2. 2022 m. klijuojamos polimerinės plėvelės (lipduko) pavyzdys



XXX – paskirtosios įstaigos atpažinimo ženklas, 000000 – lipduko eilės numeris, 2022 – patikros metai, 1, 2, 3, ... 12 – patikros mėnuo.

Pastabos:

1. Reikalavimas taikomas MP, kurioms pasibaigęs pirminės ar periodinės patikros galiojimo laikas.

2. Kiti nuo 2022 m. sausio 1 d. grafiniai žymenų pavyzdžiai, naudojami reikalavimus atitinkančių matavimo priemonių atliktai patikrai pažymėti, nurodyti [10].

3. Kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse ir EEE valstybėse atlikta matavimo priemonės pirminė ir periodinė patikra pripažįstama Lietuvos Respublikoje, jei ekonominės veiklos vykdytojas gali pateikti kompetentingų įstaigų, atlikusių pirminę ar periodinę patikrą, išduotą matavimo priemonės patikros sertifikatą ar kitą lygiavertį dokumentą arba jeigu matavimo priemonės yra pažymėtos atitinkamais ženklais ir (arba) žymenimis.

[5] Taisyklių 1 priedo II skyriaus 4 p.;
[10] Įsakymu patvirtinti Matavimo priemonių patikros žymenų 2022 metų grafiniai pavyzdžiai, 1.3 p. ir 1.12 p.

[5] Taisyklių 40 p.

MP žymenų (lipdukų) ir plombų būklės reikalavimai

5.	Ar visų naudojamų MP plombų ir patikros žymenų (lipdukų) būklė atitinka nustatytus reikalavimus (ar MP plombavimo scheme nurodytos gamintojų apsauginės plombos ir metrologinės patikros plombos nenutrauktos, nenuplėšti žymenys (lipdukai), mechaniškai nepažeisti, ar savavališkai nepakeisti plombų įspaudai ir žymenų (lipdukų) ženklai), kad	[1] 19 str. 6 d., 20 str. 3 d.; [8] 6.9 papunktis,	Šilumos punktuose ☐ ☐ ☐ Butuose
----	--	---	---

	nebūtų galima daryti įtakos MP rodmenims nepažeidus plombų arba patikros žymenų (lipdukų)?	7.2 papunktis, 10.5 papunktis	☐	☐	☐
6.	Ar visos butuose ir šilumos punktuose naudojamos MP, kurių tipai buvo įrašyti į Registrą [11], buvo pradėtos naudoti iki to laiko, kol pasibaigė jų tipo tvirtinimo sertifikatų galiojimo laikas?	[5] Taisyklių 33 p.	Šilumos punktuose ☐ ☐ ☐ Butuose ☐ ☐ ☐		

Pastabos:

1. Tolesnis matavimo priemonių, kurių tipai yra išregistruoti iš Lietuvos matavimo priemonių valstybės registro, pateikimas ir tiekimas rinkai draudžiamas. Jau naudojamos šių tipų matavimo priemonės gali būti naudojamos tol, kol atitinka matavimo priemonėms nustatytus reikalavimus ([5] Taisyklių 34 p.).

2. MP, įrašytų į Registrą [11], tipo patvirtinimo sertifikatų galiojimo laikas nurodytas Lietuvos metrologijos inspekcijos interneto svetainėje <http://metrinsp.lrv.lt/lt/atviri-duomenys/matavimo-priemoniu-irasytu-i-lietuvos-matavimo-priemoniu-valstybes-registra-tipo-patvirtinimo-sertifikatu-galiojimo-laikas/>.

Šilumos punktuose naudojamų MP reikalavimai

7.	Ar yra sudarytas ir patvirtintas į teisinio metrologinio reglamentavimo sritims priskirtų matavimo priemonių grupių sąrašą [6] įtrauktų ir Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo 16 straipsnio 1 dalyje nurodytose teisinio metrologinio reglamentavimo srityse naudojamų MP grupių sąrašas, kuriame nurodyti MP tipai, jų numeriai ir naudojimo sritis? Ar yra patvirtintas pilnas šilumos punktuose naudojamų šilumos ir karšto vandens skaitiklių, temperatūros ir slėgio MP sąrašas, kuriame nurodyti jų tipai (modeliai), numeriai ir naudojimo vieta?	[1] 16 str. 1 d., 3 d.; [6]	☐	☐	☐
8.	Ar šilumos punktuose naudojami šilumos ir karšto vandens skaitikliai, temperatūros ir slėgio MP įrengtos, kaip nurodyta MP techninėje dokumentacijoje ir šilumos punktų principinėse schemose?	[1] 21 str. 2 d. 2 p., 22 str. 1 d., 2 d.; [9] 55 p.	☐	☐	☐
9.	Ar šilumos punktuose naudojamų šilumos ir karšto vandens skaitiklių, temperatūros ir slėgio MP tipai, metrologinės charakteristikos ir būklė atitinka nustatytus reikalavimus ?	[8] 6.1 papunktis, 7.1 papunktis, 15.1 papunktis, 15.4 papunktis; [9] 55 p.	☐	☐	☐
10.	Ar šilumos punktuose yra įmonės įrengti karšto vandens ruošimo šilumos skaitikliai?	[9] 168.2 p.	☐	☐	☐

Butuose įrengtų atsiskaitomųjų karšto vandens skaitiklių būklės ir naudojimo reikalavimai

11.	Ar yra sudarytas ir patvirtintas į teisinio metrologinio reglamentavimo sritims priskirtų matavimo priemonių grupių sąrašą [6] įtrauktą ir Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo 16 straipsnio 1 dalyje nurodytose teisinio metrologinio reglamentavimo srityse naudojamų MP grupių sąrašas, kuriame nurodyti MP tipai, jų numeriai ir naudojimo sritis? Ar yra patvirtintas pilnas butuose naudojamų karšto vandens skaitiklių sąrašas, kuriame nurodyti jų tipai (modeliai), numeriai ir naudojimo vieta?	[1] 16 str. 1 d., 3 d.; [6]	☐	☐	☐
12.	Ar įmonė visuose butuose, kuriuose butų savininkai pageidauja atsiskaityti už sunaudotą karštą vandenį pagal įrengtų skaitiklių rodmenis, įrengė karšto vandens skaitiklius, juos prižiūri, atlieka jų metrologinę patikrą?	[2] 16 str. 4 d., 5 d.	☐	☐	☐

Klausimyne nurodyti teisės aktai:

- [Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymas.](#)
- [Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymas.](#)
- [Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas.](#)
- [Matavimo priemonių techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 4-699 „Dėl Matavimo priemonių techninio reglamento patvirtinimo“.](#)
- [Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 4-761 „Dėl Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklių patvirtinimo“.](#)
- [Teisinio metrologinio reglamentavimo sritims priskirtų matavimo priemonių ir jų grupių ir laiko intervalų tarp periodinių matavimo priemonių patikrų sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2014 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. 4-523 „Dėl Teisinio metrologinio reglamentavimo sritims priskirtų matavimo priemonių ir jų grupių ir laiko intervalų tarp periodinių matavimo priemonių patikrų sąrašo patvirtinimo“.](#)
- [Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. liepos 25 d. nutarimu Nr. 982 „Dėl Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ \(Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 17 d. nutarimo Nr. 279 redakcija\).](#)
- [Šilumos energijos ir šilumnešio kiekio apskaitos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 1999 m. 12 gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 424 „Dėl šilumos energijos ir šilumnešio kiekio apskaitos taisyklių patvirtinimo“.](#)
- [Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 „Dėl Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo“.](#)
- Matavimo priemonių patikros žymenų 2022 metų grafiniai pavyzdžiai, patvirtinti Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko 2021 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. 11V-133 „Dėl matavimo priemonių patikros žymenų ir patikros sertifikato 2022 metams“.
- Lietuvos [matavimo priemonių registras](#) (<http://195.182.67.21:800/mpregistras/Resultsfull.php>); (<http://www.metrinsp.lt/1/153/>).

PASTABA.

Taikant kontrolinį klausimyną turi būti vadovaujama siame sąraše nurodytomis teisės aktų redakcijomis.

(tikrinusio pareigūno pareigų
pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Dalyvavo tikrinant:

(pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)