












PATVIRTINTA
Lietuvos metrologijos inspekcijos
viršininko 2022 m. gegužės 27 d.
įsakymu Nr. 11V-114(1.2)

MATAVIMO PRIEMONIŲ PATIKROS ŽYMENŲ 2023 METŲ GRAFINIAI PAVYZDŽIAI

1.1. MATAVIMO PRIEMONIŲ PILNINĖS PATIKROS ŽYMUO (PILNINIS ŽYMUO) identifikavimo kodas 01637 žymens matmenys (18 × 18) mm apskritimo skersmuo lygus 12,5 mm	 LIETUVOS RESPUBLIKOS RAIDĖS PASKIRTOSIOS ĮSTAIGOS ATPAŽINIMO ŽENKLAS (suteiktas Lietuvos metrologijos inspekcijos) ŽYMENS EILĖS NUMERIS
1.2. MATAVIMO PRIEMONIŲ PILNINĖS PATIKROS ŽYMUO (ANTRASIS ŽYMUO) identifikavimo kodas 01638 žymens matmenys (18 × 18) mm apskritimo skersmuo lygus 12,5 mm	 DU PASKUTINIAI PATIKROS METŲ SKAITMENYS ŽYMENS EILĖS NUMERIS
1.3. OFICIALUS ŽYMĖJIMO ŽENKLAS (LIPDUKAS) identifikavimo kodas 01636 žymens matmenys (18 × 18) mm	 PATIKROS MĖNUO PATIKROS METAI LIETUVOS METROLOGIJOS INSPEKCIJOS RAIDĖS PASKIRTOSIOS ĮSTAIGOS ATPAŽINIMO ŽENKLAS (suteiktas Lietuvos metrologijos inspekcijos) ŽYMENS EILĖS NUMERIS
1.4. METALINIS ŽYMEKLIS Ø 1,5 mm	 „GEDIMINO STULPAI“ (naudojamas ypatingai mažoms matavimo priemonėms, esančioms komplektuose, žymėti)
1.5. METALINIS ŽYMEKLIS Ø 3,5 mm	 PASKIRTOSIOS ĮSTAIGOS ATPAŽINIMO ŽENKLAS (suteiktas Lietuvos metrologijos inspekcijos) PATIKROS METAI
1.6. METALINIS ŽYMEKLIS Ø 6,0 mm	 PASKIRTOSIOS ĮSTAIGOS ATPAŽINIMO ŽENKLAS (suteiktas Lietuvos metrologijos inspekcijos) PATIKROS METAI TIKRINTOJO ASMENS ŽYMA

1.7. PLOMBŲ ŽYMEKLIAI (dvipusiai, pirmoji pusė) Ø 8,0 mm; Ø 12,0 mm	 PASKIRTOSIOS ĮSTAIGOS ATPAŽINIMO ŽENKLAS (suteiktas Lietuvos metrologijos inspekcijos) PATIKROS METAI TIKRINTOJO ASMENS ŽYMA																		
PLOMBŲ ŽYMEKLIAI (dvipusiai, antroji pusė) Ø 8,0 mm; Ø 12,0 mm	 KETVIRČIO, KURIAME ATLIKTA PATIKRA, ŽYMA (pavyzdyje – trečias ketvirtis romėniškais skaitmenimis)																		
1.8. GUMINIS ANTSPAUDAS Ø 8,0 mm	 PASKIRTOSIOS ĮSTAIGOS ATPAŽINIMO ŽENKLAS (suteiktas Lietuvos metrologijos inspekcijos) PATIKROS METAI																		
1.9. GUMINIS ANTSPAUDAS Ø 12,0 mm	 PASKIRTOSIOS ĮSTAIGOS ATPAŽINIMO ŽENKLAS (suteiktas Lietuvos metrologijos inspekcijos) PATIKROS METAI																		
1.10. TACHOGRAFŲ PLOMBŲ ŽYMEKLIŲ PIRMOJI PUSĖ Ø 6,0 mm; Ø 7,0 mm ženklų aukštis 2,0 mm Ø 10,0 mm ženklų aukštis 3,0 mm	 XX – PATIKROS ŽENKLO, SUTEIKIAMO PASKIRTAJAI ĮSTAIGAI, SKAITMENYS LIETUVOS RESPUBLIKOS RAIDĖS																		
TACHOGRAFŲ PLOMBŲ ŽYMEKLIŲ ANTROJI PUSĖ tik Ø 10,0 mm žymekliams ženklų aukštis 3,5 mm	 PASKIRTOSIOS ĮSTAIGOS ATPAŽINIMO ŽENKLAS (suteiktas Lietuvos metrologijos inspekcijos) PATIKROS METAI																		
1.11. KLIJUOJAMAS POLIMERINĖS PLĖVELĖS LIPDUKAS (baltos spalvos) stačiakampio formos (7 x 14) mm kvadrato formos (14 x 14) mm kvadrato formos (18 x 18) mm kvadrato formos (25 x 25) mm apskritimo formos Ø 25,0 mm	 PASKIRTOSIOS ĮSTAIGOS ATPAŽINIMO ŽENKLAS (suteiktas Lietuvos metrologijos inspekcijos) PATIKROS METAI																		
1.12. KLIJUOJAMAS POLIMERINĖS PLĖVELĖS LIPDUKAS (skirtas matavimo sistemoms) matmenys (80 x 13) mm	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td></td><td>P000000</td><td></td><td></td><td>2023</td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr></table> P – PASKIRTOSIOS ĮSTAIGOS ATPAŽINIMO ŽENKLAS (suteiktas Lietuvos metrologijos inspekcijos) 000000 – LIPDUKO EILĖS NUMERIS 2023 – PATIKROS METAI 1, 2, 3, ... 12 – PATIKROS MĖNUO	1	2	3	4	5	6		P000000			2023		7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6														
	P000000			2023															
7	8	9	10	11	12														
1.13. KLIJUOJAMAS POLIMERINĖS PLĖVELĖS LIPDUKAS (baltos spalvos) kvadrato formos (18 x 18) mm apskritimo Ø 15,0 mm	 PASKIRTOSIOS ĮSTAIGOS ATPAŽINIMO ŽENKLAS (suteiktas Lietuvos metrologijos inspekcijos) PATIKROS METAI PATIKROS MĖNUO																		

Pagal aukščiau pateiktus grafinius pavyzdžius pagaminti patikros žymenys yra naudojami šia tvarka:

1. atlikus matavimo priemonės pirminę patikrą, turi būti naudojami kartu 1.1 ir 1.2 patikros žymenys;
 2. atlikus matavimo priemonės periodinę patikrą, naudojami 1.3–1.9 patikros žymenys;
 3. patikros žymuo 1.10 (plombos žymuo 1.10) naudojamas tik tachografų plombavimui, siekiant šias matavimo priemones apsaugoti nuo rodmenų klastojimo;
 4. klijuojamas patikros žymuo 1.11 (polimerinės plėvelės lipdukas 1.11) gali būti naudojamas visoms matavimo priemonėms, siekiant apsaugoti jas nuo rodmenų klastojimo ir klijuojamas tose vietose, kur nėra galimybės pažymėti 1.5–1.7 patikros žymenimis (plombuoti 1.5–1.7 plombomis);
 5. klijuojamas patikros žymuo 1.12 (polimerinės plėvelės lipdukas 1.12) naudojamas matavimo sistemų, sumontuotų jų darbo vietoje, atliktai patikrai žymėti;
 6. klijuojamas patikros žymuo 1.13 (polimerinės plėvelės lipdukas 1.13) naudojamas automobilių degalų (benzino, dyzelino, suskystintų dujų, suslėgtų gamtinių dujų) įpylimo kolonėlių degalų įpylimo taškų atliktai patikrai pažymėti;
 7. užklijavus patikros žymenis 1.11, 1.12 arba 1.13 (polimerinius lipdukus 1.11, 1.12 arba 1.13), matavimo priemonė turi būti saugoma ne trumpiau kaip 12 valandų, kad patikros žymens polimerinė plėvelė sukietėtų.
-