

Sąnarių endoprotezavimo ir išlaidų sąnarių
endoprotezams įsigyti kompensavimo
tvarkos aprašo
5 priedas

**PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠOMIS
KOMPENSUOJAMŲ IR CENTRALIZUOTAI PERKAMŲ STANDARTINIŲ SĄNARIŲ
ENDOPROTEZŲ SKYRIMO KRITERIJAI**

Nr.	Anatominė-klinikinė būklė	Anatominės- klinikinės būklės kodas
1	Deformuojanti klubo sąnario artrozė ar kita sąnarį pažeidžianti patologija, kai šlaunikaulio forma yra A arba B tipo pagal Dorr'o klasifikaciją ir plati metafizinė dalis	KLST01
2	Deformuojanti klubo sąnario artrozė ar kita sąnarį pažeidžianti patologija, kai šlaunikaulio forma yra C tipo pagal Dorr'o klasifikaciją	KLST02
3	Deformuojanti klubo sąnario artrozė ar kita sąnarį pažeidžiančia patologija, kai šlaunikaulio forma yra B tipo pagal Dorr'o klasifikaciją	KLST03
4	Deformuojanti klubo sąnario artrozė ar kita sąnarį pažeidžianti patologija, kai šlaunikaulio forma yra A tipo pagal Dorr'o klasifikaciją	KLST04
5	Deformuojanti klubo sąnario artrozė ar kita sąnarį pažeidžianti patologija, kai šlaunikaulio forma yra A arba B tipo pagal Dorr'o klasifikaciją, radiologiškai nustatyta gera kaulo kokybė proksimalinėje šlaunikaulio dalyje ir klubo sąnario šlaunikaulio galvos-kaklo-diafizės (toliau – CCD) kampas yra ne didesnis nei 125 laipsnių. Siekiama išsaugoti šlaunikaulio gūbrinės dalies lateralinę sieną, jos nešalinant	KLST05
6	Deformuojanti klubo sąnario artrozė ar kita sąnarį pažeidžianti patologija, kai, siekiant kompensuoti galūnių ilgių skirtumus, reikalingas stiebas be šlaunikaulio atramos, o šlaunikaulio forma yra B arba C tipo pagal Dorr'o klasifikaciją ir CCD kampas ne mažesnis kaip 130 laipsnių	KLST06
7	Deformuojanti klubo sąnario artrozė ar kita sąnarį pažeidžianti patologija, kai nustatomas žymus proksimalinės šlaunikaulio dalies lenktumas priekinėje plokštumoje, o CCD kampas yra ne mažesnis kaip 130 laipsnių. Siekiama išvengti didžiojo gumburo kaulinės masės praradimo ir nežaloti atitraukiamųjų klubo sąnario raumenų	KLST07
8	Deformuojanti kelio sąnario artrozė ar kita sąnarį pažeidžianti patologija, esant plačiai vamzdinės formos proksimalinei blauzdkaulio daliai	KEST01
9	Deformuojanti kelio sąnario artrozė ar kita sąnarį pažeidžianti patologija, esant girnelės lateralizacijai	KEST02

10	Kelio sąnario artrozė ar kita sąnarį pažeidžianti patologija, kai dėl riboto kelio lenkimo ir ankšto sąnarinio tarpo sulenkus kelį gali reikėti individualiai koreguoti blauzdikaulio plokštumą 3 ir daugiau laipsnių	KEST03
11	Kelio sąnario artrozė ar kita sąnarį pažeidžianti patologija. Siekiama didesnio kelio sąnario lankstumo – iki 155 laipsnių	KEST04
12	Deformuojanti kelio sąnario artrozė ar kita sąnarį pažeidžianti patologija, kai yra nepakankama kaulo kokybė (osteoporozė) blauzdikaulio proksimalinėje dalyje ir reikalingi papildomi kaiščiai stabilumui užtikrinti	KEST05
13	Deformuojanti kelio sąnario artrozė ar kita sąnarį pažeidžianti patologija, kai nėra šalutinių raiščių pertempimo / sutrumpėjimo ir nustatomas blauzdikaulio vidinis pasisukimas arba kai reikalinga becementė komponentų fiksacija (pvz., esant alergijai kauliniame cemente esančioms medžiagoms)	KEST06
14	Deformuojanti kelio sąnario artrozė ar kita sąnarį pažeidžianti patologija, kai yra siauras šlaunikaulio tarpkrumplinis tarpas	KEST07