

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo
2020 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. V-635
2 priedas (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V- 1331 nauja redakcija)

REIKALAVIMAI ASMENS APSAUGOS PRIEMONĖMS

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
1.	Vienkartinės pirštinės (nesterilios)	1. Vienkartinės pirštinės turi būti: 1.1. iš nitrilo (<i>arba natūralaus latekso</i>) arba lygiavertės medžiagos; 1.2. be pudros (<i>arba su pudra</i>); 1.3. tinkančios abiem rankom; 1.4. atsparios drėgmei, silpnoms rūgštims, cheminėms medžiagoms, riebalams; 1.5. tinkančios darbui medicinos srityje taip pat su cheminiais produktais. 2. Turi būti pažymėtos CE ženklų.
3.	Respiratorius (FFP2)	1. Respiratorius turi būti: 1.1. FFP 2 apsauginės klasės; 1.2. vienkartinis; 1.3. su iškvėpimo vožtuvu, veiksmingai pašalinančiu iškvėptą orą ir apsaugančiu nuo rasojimo; 1.4. anatomiškos formos, gerai prigludantis prie veido; 1.5. patogus naudoti su akiniais ir kitomis galvos apsaugos priemonėmis; 1.6. universalus dydžio; 1.7. su reguliuojamais (keičiamo dydžio) galvos dirželiais arba elastingomis gumelėmis. 2. Turi atitikti EN 149:2001+ A1:2009 arba lygiavertio standarto reikalavimus. 3. Turi būti pažymėtas CE ženklų.
4.	Respiratorius (FFP3)	1. Respiratorius turi būti: 1.1. FFP 3 apsauginės klasės; 1.2. vienkartinis; 1.3. su iškvėpimo vožtuvu, veiksmingai pašalinančiu iškvėptą orą ir apsaugančiu nuo rasojimo; 1.4. anatomiškos formos, gerai prigludantis prie veido; 1.5. patogus naudoti su akiniais ir kitomis galvos apsaugos priemonėmis; 1.6. universalus dydžio; 1.7. su reguliuojamais (keičiamo dydžio) galvos dirželiais

		arba elastingomis gumelėmis. 2. Turi atitikti EN 149:2001+ A1:2009 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. 3. Turi būti pažymėtas CE ženklų.
5.	Vienkartinė kaukė	1. Vienkartinė trijų sluoksnių veido kaukė turi būti: 1.1. pagaminta iš odos nedirginančios, bekvapės ir minkštos medžiagos, neturinčios stiklo pluošto, latekso ir kitų alergizuojančių medžiagų; 1.2. su integruotu antnosiu; 1.3. su tampriomis gumytėmis, nespaudžiančiomis veido ir ausų; 1.4. universalaus dydžio (plotis – ne mažiau kaip 8,5 cm, ilgis – ne mažiau kaip 15 cm). 2. Filtravimo efektyvumas – ne mažiau kaip 98% BFE. 3. Turi būti pažymėta CE ženklų.
6.	Apsauginiai akiniai	1. Apsauginiai akiniai turi būti: 1.1. skirti apsaugoti akis nuo skysčių, aerozolinių pusrų ir dulkių; 1.2. pritaikyti naudoti su kitomis asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis (šalmu ir puskaue); 1.3. gerai priglindantys ir sandarūs; 1.4. nerasoiantys; 1.5. su polikarbonato ar lygiavertės medžiagos lęšiais; 1.6. padengti atsparia įbrėžimams danga; 1.7. su reguliuojamu (elastiniu) galvos dirželiu; 1.8. pritaikyti nešioti kartu su regėjimą koreguojančiais akiniais. 2. Turi atitikti EN 166 arba lygiaverčio standarto reikalavimus ir būti pažymėti CE ženklų.
8.	Vienkartinė kepuraitė	1. Kepuraitė, turi būti: 1.1. skirta darbui sveikatos priežiūros įstaigoje; 1.2. pagaminta iš neaustinės medžiagos; 1.3. laidi orui; 1.4. apvali (beretės tipo); 1.5. su elastingu apsiuvu.
9.	Vienkartinis chalatas (nesterilus)	1. Chalatas turi būti: 1.1. vienkartinis; 1.2. nesterilus; 1.3. pagamintas iš 100 % polipropileno, SMS ar lygiavertės medžiagos; 1.4. pralaidus orui; 1.5. nepralaidus skysčiams; 1.6. su elastiniais, gerai priglindančiais rankogaliais, nevaržančiais judesį; 1.7. užsegamas velkro tipo lipdukais, plastmasinėmis

		spaudėmis ar užtrauktuku. 2. Turi atitikti EN 14126 arba lygiaverčio standarto reikalavimus ir būti pažymėti CE ženklu.
10.	Vienartinis kombinezonas su gobtuvu	1. Vienartinis apsauginis kombinezonas turi būti: 1.1. su gobtuvu, tinkamu dirbant su kvėpavimo takų apsaugos priemonėmis; 1.2. pagamintas iš neaustinio pluošto medžiagos, pasižyminčios geromis oro bei garų pralaidumo iš vidaus savybėmis; 1.3. su elastiniais rankogaliais ir kulkšnimis; 1.4. su užtrauktuku, apsaugotu atlapu. 2. Turi atitikti EN13034:2005+A1:2009 (arba lygiaverčio) reikalavimus ir būti pažymėtas CE ženklu.
12.	Vienartiniai antbačiai (iki kelių)	1. Antbačiai, skirti darbui sveikatos priežiūros įstaigoje, turi būti: 1.1. pagaminti iš neaustinės medžiagos (arba <i>100% polietileno ne plonesnio kaip 30 mikronų</i>); 1.2. skirti apsaugai nuo bakterijų ar purvo; 1.3. tvirtinami elastiniu apsiuvu arba surišami raišteliais; 1.4. universalaus dydžio; 1.5. ne mažiau kaip 40 cm ilgio. <i>Jeigu perkami iš neaustinės medžiagos – gali būti reikalavimas „su neslidžiu padu“.</i>