

Apie šį klausimą, jo naudą jums ir jūsų teises

Nuo 2011 m. vis daugiau planinių patikrinimų privaloma atlikti naudojant kontrolinius klausimynus. Šie klausimynai – tai verslo priežiūros institucijų pertvarkos (www.eimin.lt/web/lt/verslo_aplinka/verslo_prieziuros_reforma) dalis.

Jų nauda:

- patogumas – svarbiausių teisės aktų reikalavimų sąvadas;
- verslininkas prieš patikrinimą turi galimybę sužinoti, kas bus tikrinama;
- verslininkas gali nesibaiminti baudų ir kitų griežtų poveikio priemonių, jei jo vykdoma veikla atitinka klausimyne nurodytus reikalavimus.



LIETUVOS
METROLOGIJOS
INSPEKCIJA

PATVIRTINTA

Lietuvos metrologijos inspekcijos
viršininko

2021 m. kovo 15 d.

įsakymu Nr. 11V-79

Jeigu buvo nustatytas teisės aktų reikalavimų pažeidimas, kuris laikomas mažareikšmiu, jis turi būti nedelsiant ištaisytas žodinę pastabą pareiškusio patikrinimą atlikusio inspektoriaus akivaizdoje ir poveikio priemonė neskiriama. Jeigu mažareikšmio pažeidimo nedelsiant ištaisyti negalima, turi būti pateikiamas rašytinis nurodymas pažeidimą pašalinti per protingą terminą. Terminas gali būti pratęstas tik vieną kartą.

Jeigu norite pasikonsultuoti dėl šio klausimyno įtrauktų reikalavimų ar esate nepatenkinti jus tikrinančio asmens veiksmais, kreipkitės į Lietuvos metrologijos inspekciją telefonu 870 668 011 arba el. paštu metrinsp@metrinsp.lt.

Jeigu jums kyla abejonių dėl klausimyne nurodytų reikalavimų pagrįstumo, manote, kad klausimai suformuluoti neteisingai, turite pastebėjimų ar pasiūlymų, prašome rašyti Ekonomikos ir inovacijų ministerijai el. paštu versloprieziura@eimin.lt. Ekonomikos ir inovacijų ministerija užtikrins, kad būtų atlikti reikalingi pakeitimai.

Visus klausimynus galite rasti adresu www.verslovartai.lt/kontroliniai-klausimynai

Kontrolinis klausimynas dėl suskystintų automobilių dujų degalinėse naudojamų matavimo priemonių būklės ir naudojimo

(Lietuvos metrologijos inspekcijos _____ regiono skyriaus Teisinės metrologijos reikalavimų
laikymosi patikrinimo akto 20__ m. _____ d. Nr. _____ priedas)
(patikrinimo vieta)

Patikrinimą atliko:

	Lietuvos metrologijos inspekcijos _____ regiono skyriaus
<i>Vardas, pavardė</i>	<i>Pareigos, telefono numeris</i>

Pavedimo atlikti patikrinimą
data ir registracijos numeris:

--

Pagrindinė juridinio
asmens veikla:

<i>Ekonominės veiklos kodas ir pavadinimas</i>
--

Tikrintas juridinis asmuo:

<i>Juridinio asmens pavadinimas, įmonės kodas, adresas, tel. numeris, el. paštas</i>
--

Registruota:

<i>Adresas</i>

Anksčiau juridinis
asmuo tikrintas:

<i>Data ir patikrinimo akto numeris</i>

Patikrinimas pradėtas: 20__ m. _____ d. _____ val. _____ min.

Patikrinimas baigtas: 20 m. d. val. min.

Asmuo, atsakingas už matavimo priemonių tinkamą įrengimą, naudojimą, jų norminių veikimo sąlygų užtikrinimą, naudojamų matavimo priemonių patikros organizavimą (įmonės vadovas arba savininkas, arba jų įgaliotas asmuo) ([1] 22 str. 2 d.; ([7] 7 p.):

Vardas ir pavardė, pareigų pavadinimas, tel. numeris

Atliekant patikrinimą dalyvavo:

Vardas ir pavardė, pareigų pavadinimas, tel. numeris

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos išduotas leidimas verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais (degalais) ([9] 8 p., 25 p.):

Išdavimo data, Nr., galiojimo data

Esate pirmuosius metus veiklą vykdančias ūkio subjektas ([14] 30 str. 7 d.):

Veiklos teisinio metrologinio reglamentavimo srityje ([1] 16str. 1 d.) pradžios data

Bendrieji reikalavimai matavimo priemonės naudojančioms suskystintų automobilinių dujų degalinėms

1. **Matavimo priemonė (MP)** – teisinio metrologinio reglamentavimo sritims priskirtos MP: dujų kolonėlės, manometrai, termometrai, neautomatinės svarstyklės (toliau – svarstyklės) ir kt.([1]15 str. 1 d. 1 p.; [5]; [8] 6 p., 39.1. papunktis).

2. **Teisinio metrologinio reglamentavimo sritims priskirtos MP** – tai MP, kurios naudojamos nustatant prekių (paslaugų) kiekį ir vertę tiesioginio pirkimo–pardavimo (paslaugų teikimo sandoriuose tarp pirkėjo ir pardavėjo (kliento ir paslaugų teikėjo) ir atsiskaitant už įsigytas prekes (suteiktas paslaugas), kai nuo jų kiekio matavimo rezultatų priklauso prekių (paslaugų) kaina; sveikatos apsaugos, veterinarijos, aplinkos apsaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos srityse ir kt. ([1] 16 str. 1 d.).

3. **Mažmeninė prekyba naftos produktais** – veikla, kai pardavėjas įsipareigoja perduoti naftos produktus galutiniam pirkėjui, nesvarbu, kokiame tikslui šie produktai perkami, o pirkėjas įsipareigoja sumokėti nustatytą pinigų sumą. Degalai degalinėse tiekiami per degalų įpylimo kolonėles ([8] 2 p.).

3. Informaciją dėl klausimyno I÷14 klausimo pateikia asmuo, atsakingas už MP įrengimą, naudojimą ir naudojamų MP patikros organizavimą (įmonės vadovas, arba savininkas, arba jų įgaliotas asmuo).

1.	Ar yra sudarytas ir patvirtintas į teisinio metrologinio reglamentavimo sritims priskirtų matavimo priemonių grupių sąrašą (5) įtrauktų ir Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo 16 straipsnio 1 dalyje nurodytose teisinio metrologinio reglamentavimo srityse naudojamų MP grupių sąrašas, kuriame nurodyti MP tipai, jų numeriai ir naudojimo sritis?	[1] 16 str. 1 d., 3 d.; [5]	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu
----	---	-----------------------------	-------------------------------	-----------------------------	------------------------------------

Reikalavimai dėl MP tipo įvertinimo ir patvirtinimo

1. Matavimo priemonės atitikties įvertinimas, pagal Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus atliktas kitoje Europos Sąjungos valstybėse narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje, yra pripažįstamas Lietuvos Respublikoje ([1] 18 str. 2 d.).

2. Lietuvos Respublikoje patvirtintas matavimo priemonės tipas, taip pat šio straipsnio 4 dalyje nurodytos matavimo priemonės, nepatenkančios į techninių reglamentų taikymo sritį, tipas, kurio patvirtinimas yra atliktas kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje pagal šių valstybių nacionalinės teisės aktų reikalavimus ir pripažintas Lietuvos Respublikoje, įrašomas į Lietuvos matavimo priemonių valstybės registrą (toliau – Registras) ([1] 18 str. 5 d., [11]).

3. Manometrams, termometrams netaikoma matavimo priemonės tipo įvertinimo ir patvirtinimo procedūra ([4] Taisyklių 37 p., [4] Taisyklių 5 priedas 8 p., 28 p.).

2.	Ar visos naudojamos dujų kolonėlės, kurioms taikytini Matavimo priemonių techninio reglamento [2] ir Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklių [4] reikalavimai, yra paženklintos CE ženklu ir papildomu metrologiniu ženklu?	[1] 21 str. 1 d.; [2] Reglamento 55 p., 20 priedas; [4] Taisyklių 4 p.; [8] 6 p., 39.1 papunktis	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu
----	---	---	-------------------------------	-----------------------------	------------------------------------

MP ženklinimo pavyzdys:

CE M 15 XXXX

[4] Taisyklių
1 priedo
I skyriaus 1 p.

15 – du paskutiniai ženklo pritvirtinimo metų skaitmenys;
XXXX – paskelbtosios įstaigos identifikavimo numeris.

Pastaba:

Matavimo priemonės, atitinkančios iki 2006 m. spalio 30 d. galiojusius teisės aktus, gali būti pateikiamos rinkai ir pradamos naudoti, kol galioja jų tipo patvirtinimas, bet ne ilgiau kaip iki 2016 m. spalio 30 d. [2] 104 p.

Leidžiama tiekti rinkai ir (arba) pradėti naudoti matavimo priemones, atitinkančias Matavimo priemonių techninį reglamentą, patvirtintą Valstybinės metrologijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos direktoriaus 2006 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-31 „Dėl Matavimo priemonių techninio reglamento patvirtinimo“ (toliau – Matavimo priemonių techninis reglamentas), ir kurios buvo pateiktos rinkai iki 2016 m. balandžio 20 d.

3.	Ar visos naudojamos neautomatinės svarstyklės, kurioms taikytini Neautomatinių svarstyklių techninio reglamento [10] reikalavimai ir Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklių [4] reikalavimai, yra paženklintos CE ženklu ir papildomu metrologiniu ženklu?	[1] 21 str. 1 d.; [4] Taisyklių 4 p.	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu
----	---	---	-------------------------------	-----------------------------	------------------------------------

MP ženklinimo pavyzdžiai.

I. Nuo 2016 m. balandžio 20 d. įsigaliojus Neautomatinių svarstyklių techniniam reglamentui (toliau – Reglamentas)[10] naujai pagamintoms neautomatinėms svarstyklėms:

CE M 15 XXXX

[10] Įsakymo 2.2 papunktis;
[10] Reglamento VI sk. IV skirsnio 44 p. – 47 p.;
[4] Taisyklių 1 priedo
I skyriaus 1 p.

15 – du paskutiniai ženklo pritvirtinimo metų skaitmenys;
XXXX – paskelbtosios įstaigos identifikavimo numeris.

Pastabos:

1. Neautomatinės svarstyklės gali būti pateikiamos ir (arba) tiekiamos rinkai ir (arba) pradamos naudoti Reglamento 2.1–2.6 papunkčiuose nurodytose srityse tik tuo atveju, jeigu jos atitinka Reglamento reikalavimus. Neautomatinės svarstyklės, po pradėjimo naudoti Reglamento 2.1–2.6 papunkčiuose nurodytose srityse, turi toliau atitikti Reglamento reikalavimus.

2. Neautomatinių svarstyklių, skirtų naudoti Reglamento 2.1–2.6 papunkčiuose nurodytose srityse, atitiktis Reglamento reikalavimams patvirtinama CE ženklu ir papildomu metrologiniu ženklu, žymimais ant neautomatinių svarstyklių, kaip nurodyta Reglamento 45–47 punktuose.

3. Neautomatinių svarstyklių žymėjimui CE ženklu taikomi bendrieji principai, nustatyti Reglamento (EB) Nr. 765/2008 30 straipsnyje.

4. Papildomą metrologinį ženklą sudaro stačiakampyje įrašyta didžioji raidė „M“ ir du paskutiniai ženklo pritvirtinimo metų skaitmenys. Stačiakampio aukštis turi būti lygus CE ženklo aukščiui.

[10] Reglamento 4 p. ir 5 p.

[10] Reglamento 44 p. – 47 p.

5. Reglamento (EB) Nr. 765/2008 30 straipsnyje nustatyti bendrieji principai mutatis mutandis taikomi neautomatinės svarstyklės ženklinant papildomu metrologiniu ženklu.

II. Iki 2016 m. balandžio 20 d. Reglamento [10] įsigaliojimo pagamintoms neautomatinėms svarstyklėms:

CE 06 XXXX M

06 – CE ženklo ženklinimo metų du paskutiniai skaitmenys;

XXXX – paskelbtosios įstaigos identifikavimo numeris;

M – žalias kvadratinis lipdukas su išspausdinta juodos spalvos didžiąja raide „M“.

Pastabos:

1. Leidžiama tiekti rinkai ir (arba) pradėti naudoti neautomatinės svarstyklės, atitinkančias Neautomatinių svarstyklių techninį reglamentą, patvirtintą Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2009 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. V-126 „Dėl Neautomatinių svarstyklių techninio reglamento patvirtinimo“ (toliau – Neautomatinių svarstyklių techninis reglamentas), ir kurios buvo pateiktos rinkai iki 2016 m. balandžio 20 d.

2. Tolesnis matavimo priemonių, kurių tipai yra išregistruoti iš Lietuvos matavimo priemonių valstybės registro [11], pateikimas ir tiekimas rinkai draudžiamas. Jau naudojamos šių tipų matavimo priemonės gali būti naudojamos tol, kol atitinka matavimo priemonės nustatytus reikalavimus.

[10]
Reglamento
90 p.

[4] Taisyklių
34 p.

4.	Ar visos naudojamos MP, kurių tipai yra įrašyti į Registrą [8] ir kurios nepatenka į techninių reglamentų taikymo sritis, yra paženklintos MP tipo įvertinimą ir patvirtinimą liudijančiu ženklu:	[1] 17 str. 2 d., 18 str. 3 d. ir 4 d.			
4.1.	pagamintų Lietuvos Respublikoje?	[1] 17 str. 2 d., 18 str. 5 d.	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu

Ženklo pavyzdys:

LT $\frac{1 - XXXX}{YYYY}$ arba LT 1 – XXXX: YYYY, čia:

Skaičius 1 reiškia, kad MP pagaminta Lietuvos Respublikoje;
Raidžių junginys „XXXX“ – matavimo priemonės tipo registravimo Lietuvos matavimo priemonių valstybės registre eilės numeris.

Raidžių junginys „YYYY“ – kalendoriniai metai, kuriais buvo patvirtintas matavimo priemonės tipas.

[4] Taisyklių
1 priedo
II skyriaus
3.1 p.

4.2.	pagamintų ne Lietuvos Respublikoje?	[1] 17 str. 2 d., 18 str. 5 d.	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu
------	-------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------

Ženklo pavyzdys:

LT $\frac{2 - XXXX}{YYYY}$ arba LT 2 – XXXX: YYYY, čia:

Skaičius 2 reiškia, kad MP pagaminta ne Lietuvos Respublikoje;

Raidžių junginys „XXXX“ – matavimo priemonės tipo registravimo Lietuvos matavimo priemonių valstybės registre eilės numeris.

Raidžių junginys „YYYY“ – kalendoriniai metai, kuriais buvo patvirtintas matavimo priemonės tipas.

[4] Taisyklių
1 priedo
II skyriaus
3.2 p.


Reikalavimai dėl MP patikros

MP pirminės patikros rezultatai galioja tiek pat laiko kaip ir periodinės patikros ([4] Taisyklių 45 p.).

5.	Ar visos naudojamos MP, kurioms pirminę patikrą Lietuvos Respublikoje atliko paskirtosios įstaigos, yra pažymėtos pirminės patikros dviem žymenimis (lipdukais)?	[1] 19 str. 1 d., 6 d., 11 str. 3 p.; [4] Taisyklių 1 priedo II skyriaus 4 p.	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu
----	--	--	-------------------------------	-----------------------------	------------------------------------

Pirminės patikros žymenų (lipdukų) pavyzdžiai:

1. Pirmasis žymuo



Apskritimo viršutinėje dalyje – Lietuvos Respublikos žymuo „LT“;
Apskritimo apatinėje dalyje – paskirtosios įstaigos atpažinimo ženklas;
000000 – žymens eilės numeris.

2. Antrasis žymuo



Patikros metų skaitmenys – du paskutiniai patikros metų skaitmenys;

000000 – žymens eilės numeris.

Pastabos:

1. Leidžiama be apribojimų pateikti rinkai ir pradėti naudoti Lietuvos Respublikoje arba kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar EEE valstybėje pagamintas matavimo priemonės, nepatenkančias į techninių reglamentų taikymo sritis, jeigu jos atitinka Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo 21 straipsnio 2 dalyje nurodytus reikalavimus.

[4] Taisyklių 5 p.

6.	Ar visos naudojamos MP, kurioms privaloma atlikti periodinę patikrą, yra pažymėtos galiojančiais patikros žymenimis (lipdukais) ir (arba) užplombuotos, ir (arba) išduoti patikros sertifikatai?	[1] 19 str. 3 d., 6 d.; 20 str. 3 d.; [5]; [7] 69 p.	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu
----	--	---	-------------------------------	-----------------------------	------------------------------------

MP patikra atlikta Lietuvos Respublikoje 2021 m. :

1. 2021 m. periodinės patikros žymens (lipduko) pavyzdys



1.....12 – patikros mėnuo, 2021 – patikros metai, paskirtosios įstaigos atpažinimo ženklas, 000000 – žymens eilės numeris.

[6] Įsakymu patvirtintų Grafinių pavyzdžių žymenų, naudojamų reikalavimus atitinkančių matavimo priemonių atliktai patikrai pažymėti 2021 metais, 1.3 p. ir 1.12 p.

2. 2021 m. klijuojamos polimerinės plėvelės (lipduko) pavyzdys



XXX – paskirtosios įstaigos atpažinimo ženklas, 000000 – lipduko eilės numeris, 2021 – patikros metai, 1, 2, 3, ... 12 – patikros mėnuo.

Pastabos:

1. Reikalavimas taikomas MP, kurioms pasibaigęs pirminės ar periodinės patikros galiojimo laikas.
2. Kiti nuo 2021 m. sausio 1 d. grafiniai žymenų pavyzdžiai, naudojami reikalavimus atitinkančių matavimo priemonių atliktai patikrai pažymėti, nurodyti [6].
3. Kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse ir EEE valstybėse atlikta matavimo priemonės pirminė ir periodinė patikra pripažįstama Lietuvos Respublikoje, jei ekonominės veiklos vykdytojas gali pateikti kompetentingų įstaigų, atlikusių pirminę ar periodinę patikrą, išduotą matavimo priemonės patikros sertifikatą ar kitą lygiavertį dokumentą ir (arba) jeigu matavimo priemonės yra pažymėtos atitinkamais ženklais ir (arba) žymenimis.

[4] Taisyklių
40 p.

Reikalavimai dėl MP žymenų (lipdukų) ir plombų būklės

7.	Ar visų naudojamų MP patikrą patvirtinančių žymenų (lipdukų) ir plombų būklė atitinka nustatytus reikalavimus (ar MP plombavimo schemose nurodytos gamintojų apsauginės plombos ir metrologinės patikros plombos nenutrauktos, nenuplėšti žymenys (lipdukai), mechanškai nepažeisti, ar savavališkai nepakeisti plombų įspaudai ir žymenų (lipdukų) ženklai)?	[1] 19 str. 7 d.	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu
8.	Ar visos naudojamos MP (išskyrus degalų kolonėlės) užplombuotos arba ant jų pritvirtinti patikros žymenys (lipdukai) taip, kaip nurodyta plombavimo schemose, vartotojo instrukcijose ar kituose dokumentuose, kad nebūtų galima daryti įtakos MP rodmenims nepažeidus plombų arba patikros žymenų?	[1] 19 str. 7 d., 11 str. 3 d.	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu
9.	Ar visos įmonėje naudojamos MP, kurių tipai buvo įrašyti į Registrą [10], buvo pradėtos naudoti iki to laiko, kol pasibaigė jų tipo patvirtinimo sertifikatų galiojimo laikas?	[4] Taisyklių 33 p.	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu
	Pastabos: 1. Tolesnis matavimo priemonių, kurių tipai yra išregistruoti iš Lietuvos matavimo priemonių valstybės registro, pateikimas ir tiekimas rinkai draudžiamas. Jau naudojamos šių tipų matavimo priemonės gali būti naudojamos tol, kol atitinka matavimo priemonėms nustatytus reikalavimus ([4] Taisyklių 34p.). MP, įrašytų į Registrą [11], tipo patvirtinimo sertifikatų galiojimo laikas nurodytas Lietuvos metrologijos inspekcijos tinklalapyje http://metrinsp.lrv.lt/lt/atviri-duomenys/matavimo-priemoniu-irasytu-i-lietuvas-matavimo-priemoniu-valstybes-registra-tipo-patvirtinimo-sertifikatu-galiojimo-laikas/.				

Reikalavimai dėl MP būklės ir naudojimo

10.	Ar visos MP įrengtos tinkamai, naudojamos ir prižiūrimos laikantis gamintojų parengtų techninių MP aprašų bei techninės priežiūros instrukcijų (ar MP įrengtos taip, kad atitiktų savo paskirtį, ar naudojamos, kaip nurodyta techniniame MP apraše; ar MP naudojamos apibrėžtoje klimatinėje, mechaninėje ir elektromagnetinėje aplinkoje bei prižiūrimos, kaip nurodyta techninės priežiūros instrukcijose), ar užtikrintos gamintojo apibrėžtos MP norminės veikimo sąlygos?	[1] 20 str. 2 d.; 21 str. 2 d. 2 p.; 22 str. 1 d., 2 d.	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu
-----	---	---	----------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------

Papildomi reikalavimai dėl dujų kolonėlių plombavimo ir dozavimo tikslumo

11.	Ar įmonėje visos dujų kolonėlės turi plombavimo schemas, kuriose nurodyta dujų kolonėlės eksploatacijos vieta (degalinės adresas) ir dujų kolonėlės gamyklinis numeris?	[1] 19 str. 6 d.; [3] 6 p.	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu
12.	Ar visų naudojamų degalų kolonėlių žemiau nurodyti įtaisai (jeigu nurodyti plombavimo schemose) yra apsaugoti apsaugos priemonėmis? - nuorinimo įtaisai (dujų separatorius); - dozatorius; - impulsų formuotuvas (pulseris); - skaičiuotuvo blokas ir jo programinė įranga; - elektroninis displėjus su suminiais skaitikliais; - elektroninis derinimo, korekcijos arba konversijos įtaisas (jeigu yra atskiras blokas arba blokai); - temperatūros matavimo jutiklis ir elektroninis blokas; - elektromechaniniai skaitikliai; - skirtuminis slėgio įtaisas (taikoma tik suskystintų dujų kolonėlėms ir suslėgtų gamtinių dujų kolonėlėms).	[3] 9 p.	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu
13.	Ar visoms naudojamoms dujų kolonėlėms yra įforminti patikros sertifikatai kiekvienam dujų kolonėlės įpylimo taškui?	[3] 5 p.	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu
14.	Ar patikrinimo metu tikrintų dujų kolonėlių dozatorių santykinė tūrio matavimo paklaidos buvo $\pm 1\%$ ribose?	[8] 39.2 p.	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu

Klausimyne nurodyti teisės aktai:

- Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymas (suvestinė redakcija nuo 2020-05-01) (TAR identifikacinis kodas: [0961010ISTA00I-1452](#)).
- Matavimo priemonių techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 4-699 „Dėl Matavimo priemonių techninio reglamento patvirtinimo“ (suvestinė redakcija nuo 2016-04-20) (TAR identifikacinis kodas: [2015-17168](#)).
- Degalų įpylimo kolonėlių techninės ir programinės įrangos apsaugos nuo rodmenų klastojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 4-791 „Dėl Degalų įpylimo kolonėlių techninės ir programinės įrangos apsaugos nuo rodmenų klastojimo taisyklių patvirtinimo“ ([TAR identifikacinis kodas: 2015-19699](#)).
- Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 4-761 „Dėl Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklių patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2018 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. 4-264 redakcija) (suvestinė redakcija nuo 2020-08-15) (TAR identifikacinis kodas: [2018-14803](#)).
- Teisinio metrologinio reglamentavimo sritims priskirtų matavimo priemonių grupių ir laiko intervalų tarp periodinių matavimo priemonių patikrų sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2018 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. 4-221 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. 4-523 „Dėl Teisei metrologijai priskirtų matavimo priemonių grupių ir laiko intervalų tarp patikrų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (suvestinė redakcija nuo 2020-10-08) (TAR identifikacinis kodas: [2014-10753](#); [2018-06185](#)).
- Grafiniai pavyzdžiai žymenų, naudojamų nuo 2020 m. sausio 1 d. reikalavimus atitinkančių matavimo priemonių atliktai patikrai pažymėti, patvirtinti Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko 2020-05-19 įsakymu Nr. 11V-93 „Dėl Matavimo priemonių patikros žymenų, jų naudojimo tvarkos aprašo ir patikros sertifikato 2021 metais“ (TAR identifikacinis kodas: [2020-10613](#)).
- Degalinių eksploataavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. 1-37 „Dėl Degalinių eksploataavimo taisyklių patvirtinimo“ (suvestinė redakcija nuo 2020-05-01) (TAR identifikacinis kodas: [109203NISAK00001-37](#)).
- Prekybos naftos produktais taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. 1-41 „Dėl Prekybos naftos produktais taisyklių patvirtinimo“ (suvestinė redakcija nuo 2020-09-02) (TAR identifikacinis kodas: [110203NISAK0001-346](#)).
- Leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. 1-19 „Dėl Leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (suvestinė redakcija nuo 2020-09-01) (TAR identifikacinis kodas: [112203NISAK00001-19](#)).

10. Neautomatinių svarstyklių techninio reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015-11-19. įsakymu Nr. 4-730 „Dėl Neautomatinių svarstyklių techninio reglamento patvirtinimo“ (TAR identifikacinis kodas: [2015-19077](#)).
11. Lietuvos matavimo priemonių valstybės registras (<http://www.metrinsp.lt/1/153/>), (<http://195.182.67.21:800/mpregistras/Resultsfull.php>).
12. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas 1999 m. birželio 17 d. Nr. VIII-1234 (suvestinė redakcija nuo 2020-11-01-2021-06-30) (TAR identifikacinis kodas: [0991010ISTAI-1234](#)).

PASTABA.

Taikant kontrolinį klausimyną turi būti vadovaujama aktualiomis šiame sąraše nurodytomis teisės aktų redakcijomis.

(tikrinusio pareigūno pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Dalyvavo tikrinant:

(pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)