

PATVIRTINTA

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie
Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus
2019 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. VKE-443

DANTŲ TECHNIKOS LABORATORIJOS PERIODINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖS KLAUSIMYNAS

20__ m. _____ d. pavedimas atlikti patikrinimą Nr. _____.

20__ m. _____ d. patikrinimo akto Nr. _____ priedas.

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas: _____.

Veiklos vykdymo adresas: _____.

*Leidimo-higienos paso Nr. _____, išdavimo data _____.

*(užpildoma prieš atliekant ūkio subjekto patikrinimą)

Įvertinta dantų technikos laboratorijos atitiktis Lietuvos higienos normos HN 47-1:2012 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. V-946 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 47-1:2012 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“ patvirtinimo“ (toliau lentelėje – HN 47-1:2012), reikalavimams.

Nustatyta:

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Nevertinta / Neaktualu**	Pastabos
I.	BENDRIEJI REIKALAVIMAI				
1.	Įstaigos darbuotojai dirba pasitikrinę sveikatą (HN 47-1:2012 11 priedo 4 punktas)	☐	☐		(!)***
2.	Įstaigoje yra šios vadovo patvirtintos procedūros:				
	2.1. rankų higienos (HN 47-1:2012 11 priedo 1.1 papunktis)	☐	☐		(!)
	2.2. medicinos prietaisų ir kitų gaminių valymo, dezinfekcijos (HN 47-1:2012 11 priedo 1.2 papunktis)	☐	☐		(!)
3.	2.3. aplinkos (patalpų, daiktų, įrenginių) paviršių higienos planas ir valymo, dezinfekcijos procedūra (HN 47-1:2012 11 priedo 1.3 papunktis)	☐	☐		(!)
	Valymo, dezinfekcijos tirpalai ruošiami ir naudojami pagal gamintojų pateiktas naudojimo instrukcijas (HN 47-1:2012 11 priedo 2 punktas)	☐	☐		(!)

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Nevertinta / Neaktualu**	Pastabos
4.	Laikomasi reikalavimo nenaudoti medicinos prietaisų ir gaminių, aplinkos (patalpų, daiktų, įrenginių) paviršių valymo, dezinfekcijos priemonių su pasibaigusiu jų galiojimo terminu (HN 47-1:2012 11 priedo 2 punktas)	☐	☐		
II.	RANKŲ HIGIENA				
	Patalpose, kuriose atliekama dezinfekcija, yra (HN 47-1:2012 11 priedo 5 punktas):				
5.	5.1. sieniniai skysto muilo ir rankų antiseptiko dozatoriai, skysto muilo be antiseptinių priedų, pramoninės gamybos alkoholinio rankų antiseptiko	☐	☐		
	5.2. uždara vienkartinį rankšluosčių dėtuve ir vienkartiniai rankšluosčiai	☐	☐		
	5.3. atvira ar pedalinė šiukšliadėžė su vienkartinio plastikiniu įklotu	☐	☐		
	5.4. praustuvės su vandens reguliavimo čiaupais, tekantis šaltas ir karštas vanduo	☐	☐		
6.	Medicinos prietaisų, gaminių, aplinkos daiktų ir paviršių tvarkymui, valymui, dezinfekcijai naudojamos cheminės medžiagos atsparios pirštinės (HN 47-1:2012 11 priedo 5 punktas)	☐	☐	☐	
III.	MEDICINOS PRIETAISŲ IR KITŲ GAMINIŲ VALYMAS, DEZINFEKCIJA				
7.	Patalpose yra plautuvė (-ės), įrengta (-os) atskirai nuo rankų praustuvės (-ių), su šalia esančia talpykla, skirta medicinos prietaisams ir kitiems gaminiams bei atspaudams dezinfekuoti (HN 47-1:2012 11 priedo 6 punktas)	☐	☐		
8.	Iš dantų technikų laboratorijos į odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigas siunčiami tik išvalyti ir dezinfekuoti bei į vienkartinės pakuotes supakuoti medicinos prietaisai ir kiti gaminiai (HN 47-1:2012 11 priedo 7 punktas)	☐	☐	☐	
	Prie išvalytų ir dezinfekuotų medicinos prietaisų ir kitų gaminių pakuočių, siunčiamų iš dantų technikos laboratorijos į odontologijos kabinetą, pridedamame užsakyme-sutartyje dėl dantų protezų pagaminimo įrašoma (HN 47-1:2012 11 priedo 8 punktas):				
9.	9.1. kada atliktas jų valymas ir dezinfekcija	☐	☐	☐	
	9.2. kokiomis priemonėmis jų valymas ir dezinfekcija buvo atlikta	☐	☐	☐	
	9.3. kas atliko jų valymą ir dezinfekciją (atsakingas asmuo)	☐	☐	☐	

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Nevertinta / Neaktualu**	Pastabos
10.	Laikomasi reikalavimo medicinos prietaisus ir kitus gaminius dezinfekuoti ne žemesnio kaip vidutinio lygio cheminės dezinfekcijos preparatų tirpalais (HN 47-1:2012 11 priedas 9 punktas)	☐	☐		
IV.	APLINKOS (PATALPŲ, DAIKTŲ, ĮRENGINIŲ) VALYMAS, DEZINFEKCIJA				
11.	Aplinkos (patalpų, daiktų, įrenginių) paviršiai švarūs (be akivaizdžiai matomų užteršimų), tinkami valyti ir dezinfekuoti, atsparūs valymo, dezinfekcijos priemonėms (HN 47-1:2012 11 priedo 10 punktas)	☐	☐		
12.	Aplinkos (patalpų, daiktų, įrenginių) paviršiams dezinfekuoti naudojami teisės aktų nustatyta tvarka autorizuoti ir registruoti biocidai (HN 47-1:2012 11 priedo 12 punktas)	☐	☐		
13.	Atlikti pagrindinio patalpų valymo ir dezinfekcijos darbai registruojami (HN 7-1:2012 11 priedo 17 punktas)	☐	☐		(!)
14.	Tualetams valyti / dezinfekuoti yra atskiras paženklintas valymo / dezinfekcijos inventorių (HN 47-1:2012 11 priedo 18 punktas)	☐	☐		
15.	Aplinkos (patalpų, daiktų, įrenginių) paviršių valymo / dezinfekcijos inventorių, priemonės laikomi tam skirtoje patalpoje (zonoje) ir (ar) spintoje. (HN 47-1:2012 11 priedo 20 punktas)	☐	☐		

** Pasirinkus atsakymo variantą „Neaktualu / Nevertinta“, skiltyje „Pastabos“ turi būti pateikti pasirinkimo paaiškinimai

*** Pastabose nurodytas ženklas „(!)“ žymi ties kuriuo reikalavimu turi būti atsižvelgta į įstaigoje saugojamus, rengiamus dokumentus

Nustatyta:

☐ Veikla vykdoma nepažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 47-1:2012 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. V-946 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 47-1:2012 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“ patvirtinimo“, reikalavimų.

☐ Veikla vykdoma pažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 47-1:2012 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. V-946 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 47-1:2012 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“ patvirtinimo“

..... punkto / papunkčio (.....),
 punkto / papunkčio (.....),
 punkto / papunkčio (.....)
 reikalavimus.

Jeigu periodinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę pareigūnas atliko nesivadovaudamas klausimynu ar norima pasikonsultuoti dėl į klausimyną įtrauktų reikalavimų, ūkio subjektą prašome kreiptis į Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (el. paštu kontrolė@nvsc.lt).

Pasiūlymus, pastebėjimus dėl klausimynų ūkio subjektas gali teikti Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainės skyriaus „Administracinė informacija“ srities „Ūkio subjektų priežiūra“ dalyje „Periodinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės klausimynai“ bei el. paštu kontrolė@nvsc.lt.
