

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

Į S A K Y M A S
DĖL TRETINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LICENCIJAVIMO REIKALAVIMŲ

1999 m. birželio 7 d. Nr. 279

Vilnius

Įgyvendindamas Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymą (Žin., 1998, Nr. 109-2995) ir vykdydamas Įstaigų sveikatos priežiūros licencijavimo taisykles (Žin., 1999, Nr. 23-670),

1. T v i r t i n u:

1. Bendruosius tretinės sveikatos priežiūros licencijavimo reikalavimus:

1.1. radiologijos tarnybai (1 priedas);

1.2. patologijos tarnybai (2 priedas);

1.3. transfuziologijos tarnybai (3 priedas).

2. Nustatau, kad:

2.1. tretinė sveikatos priežiūra teikiama visą parą taikant sudėtingus tyrimo ir gydymo būdus, kuriems būtinas įvairių tarnybų bei įvairių profilių specialistų bendradarbiavimas;

2.2. įstaiga, teikianti tretinę sveikatos priežiūrą, turi atitikti:

2.2.1. bendruosius tretinės sveikatos priežiūros licencijavimo reikalavimus, keliamus:

2.2.1.1. radiologijos tarnybai, nustatytus šio įsakymo 1 priede,

2.2.1.2. patologijos tarnybai, nustatytus šio įsakymo 2 priede,

2.2.1.3. transfuziologijos tarnybai, nustatytus šio įsakymo 3 priede,

2.2.1.4. atestuotai tretinio lygio laboratorijai, nustatytus SAM 1998 12 11 įsakymu Nr. 737 (Žin., 1998, Nr. 111-3092),

2.2.1.5. suaugusiųjų reanimacijai ir intensyviajai terapijai, nustatytus SAM 1999 03 16 įsakymo Nr. 120 2 priede ir(ar) vaikų reanimacijai ir intensyviajai terapijai, nustatytus SAM 1999 03 16 įsakymo Nr. 120 3 priede (Žin., 1999, Nr. 28-812),

2.2.1.6. reabilitacijos skyriui, nustatytus SAM 1999 02 25 įsakymo Nr. 92 5 priede (Žin., 1999, Nr. 22-626);

2.2.2. sveikatos apsaugos ministro patvirtintus atitinkamų profilių tretinės sveikatos priežiūros teikiamų paslaugų ir tvarkos reikalavimus;

2.3. įstaigoje turi būti atliekamos Medicinos normoje MN 58: 1997 „Klinikinės fiziologijos gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija, atsakomybė“ reglamentuotos procedūros, būtinos atitinkamam ligų gydymo profiliui;

2.4. šio įsakymo 2.2 punkto reikalavimai netaikomi licencijuojant specializuotas psichiatrijos, ftiziatrijos, reabilitacijos ir sanatorines gydymo įstaigas.

3. Pavedu:

3.1. Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos, licencijuojant sveikatos priežiūros įstaigas, vadovautis šiuo įsakymu patvirtintais reikalavimais;

3.2. šio įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui V. Basiui.

L. E. SVEIKATOS APSAUGOS
MINISTRO PAREIGAS

MINDAUGAS STANKEVIČIUS

PATVIRTINTA

l. e. sveikatos apsaugos ministro pareigas

1999 m. birželio 7 d. įsakymu Nr. 279

1 priedas

**BENDRIEJI TRETINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LICENCIJAVIMO REIKALAVIMAI
RADIOLOGIJOS TARNYBAI**

1. Personalas:
 - 1.1. gydytojai radiologai;
 - 1.2. gydytojai, turintys intervencijos radiologo sertifikatą;
 - 1.3. gydytojai tyrėjai, turintys echoskopuotojo ar rentgenodiagnostiko sertifikatą;
 - 1.4. radiologijos laborantai.
 2. Medicinos prietaisai:
 - 2.1. ultragarso aparatūra su doplermetrinio režimu bei punkciniais priedais;
 - 2.2. kompiuterinis tomografas (III–IV generacijos)*;
 - 2.3. mamografas;
 - 2.4. angiografas*;
 - 2.5. stacionariniai rentgeno aparatai (2–3 darbo vietų) su EOS ir vaizdo sistema;
 - 2.6. radionuklidinės diagnostikos įranga (įskaitant GAMA kamerą bei specialias kompiuterines programas)*;
 - 2.7. magnetinio rezonanso tomografas*;
 - 2.8. osteodensitometras*;
 - 2.9. skaitmeninė vaizdo apdorojimo sistema;
 - 2.10. kompiuterinis tinklas diagnostinio vaizdo analizei, archyvavimui bei perdavimui;
 - 2.11. diagnostinio vaizdo kokybės kontrolės sistemos (sensitometrai, densitometrai, ph-metrai ir kt.);
 - 2.12. radiacinės bei individualios saugos priemonės;
 - 2.13. automatinio ryškinimo procesoriai bei fotolaboratorinė įranga;
 - 2.14. dozimetrinė aparatūra.
-

* tretinę sveikatos priežiūrą teikiančios įstaigos gali sudaryti sutartis dėl tyrimų šiais aparatais atlikimo.

**BENDRIEJI TRETINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LICENCIJAVIMO REIKALAVIMAI
PATOLOGIJOS TARNYBAI**

1. Patalpos:
 - 1.1. imunohistocheminė laboratorija;
 - 1.2. šaldomo mikrotomo patalpa;
 - 1.3. fotolaboratorija;
 - 1.4. elektroninio mikroskopo patalpa;
 - 1.5. elektroninės mikroskopijos laboratorija.
 2. Medicinos prietaisai:
 - 2.1. elektroninis mikroskopas;
 - 2.2. vakuumo postas;
 - 2.3. ultramikrotomas (ultratomas);
 - 2.4. termostatas-inkubatorius;
 - 2.5. mikrobangų krosnelė;
 - 2.6. kriotomas;
 - 2.7. termostatas-inkubatorius (+30–60°C);
 - 2.8. distiliatorius;
 - 2.9. laikmačiai;
 - 2.10. elektroninės svarstyklės (0,1 mg tikslumo);
 - 2.11. mikrobangų krosnelė, pritaikyta imunohistocheminių preparatų gamybai;
 - 2.12. šildomoji magnetinė maišyklė;
 - 2.13. labai žemos (-80°C) temperatūros šaldiklis su CO₂ apsaugos sistema;
 - 2.14. fotolaboratorijos įranga.
 3. Personalias:
 - 3.1. gydytojai patologai;
 - 3.2. klinikos laborantai;
 - 3.3. medicinos biologai.
 4. Papildomos sąlygos:
 - 4.1. pagal tretinės sveikatos priežiūros licencijavimo reikalavimus, chirurgijos paslaugas teikiančiose sveikatos priežiūros įstaigose skubi (intraoperacinė) biopsija turi būti atliekama per 30 min.
 - 4.2. elektroninės mikroskopijos tyrimas gali būti atliekamas pagal sutartis su kitomis sveikatos priežiūros įstaigomis.
-

**BENDRIEJI TRETINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LICENCIJAVIMO REIKALAVIMAI
TRANSFUZIOLOGIJOS TARNYBAI**

1. Patalpos:
 - 1.1. donorų laukiamasis;
 - 1.2. laboratorija (tyrimai gali būti atliekami įstaigos laboratorijoje);
 - 1.3. donorinė;
 - 1.4. operacinė;
 - 1.5. ekspedicija;
 - 1.6. patalpa kraujo preparatams saugoti.
 2. Medicinos prietaisai:
 - 2.1. svarstyklės;
 - 2.2. plastikinių maišelių vamzdelių suvirinimo aparatas – 1 aparatas 2 donorų vietoms;
 - 2.3. gamybinė centrifuga;
 - 2.4. plazmos trauktuvas;
 - 2.5. buitiniai šaldytuvai (kraujui, jo komponentams saugoti). Pageidaujama turėti medicininius šaldytuvus su aliarmo sistema;
 - 2.6. šaldiklis su aliarmo sistema (žemos temperatūros šaldytuvas, temperatūra iki -25°–30°C);
 - 2.7. kraujo separatorius (pageidaujama);
 - 2.8. pageidaujama turėti plazmos trauktuvą su optine sistema ir maišytuvą-svarstyklę, fiksuojančias svorį ir kraujo davimo trukmę;
 - 2.9. pageidaujama turėti kraujo fotomodifikacijos aparatą.
 3. Personalas:
 - 3.1. gydytojai, turintys transfuziologo sertifikatą;
 - 3.2. vidaus ligų gydytojai;
 - 3.3. bendrosios praktikos slaugytojai;
 - 3.4. laboratorijos gydytojai arba medicinos biologai (jei transfuziologijos tarnyboje yra laboratorija);
 - 3.5. klinikos laborantai (jei transfuziologijos tarnyboje yra laboratorija).
-