



LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

**ĮSAKYMAS
DĖL MATAVIMO PRIEMONIŲ TEISINIO METROLOGINIO REGLAMENTAVIMO
TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO**

2014 m. spalio 24 d. Nr. 4-761
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo 8 straipsnio 2 dalimi, 9 straipsnio 2 dalies 2 punktu, 12 straipsnio 2 dalimi, 18 straipsnio 2 dalimi ir 19 straipsnio 8 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 24 d. nutarimo Nr. 330 „Dėl ministrams pavedamų valdymo sričių“ 1.11.1 papunkčiu:

1. T v i r t i n u Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisykles (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2014 m. spalio 27 dieną.

Ūkio ministras

Evaldas Gustas

MATAVIMO PRIEMONIŲ TEISINIO METROLOGINIO REGLAMENTAVIMO TAISYKLĖS

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių, patenkančių į techninių reglamentų, kurie nustato matavimo priemonių pateikimo Lietuvos Respublikos rinkai (toliau – rinkai) ir pradėjimo naudoti sąlygas (toliau – techniniai reglamentai), ir į kitų Europos Sąjungos derinamuosius teisės aktus įgyvendinančių teisės aktų taikymo sritį, pateikimo rinkai ir pradėjimo naudoti tvarką, taip pat teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių, nepatenkančių į techninių reglamentų ir į kitų Europos Sąjungos derinamuosius teisės aktus įgyvendinančių teisės aktų taikymo sritį, tipo įvertinimo ir patvirtinimo tvarką, šių matavimo priemonių tipo įrašymo į Lietuvos matavimo priemonių valstybės registrą, matavimo priemonės tipo patvirtinimo sertifikato išdavimo, šio sertifikato galiojimo pratęsimo, galiojimo panaikinimo ir matavimo priemonės tipo išregistravimo iš Lietuvos matavimo priemonių valstybės registro procedūrą, matavimo priemonės patikros atlikimo ir ne Lietuvos Respublikoje atliktos matavimo priemonės patikros pripažinimo pagrindus.

2. Taisyklių 1 punkte nurodyti techniniai reglamentai yra Taisyklių 1 priedo I skyriuje nurodyti Lietuvos Respublikos teisės aktai.

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1. **Ekonominės veiklos vykdytojai** – gamintojas, gamintojo įgaliotasis atstovas, importuotojas ir platintojas.

3.2. **Europos Sąjungos derinamieji teisės aktai** – bet kurie Europos Sąjungos teisės aktai, kuriais suderinamos matavimo priemonių pateikimo į Europos Sąjungos rinką sąlygos.

3.3. **Gamintojo įgaliotasis atstovas** – Lietuvos Respublikoje arba kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės (toliau – EEE) valstybėje nuolat gyvenantis fizinis arba įsisteigęs juridinis asmuo, gamintojo raštiškai įgaliotas veikti jo vardu atliekant Taisyklėse gamintojui nustatytus įpareigojimus.

3.4. **Importuotojas** – Lietuvos Respublikoje arba kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje arba EEE valstybėje nuolat gyvenantis fizinis arba įsisteigęs juridinis asmuo, kuris pateikia matavimo priemonę iš trečiosios šalies į rinką.

4. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos metrologijos įstatyme, Lietuvos Respublikos atitikties įvertinimo įstatyme, Matavimo priemonių techniniame reglamente, patvirtintame Valstybinės metrologijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos direktoriaus 2006 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-31 „Dėl Matavimo priemonių techninio reglamento patvirtinimo“, ir kituose teisės aktuose.

II SKYRIUS MATAVIMO PRIEMONIŲ, PATENKANČIŲ Į TECHNINIŲ REGLAMENTŲ IR KITŲ EUROPOS SĄJUNGOS DERINAMUOSIUS TEISĖS AKTUS ĮGYVENDINANČIŲ TEISĖS AKTŲ TAIKymo SRITĮ, PATEIKIMAS RINKAI IR PRADĖJIMAS NAUDOTI

5. Leidžiama be apribojimų pateikti rinkai ir pradėti naudoti Lietuvos Respublikoje arba kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar EEE valstybėje pagamintas matavimo priemonės,

patenkančias į techninių reglamentų ir kitų Europos Sąjungos derinamuosius teisės aktus įgyvendinančių teisės aktų taikymo sritis, jeigu matavimo priemonės yra pažymėtos ženklais ir (arba) žymenimis, patvirtinančiais Lietuvos Respublikoje arba kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar EEE valstybėje atliktą matavimo priemonės atitikties įvertinimą, EB modelio patvirtinimą ir (arba) EB pirminę patikrą.

6. Ženkla ir (arba) žymenys, patvirtinantys Lietuvos Respublikoje atliktą matavimo priemonės atitikties įvertinimą, EB modelio patvirtinimą ir EB pirminę patikrą, nurodyti Taisyklių 1 priedo I ir II skyriuose.

III SKYRIUS

MATAVIMO PRIEMONIŲ, NEPATENKANČIŲ Į TECHNINIŲ REGLAMENTŲ IR KITŲ EUROPOS SĄJUNGOS DERINAMUOSIUS TEISĖS AKTUS ĮGYVENDINANČIŲ TEISĖS AKTŲ TAIKymo SRITĮ, PATEIKIMAS RINKAI IR PRADĖJIMAS NAUDOTI

7. Leidžiama be apribojimų pateikti rinkai ir pradėti naudoti Lietuvos Respublikoje arba kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar EEE valstybėje pagamintas matavimo priemonės, nepatenkančias į techninių reglamentų ir kitų Europos Sąjungos derinamuosius teisės aktus įgyvendinančių teisės aktų taikymo sritis, jeigu laikomasi šių reikalavimų:

7.1. matavimo priemonės yra pažymėtos ženklais ir (arba) žymenimis ar turi dokumentus, patvirtinančius Lietuvos Respublikoje arba kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar EEE valstybėje atliktą matavimo priemonės tipo įvertinimą ir patvirtinimą, pirminę patikrą; ženklai ir (arba) žymenys, patvirtinantys Lietuvos Respublikoje atliktą matavimo priemonės tipo įvertinimą ir patvirtinimą, pirminę patikrą, nurodyti Taisyklių 1 priedo III skyriuje;

7.2. prie matavimo priemonių yra pridedami šie lietuvių kalba parengti dokumentai:

7.2.1. techniniai matavimo priemonės aprašai su nurodytomis matavimo priemonės metrologinėmis charakteristikomis;

7.2.2. matavimo priemonės įrengimo, naudojimo ir techninės priežiūros instrukcijos, kuriose turi būti pateikiami konkrečiai matavimo priemonei taikomi naudojimo apribojimai, priežiūros reikalavimai, matavimo priemonės klimatinės, mechaninės ir elektromagnetinės aplinkos sąlygos;

7.2.3. matavimo priemonės plombavimo schemas, jeigu reikalavimas parengti šias schemas yra įtvirtintas matavimo priemonių patikros metodikose, arba matavimo priemonės gamintojo parengta informacija apie dedamų plombų ir ženklų (žymenų) vietas;

7.3. kitos Europos Sąjungos valstybės narės ar EEE valstybės, iš kurios tiekiamas matavimo priemonė, nacionaliniai reikalavimai klimatinei aplinkai atitinka Aprašo 12 punkte nurodytuose dokumentuose nustatytus reikalavimus matavimo priemonės klimatinei aplinkai.

8. Teisinės metrologinės priežiūros metu ekonominės veiklos vykdytojas šią priežiūrą atliekančiai institucijai turi pateikti informaciją apie iš kitų Europos Sąjungos valstybių narių ar EEE valstybių rinkai pateikiamų matavimo priemonių ženklų ir (arba) žymenų, patvirtinančių šiose valstybėse atliktas metrologinio patvirtinimo procedūras, formą ir turinį.

9. Jeigu matavimo priemonė neatitinka Taisyklių 7.1 papunkčio reikalavimų, prieš pateikiant ją rinkai, turi būti atliktas tokios matavimo priemonės tipo įvertinimas ir patvirtinimas bei pirminė patikra, išskyrus šio punkto antrojoje pastraipoje nurodytą atvejį.

Tiekiant iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės ar EEE valstybės matavimo priemonę, kuriai šioje valstybėje pagal nacionalinių teisės aktų reikalavimus atliktas tik tipo įvertinimas ir patvirtinimas, prieš pateikiant matavimo priemonę rinkai, vadovaujantis Taisyklių 42 punktu, atliekama tik šios matavimo priemonės pirminė patikra.

10. Veiksmus, susijusius su matavimo priemonių, nepatenkančių į techninių reglamentų ir kitų Europos Sąjungos derinamuosius teisės aktus įgyvendinančių teisės aktų taikymo sritis, tipo įvertinimu, atlieka atitinkamų matavimo priemonių patikros srityje paskirtos įstaigos (toliau – paskirtosios įstaigos).

Ekonominės veiklos vykdytojas kreipiasi į paskirtąją įstaigą dėl matavimo priemonės tipo įvertinimo, pateikdamas Taisyklių 20.2–20.4 papunkčiuose nurodytus dokumentus.

11. Matavimo priemonės tipo įvertinimas atliekamas pagal ekonominės veiklos vykdytojo ir paskirtosios įstaigos sudarytas sutartis.

12. Reikalavimai matavimo priemonėms, nepatenkančioms į techninių reglamentų ir kitų Europos Sąjungos derinamuosius teisės aktus įgyvendinančių teisės aktų taikymo sritį, nustatomi matavimo priemonių patikros metodikomis, pateikiant jose nuorodą į Tarptautinės teisinės metrologijos organizacijos (OIML), Europos bendradarbiavimo teisinės metrologijos srityje organizacijos (WELMEC) priimtus dokumentus ir (arba) standartus, nustatančius reikalavimus matavimo priemonėms, ir (arba) gamintojo techniniais dokumentais (toliau kartu – techniniai dokumentai).

13. Paskirtoji įstaiga:

13.1. įvertina ekonominės veiklos vykdytojo pateiktus dokumentus, matavimo priemonės metrologinių charakteristikų atitiktį techniniuose dokumentuose nustatytiems reikalavimams ir matavimo priemonės patikros atlikimo Lietuvos Respublikoje galimybę; nesant kitų Europos Sąjungos valstybių narių ar EEE valstybių kompetentingos įstaigos arba Lietuvos Respublikoje akredituotos bandymų laboratorijos atliktų bandymų, paskirtoji įstaiga pagal paskirtosios įstaigos vadovo patvirtintą bandymų programą atlieka reikiamos apimties matavimo priemonės tipo bandymus ir įvertina šių bandymų rezultatus;

13.2. parengia matavimo priemonės tipo įvertinimo ataskaitą (Taisyklių 4 priedas) ir matavimo priemonės tipo patvirtinimo sertifikato projektą.

14. Matavimo priemonės tipo įvertinimo ataskaita ir bandymų, jeigu jie buvo atliekami, protokolai rengiami trimis egzemplioriais.

15. Matavimo priemonės tipo patvirtinimo sertifikato formą tvirtina teisinę metrologinę priežiūrą atliekančios institucijos vadovas.

16. Jeigu paskirtosios įstaigos atlikto matavimo priemonės tipo įvertinimo išvados yra teigiamos ir matavimo priemonės tipas atitinka techniniais dokumentais nustatytus reikalavimus, Taisyklių V skyriaus nustatyta tvarka ekonominės veiklos vykdytojas kreipiasi į Ūkio ministeriją dėl matavimo priemonės tipo patvirtinimo.

17. Nustačius, kad iš kitų Europos Sąjungos valstybių narių ar EEE valstybių norimos pateikti į rinką ar tiekiamos rinkai matavimo priemonės savo charakteristikomis neužtikrina apsaugos lygio, lygiaverčio nustatytajam techniniuose dokumentuose, teisės aktų nustatyta tvarka gali būti draudžiama šias matavimo priemones pateikti į rinką arba gali būti taikomas jų pašalinimas iš rinkos.

IV SKYRIUS

NE EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBIŲ NARIŲ IR EEE VALSTYBIŲ GAMINTOJŲ MATAVIMO PRIEMONIŲ PATEIKIMAS RINKAI IR PRADĖJIMAS NAUDOTI

18. Ne Europos Sąjungos valstybių narių ir EEE valstybių gamintojų matavimo priemonės gali būti pateikiamos rinkai ir pradėdamos naudoti, jeigu matavimo priemonės:

18.1. atitinka Taisyklių 5 punkto reikalavimus, jeigu matavimo priemonės patenka į techninių reglamentų ir (arba) kitų Europos Sąjungos derinamuosius teisės aktus įgyvendinančių teisės aktų taikymo sritis;

18.2. atitinka Taisyklių 7.1 papunkčio reikalavimus, jeigu matavimo priemonės nepatenka į techninių reglamentų ir kitų Europos Sąjungos derinamuosius teisės aktus įgyvendinančių teisės aktų taikymo sritis. Reikalavimas atitikti Taisyklių 7.1 papunkčio reikalavimus netaikomas, kai dėl ne Europos Sąjungos valstybėje narėje ar EEE valstybėje išduotų matavimo priemonių tipo patvirtinimo sertifikatų ir žymenų pripažinimo yra sudaryta Lietuvos Respublikos tarptautinė sutartis – tokiu atveju ne Europos Sąjungos valstybių narių ir EEE valstybių gamintojų matavimo priemonės pateikiamos rinkai ir pradėdamos naudoti šios tarptautinės sutarties pagrindu.

19. Jeigu matavimo priemonės, kurios yra pateikiamos iš ne Europos Sąjungos valstybių narių ir EEE valstybių, neatitinka Taisyklių 18.1 papunkčio arba 18.2 papunkčio (neatitinka Taisyklių 7.1 papunkčio reikalavimų ir nėra sudaryta šiame papunktyje nurodyta tarptautinė sutartis) reikalavimų,

joms turi būti atliktos atitinkamai techniniuose reglamentuose ir (arba) kituose Europos Sąjungos derinamuosius teisės aktus įgyvendinančiuose teisės aktuose arba Taisyklių 9 punkte nurodytos teisinio metrologinio patvirtinimo procedūros.

V SKYRIUS

MATAVIMO PRIEMONĖS TIPO PATVIRTINIMAS IR ĮRAŠYMAS Į LIETUVOS MATAVIMO PRIEMONIŲ VALSTYBĖS REGISTRĄ. MATAVIMO PRIEMONĖS TIPO PATVIRTINIMO SERTIFIKATO GALIOJIMO PRATĖSIMAS IR GALIOJIMO PANAIKINIMAS, MATAVIMO PRIEMONĖS TIPO IŠREGISTRAVIMAS IŠ LIETUVOS MATAVIMO PRIEMONIŲ VALSTYBĖS REGISTRO

20. Ekonominės veiklos vykdytojas, norintis patvirtinti matavimo priemonės tipą, per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme, adresu www.verslovartai.lt arba tiesiogiai kreipdamasis į Ūkio ministeriją pateikia šiuos dokumentus:

20.1. užpildytą prašymą patvirtinti matavimo priemonės tipą (Taisyklių 2 priedas);

20.2. gamintojo parengtų dokumentų, apibūdinančių matavimo priemonės konstrukciją ir jos veikimą, kitų Taisyklių 8.2 papunktyje nurodytų dokumentų originalo kalba kopijas ir šių dokumentų oficialius vertimus į lietuvių kalbą;

20.3. techninius dokumentus, nustatančius reikalavimus matavimo priemonei, arba informaciją, kokie techniniai dokumentai yra taikomi;

20.4. kitų Europos Sąjungos valstybių narių ar EEE valstybių kompetentingų įstaigų atliktų bandymų, jei tokie buvo atlikti, protokolų ir (arba) išduotų bandymų sertifikatų kopijas;

20.5. paskirtosios įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens patvirtintą matavimo priemonės tipo įvertinimo ataskaitą;

20.6. matavimo priemonės tipo patvirtinimo sertifikato projektą.

21. Ūkio ministerija, gavusi Taisyklių 20 punkte nurodytus dokumentus, įvertina, ar pateikti visi reikalaujami dokumentai ir ar jie tinkamai užpildyti. Tuo atveju, jeigu pateikti ne visi dokumentai, nurodyti Taisyklių 20 punkte, ir (arba) pateikti netinkamai užpildyti dokumentai, Ūkio ministerija raštu kreipiasi į ekonominės veiklos vykdytoją dėl papildomų dokumentų pateikimo ir (arba) informacijos patikslinimo ir nustato ne trumpesnę kaip 5 darbo dienų terminą nurodytiems trūkumams pašalinti.

22. Ūkio ministerija ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo visų tinkamai užpildytų Taisyklių 20 punkte nurodytų dokumentų gavimo dienos priima vieną iš šių sprendimų:

22.1. patvirtinti matavimo priemonės tipą, jeigu matavimo priemonės tipas atitinka techniniais dokumentais nustatytus reikalavimus;

22.2. atsisakyti patvirtinti matavimo priemonės tipą, nustačiusi, kad matavimo priemonės tipo įvertinimo ataskaita su teigiamomis išvadomis išduota techniniais dokumentais nustatytų reikalavimų neatitinkančiam matavimo priemonės tipui; tokiu atveju Ūkio ministerija nedelsdama prašyme patvirtinti matavimo priemonės tipą nurodytu būdu informuoja šį prašymą pateikusį ekonominės veiklos vykdytoją apie priežastis, dėl kurių atsisakyta patvirtinti matavimo priemonės tipą.

23. Matavimo priemonės tipas tvirtinamas ūkio ministro įsakymu. Patvirtinusi matavimo priemonės tipą, Ūkio ministerija nedelsdama prašyme patvirtinti matavimo priemonės tipą nurodytu būdu informuoja ekonominės veiklos vykdytoją apie priimtą sprendimą ir apie tai, kad jo pateikti dokumentai, nurodyti Taisyklių 20.1–20.6 papunkčiuose, bus persiųsti teisinę metrologinę priežiūrą atliekančiai institucijai, kuri šių dokumentų pagrindu išduos jam matavimo priemonės tipo patvirtinimo sertifikatą ir įrašys patvirtintą matavimo priemonės tipą į Lietuvos matavimo priemonių valstybės registrą.

24. Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo patvirtinti matavimo priemonės tipą priėmimo, Ūkio ministerija raštu informuoja teisinę metrologinę priežiūrą atliekančią instituciją apie matavimo priemonės tipo patvirtinimą, pateikdama ekonominės veiklos vykdytojo prašymo ir

ūkio ministro įsakymo kopijas bei kitus Taisyklių 20.2–20.6 papunkčiuose nurodytus dokumentus.

Ūkio ministerijos pateikti dokumentai teisinę metrologinę priežiūrą atliekančioje institucijoje saugomi Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

25. Teisinę metrologinę priežiūrą atliekanti institucija, vadovaudamasi Taisyklių 24 punkte nurodytais duomenimis, Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymu ir savo nuostatais, išduoda ekonominės veiklos vykdytojui matavimo priemonės tipo patvirtinimo sertifikatą ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įrašo patvirtintą matavimo priemonės tipą į Lietuvos matavimo priemonių valstybės registrą.

Matavimo priemonės tipo patvirtinimo sertifikatą pasirašo teisinę metrologinę priežiūrą atliekančios institucijos vadovas. Matavimo priemonės tipo patvirtinimo sertifikatas tvirtinamas teisinę metrologinę priežiūrą atliekančios institucijos antspaudu.

26. Matavimo priemonės tipo patvirtinimo sertifikatas išduodamas 10 (dešimčiai) metų. Matavimo priemonės tipo patvirtinimo sertifikato galiojimo laikas gali būti pratęstas dar 10 (dešimčiai) metų, ekonominės veiklos vykdytojui Taisyklių 20 punkte nurodytu būdu Ūkio ministerijai pateikus šiuos dokumentus:

26.1. užpildytą prašymą pratęsti matavimo priemonės tipo patvirtinimo sertifikato galiojimą (Taisyklių 3 priedas);

26.2. dokumentus, patvirtinančius iš naujo atliktą matavimo priemonės tipo įvertinimą (paskirtosios įstaigos parengtą matavimo priemonės tipo įvertinimo ataskaitą);

26.3. dokumentus, nurodytus Taisyklių 20.2–20.4 papunkčiuose, jeigu juose nurodyti duomenys, galiojant matavimo priemonės tipo patvirtinimo sertifikatui, pasikeitė.

27. Ekonominės veiklos vykdytojo prašymas pratęsti matavimo priemonės tipo patvirtinimo sertifikato galiojimą ir prie šio prašymo pridėti dokumentai nagrinėjami Taisyklių 21–22 punktuose nustatyta tvarka ir terminais.

28. Sprendimą dėl matavimo priemonės tipo patvirtinimo sertifikato galiojimo laiko pratęsimo priima ūkio ministras.

Matavimo priemonės tipo patvirtinimo sertifikato galiojimo laiko pratęsimų skaičius neribojamas.

29. Pratęsus matavimo priemonės tipo patvirtinimo sertifikato galiojimą arba atsisakius pratęsti matavimo priemonės tipo patvirtinimo sertifikato galiojimą, Ūkio ministerija nedelsdama prašyme pratęsti matavimo priemonės tipo patvirtinimo sertifikato galiojimą nurodytu būdu apie tai informuoja šį prašymą pateikusi ekonominės veiklos vykdytoją. Atsisakius pratęsti matavimo priemonės tipo patvirtinimo sertifikato galiojimą, ekonominės veiklos vykdytojui pateikiamoje informacijoje turi būti nurodytos priežastys, dėl kurių atsisakyta pratęsti matavimo priemonės tipo patvirtinimo sertifikato galiojimą.

30. Pasibaigus matavimo priemonės tipo patvirtinimo sertifikato galiojimo laikui ir nepratęsus jo galiojimo, matavimo priemonės tipas, kuriam išduotas šis sertifikatas, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išregistruojamas iš Lietuvos matavimo priemonių valstybės registro.

Tolesnis šio punkto pirmojoje pastraipoje nurodyto tipo matavimo priemonių pateikimas ir tiekimas rinkai draudžiamas. Jau naudojamos šio tipo matavimo priemonės gali būti naudojamos tol, kol atitinka matavimo priemonių patikros metodikomis nustatytus reikalavimus.

31. Matavimo priemonės, kurių tipas yra patvirtintas, ekonominės veiklos vykdytojo ženklinamos Taisyklių 1 priedo III skyriuje nurodytais ženklais ir (arba) žymenimis.

32. Pakeitus matavimo priemonės tipo konstrukciją ir veikimą taip, kad šie pakeitimai gali turėti įtakos matavimo priemonės rodmenims, tokiam matavimo priemonės tipui Taisyklių III ir V skyrių nustatyta tvarka turi būti atliekamas tipo įvertinimas ir patvirtinimas bei išduodamas naujas matavimo priemonės tipo patvirtinimo sertifikatas.

33. Atsiradus naujai matavimo priemonės tipo modifikacijai, Taisyklių 10–11, 13–14 ir 20–23 punktų nustatyta tvarka turi būti atliekamas šios matavimo priemonės tipo modifikacijos įvertinimas ir patvirtinimas. Įvertinus ir patvirtinus naują matavimo priemonės tipo modifikaciją, išduodamas matavimo priemonės tipo patvirtinimo sertifikato papildymas su patvirtintos matavimo priemonės tipo modifikacijos duomenimis, kurie Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įrašomi į

Lietuvos matavimo priemonių valstybės registrą.

34. Įsakymas, kuriuo patvirtintas matavimo priemonės tipas, pripažįstamas netekusiu galios šiais atvejais:

34.1. nustačius, kad įsakymu patvirtintas techniniais dokumentais nustatytų reikalavimų neatitinkantis matavimo priemonės tipas;

34.2. naudojant įsakymu patvirtinto tipo matavimo priemones, atsiskleidžia jų bendro pobūdžio defektas, dėl kurio šios matavimo priemonės nebetinkamos naudoti pagal paskirtį.

35. Ūkio ministerija nedelsdama apie įsakymo, kuriuo patvirtintas matavimo priemonės tipas, pripažinimą netekusiu galios informuoja:

35.1. prašymą patvirtinti matavimo priemonės tipą pateikusį ekonominės veiklos vykdytoją – šiame prašyme nurodytu būdu;

35.2. teisinę metrologinę priežiūrą atliekančią instituciją – elektroniniu paštu, kartu pateikdama ūkio ministro įsakymo skaitmeninę kopiją.

36. Teisinę metrologinę priežiūrą atliekanti institucija, vadovaudamasi Aprašo 35.2 papunktyje nurodytais duomenimis, panaikina pagal įsakymą, kuriuo patvirtintas matavimo priemonės tipas, išduotą matavimo priemonės tipo patvirtinimo sertifikatą ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išregistruoja matavimo priemonės tipą iš Lietuvos matavimo priemonių valstybės registro.

Informacija apie šio punkto pirmojoje pastraipoje nurodytus teisinę metrologinę priežiūrą atliekančios institucijos veiksmus skelbiama šios institucijos interneto svetainėje.

Panaikinus matavimo priemonės tipo patvirtinimo sertifikatą, tolesnis šio tipo matavimo priemonių pateikimas ir tiekimas rinkai bei naudojimas teisinės metrologijos srityje draudžiamas.

VI SKYRIUS

MATAVIMO PRIEMONĖS TIPO ĮVERTINIMO IR PATVIRTINIMO REIKALAVIMŲ NETAIKYMAS

37. Matavimo priemonės tipo įvertinimo ir patvirtinimo procedūra, nurodyta Taisyklių III ir V skyriuose, netaikoma, kai matavimo priemonės:

37.1. yra nesudėtingos konstrukcijos;

37.2. įeina į įrenginių sudėtį kaip pavienės sudedamosios dalys;

37.3. įeina į matavimo sistemų sudėtį, bet neturi įtakos suminei matavimo sistemos paklaidai.

38. Matavimo priemonėms, kurioms netaikoma tipo įvertinimo ir patvirtinimo procedūra, atliekama pirminė patikra.

39. Nesudėtingos konstrukcijos matavimo priemonių, kurioms netaikoma matavimo priemonės tipo įvertinimo ir patvirtinimo procedūra, sąrašas pateiktas Taisyklių 5 priede.

VII SKYRIUS

MATAVIMO PRIEMONIŲ PATIKRA. MATAVIMO PRIEMONIŲ PATIKROS, ATLIKTOS NE LIETUVOS RESPUBLIKOJE, PRIPAŽINIMAS

40. Matavimo priemonių patikrą atlieka Ūkio ministerijos paskirtosios įstaigos, vadovaudamasi matavimo priemonių patikros metodikomis ir (arba) gamintojo parengtomis matavimo priemonių naudojimo ir derinimo instrukcijomis, Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus įsakymais pripažintomis tinkamomis tam tikrų matavimo priemonių patikrai atlikti.

41. Matavimo priemonių patikrai naudojamos etaloninės matavimo priemonės turi būti kalibruotos. Jų matavimo tikslumas turi būti aukštesnis nei tikrinamų matavimo priemonių ir pakankamas matavimo priemonių atitikčiai matavimo priemonių patikros metodikų nustatytiems reikalavimams įvertinti.

42. Kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse ir EEE valstybėse atlikta matavimo priemonės periodinė patikra pripažįstama Lietuvos Respublikoje, jei ekonominės veiklos vykdytojas gali pateikti kompetentingų įstaigų, atlikusių periodinę patikrą, išduotą matavimo priemonės patikros

sertifikatą ar kitą lygiavertį dokumentą arba jeigu matavimo priemonės yra pažymėtos atitinkamais ženklais ir (arba) žymenimis.

43. Jeigu kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse ar EEE valstybėse matavimo priemonės pirminė patikra (EB pirminė patikra) neatlikta arba ekonominės veiklos vykdytojas negali pateikti tai patvirtinančių dokumentų, ekonominės veiklos vykdytojas turi kreiptis į paskirtąją arba paskelbtąją įstaigą ir užtikrinti, kad ši patikra būtų atlikta.

44. Kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse ir EEE valstybėse atliktas matavimo priemonės kalibravimas prilyginamas matavimo priemonės patikrai, jeigu Lietuvos Respublikoje ir kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse bei EEE valstybėse nėra galimybės atlikti teisei metrologijai priskirtos matavimo priemonės patikros ir laikomasi šių reikalavimų:

44.1. kalibravimą atliko akredituota įstaiga;

44.2. kalibravimo rezultatai atitinka gamintojo nustatytas matavimo priemonės metrologines charakteristikas.

45. Ne Europos Sąjungos valstybėse narėse ir EEE valstybėse atlikta matavimo priemonių patikra Lietuvos Respublikoje pripažįstama šiais atvejais:

45.1. kai dėl ne Europos Sąjungos valstybėse narėse ir EEE valstybėse atliktos matavimo priemonių patikros pripažinimo yra sudaryta Lietuvos Respublikos tarptautinė sutartis – šios tarptautinės sutarties pagrindu;

45.2. kai ne Europos Sąjungos valstybėse narėse ir EEE valstybėse kompetentingų įstaigų atliktos matavimo priemonės patikros dokumentus ir (arba) patikros žymenis teigiamai įvertina įstaiga, Lietuvos Respublikoje paskirta atlikti tokių matavimo priemonių patikrą – paskirtosios įstaigos išduotų dokumentų pagrindu;

45.3. kai ne Europos Sąjungos valstybėse narėse ir EEE valstybėse atliktą matavimo priemonių patikrą pripažino kitų Europos Sąjungos valstybių narių ar EEE valstybių kompetentinga įstaiga – šios įstaigos išduotų dokumentų pagrindu.

46. Ekonominės veiklos vykdytojas turi galėti pateikti teisinę metrologinę priežiūrą atliekančiai institucijai dokumentus, nurodytus Taisyklių 42 ir 45 punktuose, bei dokumentus, patvirtinančius matavimo priemonės kalibravimo atitiktį Taisyklių 43 punkto reikalavimams.

47. Matavimo priemonės pirminės patikros rezultatai galioja tiek pat laiko kaip ir periodinės patikros.

Laiko intervalus tarp matavimo priemonės periodinių patikrų nustato ūkio ministras.

48. Tuo atveju, jeigu, atlikus matavimo priemonės patikrą, matavimo priemonės patikros sertifikatas neišduodamas, laiko intervalo tarp patikrų pradžia nustatoma šiais būdais:

48.1. po pirminės matavimo priemonės patikros:

48.1.1. jei pirminės patikros žymenyje nurodomi tik 2 (du) paskutiniai pirminės patikros atlikimo metų skaitmenys, laiko intervalo tarp patikrų pradžia laikoma paskutinė nurodytų metų diena;

48.1.2. jei pirminės patikros žymenyje nurodomas pirminės patikros atlikimo ketvirtis ar mėnuo, laiko intervalo tarp patikrų pradžia laikoma paskutinė nurodyto ketvirčio ar mėnesio diena;

48.2. po periodinės matavimo priemonės patikros laiko intervalo tarp patikrų pradžia laikoma paskutinė patikros žymenyje nurodytų metų, ketvirčio ar mėnesio diena.

49. Jeigu matavimo priemonės matavimo intervalas yra ribotas, patikra gali būti atliekama tik pagal šį intervalą. Šis intervalas turi būti nurodytas matavimo priemonės patikros sertifikate.

50. Jeigu reikia atlikti atskiros matavimo sistemos elemento patikrą, turi būti atliekama ir visos matavimo sistemos patikra, išskyrus matavimo ir duomenų perdavimo sistemas, naudojamas su šilumos, karšto ir šalto vandens skaitikliais.

51. Matavimo priemonių arba matavimo sistemų, sudarančių vientisą objektą ir įrengiamų jų neišmontavus, pirminė patikra gali būti atlikta vienu etapu.

52. Kai matavimo priemonės arba matavimo sistemos tinkamą veikimą lemia sąlygos, kuriomis ji įrengiama ar naudojama, pirminė šios matavimo priemonės (matavimo sistemos) patikra atliekama dviem ar daugiau etapų. Paskutinis pirminės patikros etapas atliekamas matavimo priemonės įrengimo vietoje.

53. Laivų skysčių talpyklų patikra turi būti derinama su laivų remonto darbais. Laivų skysčių talpyklas pažeidus mechaniškai arba dėl kitų priežasčių pasikeitus talpų tūriui, joms turi būti atliekama neeilinė patikra.

54. Jeigu einamaisiais metais tam tikroje vietoje (vietovėje) dideliais kiekiais keičiami elektros energijos skaitikliai ir matavimo transformatoriai, prijungti prie šių skaitiklių, karšto ir šalto vandens skaitikliai butuose ir individualiuose namuose, membraniniai dujų skaitikliai, naudojami buitiniams reikmėms ir kurių dydis yra iki G6, kaip nurodyta Teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių grupių ir laiko intervalų tarp periodinių patikrų sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu, imtinai, šias matavimo priemones eksploatuojantis fizinis ar juridinis asmuo ar jų savininkas turi užtikrinti, kad visos matavimo priemonės kitų kalendorinių metų sausio 1 d. turėtų galiojančius patikros žymenis ir (arba) sertifikatus. Tokiu atveju, nepriklausomai nuo patikros žymenyje ir (arba) sertifikate nurodyto ketvirčio arba mėnesio, matavimo priemonių, kurių patikros laikas baigiasi einamaisiais metais, patikros rezultatai galioja iki einamųjų metų gruodžio 31 d.

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

55. Taisyklių 18.2 ir 45.1 papunkčiuose nurodytos Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys skelbiamos Ūkio ministerijos interneto svetainėje.

56. Asmenys, pažeidę Taisyklių reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

MATAVIMO PRIEMONIŲ ŽENKLINIMAS

I SKYRIUS

ŽENKLAI IR (ARBA) ŽYMENYS, PATVIRTINANTYS MATAVIMO PRIEMONIŲ, PATENKANČIŲ Į TECHNINIŲ REGLAMENTŲ, KURIE NUSTATO MATAVIMO PRIEMONIŲ PATEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS RINKAI IR PRADĖJIMO NAUDOTI SĄLYGAS, TAIKymo SRITĮ, ATITIKTIES ĮVERTINIMĄ

1. Matavimo priemonės, patenkančios į Matavimo priemonių techninio reglamento, patvirtinto Valstybinės metrologijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos direktoriaus 2006 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-31 „Dėl Matavimo priemonių techninio reglamento patvirtinimo“, taikymo sritį, ženklinamos „CE“ ženklu ir papildomu metrologiniu ženklu, kurį sudaro didžioji raidė „M“ ir du paskutiniai ženklo pritvirtinimo metų skaitmenys, įrašyti stačiakampyje (1 pavyzdys). Stačiakampio aukštis turi būti lygus „CE“ ženklo aukščiui. Papildomas metrologinis ženklas „M“ eina iš karto po „CE“ ženklo. Jeigu, vadovaujantis atitikties įvertinimo procedūromis, ant matavimo priemonės turi būti žymimas paskelbtosios įstaigos identifikavimo numeris, jis eina po „CE“ ženklo ir papildomo metrologinio ženklo „M“.

1 pavyzdys

CE

M 06

 XXXX

2. Svarstyklės, patenkančios į Neautomatinių svarstyklių techninio reglamento, patvirtinto Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2009 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. V-126 „Dėl Neautomatinių svarstyklių techninio reglamento patvirtinimo“, taikymo sritį, privalo turėti šiuos žymenis: „CE“ ženklą, šio ženklo ženklinimo metų du paskutinius skaitmenis ir paskelbtosios įstaigos identifikavimo numerį bei žalią (mažiausiai 12,5 x 12,5 mm) kvadratinį lipduką su išspausdinta juodos spalvos didžiąja raide „M“, žyminčią, kad neautomatinėms svarstyklėms atliktos atitikties įvertinimo procedūros (2 pavyzdys). Neautomatinės svarstyklės turi būti ženklinamos aiškiai sugrupuotais „CE“ ženklu ir šiame punkte nurodytais užrašais. Žalias lipdukas su raide „M“ nebūtinai turi būti vienoje eilutėje su kitais žymenimis.


2 pavyzdys

CE 06 XXXX

M

3. Mažinant ar didinant „CE“ ženklą, privalu laikytis 3 pavyzdyje su padalomis nustatytų proporcijų. Įvairios „CE“ ženklo sudedamosios dalys privalo turėti vienodą vertikalųjį matmenį, kuris negali būti mažesnis negu 5 mm.

3 pavyzdys



II SKYRIUS

ŽENKLAI IR (ARBA) ŽYMENYS, PATVIRTINANTYS MATAVIMO PRIEMONIŲ, PATENKANČIŲ Į KITŲ EUROPOS SĄJUNGOS DERINAMUOSIUS TEISĖS AKTUS ĮGYVENDINANČIŲ TEISĖS AKTŲ IR VALSTYBINĖS METROLOGIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS 2009 M. GEGUŽĖS 25 D. ĮSAKYMO NR. V-54 „DĖL EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVOS 2009/34/EB ĮGYVENDINIMO“, TAIKymo SRITĮ, EB MODELIO PATVIRTINIMĄ IR EB PIRMINĘ PATIKRĄ

4. Ženkilai, susiję su EB modelio patvirtinimu:

4.1. EB modelio patvirtinimo ženklas – stilizuota raidė „E“, kurios viršutinėje ženklo dalyje rašomos skiriamosios didžiosios raidės „LT“ ir paskutiniai du skaitmenys, nurodantys EB modelio patvirtinimo metus, o apatinėje ženklo dalyje – EB modelio patvirtinimą išdavusios paskelbtosios įstaigos identifikavimo numeris (4 pavyzdys).

4 pavyzdys



4.2. EB modelio riboto patvirtinimo ženklas (jeigu taikomi kituose Europos Sąjungos derinamuosiuose teisės aktuose nenumatyti EB modelio patvirtinimo būdai ir dėl tokio EB modelio patvirtinimo susitarta su kitų Europos Sąjungos valstybių narių ar EEE valstybių kompetentingomis institucijomis) – stilizuota raidė „E“ su šio priedo 4.1 papunktyje nurodytais įrašais ir prieš ją įrašyta tokio pat dydžio raidė „P“ (5 pavyzdys).

5 pavyzdys



4.3. Kai tam tikrai matavimo priemonių kategorijai, kuri atitinka kito Europos Sąjungos derinamojo teisės akto reikalavimus, pagal šį teisės aktą EB modelio patvirtinimo nereikalaujama, gamintojas, prisiimdamas atsakomybę, gali pridėti specialų ženklą, kurį sudaro stilizuota raidė „E“, pagal vertikalią ašį pasukta į kitą pusę, su šio priedo 4.1 papunktyje nurodytais įrašais (6 pavyzdys).

6 pavyzdys



4.4. Kai tam tikrai matavimo priemonių kategorijai, kuri atitinka kito Europos Sąjungos derinamojo teisės akto reikalavimus, pagal šį teisės aktą EB pirminės patikros nereikalaujama, gamintojas, prisiimdamas atsakomybę, ant tos kategorijos matavimo priemonių uždeda specialų ženklą, kurį sudaro į šešiakampį įrašyta stilizuota raidė „E“, su šio priedo 4.1 papunktyje nurodytais įrašais (7 pavyzdys).


7 pavyzdys



5. EB pirminės patikros žymuo susideda iš dviejų ženklų:

5.1. Pirmasis žymuo – raidė „e“, kurios viršutinėje dalyje rašomos skiriamosios didžiosios raidės „LT“, o apatinėje – patikrą atlikusio tikrintojo ar paskelbtosios įstaigos identifikavimo numeris (8 pavyzdys).

8 pavyzdys



5.2. Antrasis žymuo – šešiakampis, kuriame įrašomi du paskutiniai patikros metų skaitmenys (9 pavyzdys).

9 pavyzdys



5.3. EB dalinės patikros, kai EB pirminė patikra atliekama keliais etapais, žymenį sudaro šio priedo 5.1 papunktyje nurodytas žymuo. Jis kartu yra ir plomba.

5.4. EB pirminės patikros žymenų raidžių ir skaičių forma ir matmenys turi atitikti Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2009 m. gegužės 25 d. įsakyme Nr. V-54 „Dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/34/EB įgyvendinimo“ nurodytus reikalavimus.

III SKYRIUS

ŽENKLAI IR ŽYMENYS, PATVIRTINANTYS MATAVIMO PRIEMONIŲ, NEPATENKANČIŲ Į TECHNINIŲ REGLAMENTŲ, KURIE NUSTATO MATAVIMO PRIEMONIŲ PATEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS RINKAI IR PRADĖJIMO NAUDOTI SĄLYGAS, IR KITŲ EUROPOS SĄJUNGOS DERINAMUOSIUS TEISĖS AKTUS ĮGYVENDINANČIŲ TEISĖS AKTŲ TAIKymo SRITIS, TIPO ĮVERTINIMĄ, PATVIRTINIMĄ IR PIRMINĘ PATIKRĄ

6. Matavimo priemonės tipo įvertinimą ir patvirtinimą liudijantis ženklas formuojamas šiais būdais:

6.1. Matavimo priemonės, pagamintos Lietuvos Respublikoje, Lietuvos Respublikoje atliktą tipo įvertinimą ir patvirtinimą liudijantis ženklas formuojamas pagal 10 pavyzdį.

10 pavyzdys

LT $\frac{1 - XXXX}{YYYY}$ arba LT 1 – XXXX: YYYY, kur:

Raidžių junginys „XXXX“ – matavimo priemonės tipo registravimo Lietuvos matavimo priemonių valstybės registre eilės numeris.

Raidžių junginys „YYYY“ – kalendoriniai metai, kuriais buvo patvirtintas matavimo priemonės tipas.

6.2. Matavimo priemonės, pagamintos ne Lietuvos Respublikoje, Lietuvos Respublikoje atliktą tipo įvertinimą ir patvirtinimą liudijantis ženklas formuojamas pagal 11 pavyzdį.

11 pavyzdys

LT $\frac{2 - \text{XXXX}}{\text{YYYY}}$ arba **LT** 2 – XXXX: YYYY, kur:

Raidžių junginys „XXXX“ – matavimo priemonės tipo registravimo Lietuvos matavimo priemonių valstybės registre eilės numeris.

Raidžių junginys „YYYY“ – kalendoriniai metai, kuriais buvo patvirtintas matavimo priemonės tipas.

6.3. Matavimo priemonės tipo įvertinimą ir patvirtinimą liudijančio ženklo aukštis gali būti 2,5, 4, 6, 10, 16, 25, 40, 60 ir 100 mm.

7. Matavimo priemonės pirminės patikros žymens formą tvirtina teisinę metrologinę priežiūrą atliekančios institucijos vadovas.

IV SKYRIUS

MATAVIMO PRIEMONIŲ, NETURINČIŲ IDENTIFIKAVIMO ŽYMENŲ, TAČIAU NAUDOJAMŲ TEISINIO METROLOGINIO REGLAMENTAVIMO SRITYSE, ŽENKLINIMAS

8. Matavimo priemonės, gamintojo nepaženklintos identifikavimo žymenimis, tačiau naudojamos teisinio metrologinio reglamentavimo srityse, privalo būti ženklinamos šio priedo 13 punkte nurodytos struktūros identifikavimo žymenimis ir registruojamos šio priedo 12 punkte nurodytame žurnale.

9. Šio priedo 8 punkte nurodytas matavimo priemonės identifikavimo žymenimis ženklina ir registruoja paskirtosios įstaigos, atliekančios šių matavimo priemonių pirminę arba periodinę patikrą.

10. Priklausomai nuo matavimo priemonės dydžio, naudojimo sąlygų ir medžiagos, iš kurios ji pagaminta, šio priedo 8 punkte nurodyta matavimo priemonė ženklinama vienu iš šių būdų:

10.1. graviruojant identifikavimo žymenį;

10.2. įkalant identifikavimo žymenį;

10.3. užklijuojant identifikavimo žymenį;

10.4. užrašant identifikavimo žymenį nenuplaunamais dažais (žymekliu).

11. Ant matavimo priemonės nurodyti identifikavimo žymenys turi būti aiškiai matomi, lengvai įskaitomi ir neištrinami.

12. Šio priedo 8 punkte nurodyta matavimo priemonė, kuriai pirminės arba periodinės patikros metu suteikiamas identifikavimo žymuo, turi būti registruojama paskirtosios įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens patvirtintos formos matavimo priemonių identifikavimo žymenų registravimo žurnale. Šiame žurnale turi būti nurodyta: matavimo priemonei suteiktas identifikavimo žymuo, matavimo priemonės patikros ir ženklinimo identifikavimo žymeniu data, matavimo priemonės pavadinimas ir tipas. Šis žurnalas skirtingose paskirtosios įstaigos laboratorijose turi būti pildomas atskirai.

13. Matavimo priemonės identifikavimo žymens struktūrą sudaro: paskirtosios įstaigos atpažinimo ženklas, matavimo priemonės registracijos numeris, pradedant skaičiumi 1, ir laboratorijos, atliekančios konkrečios matavimo priemonės patikrą, identifikavimo numeris (skaičiai nuo 1 iki 9).

12 pavyzdys

A.X.Y arba AAA.X.Y, kur:

A arba AAA – paskirtosios įstaigos atpažinimo ženklai;

X – matavimo priemonės registracijos numeris (gali būti daugiaženklis);

Y – laboratorijos, atliekančios konkrečios matavimo priemonės patikrą, identifikavimo numeris.

14. Paskirtosios įstaigos, kurioms suteikti atpažinimo ženklai iš vienos ir iš dviejų–trijų raidžių, pačios pasirenka, kurį atpažinimo ženklą nurodyti matavimo priemonės identifikavimo žymenyje.

15. Paskirtoji įstaiga visoms matavimo priemonių patikrą atliekančioms laboratorijoms suteikia atskirus identifikavimo numerius ir užtikrina šių numerių atsekamumą.

Matavimo priemonių teisinio metrologinio
reglamentavimo taisyklių
2 priedas

(Prašymo patvirtinti matavimo priemonės tipą formos pavyzdys)

(juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė)

(kiti juridinio asmens rekvizitai, nurodyti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.44 straipsnyje, arba fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas)

Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai

**PRAŠYMAS
PATVIRTINTI MATAVIMO PRIEMONĖS TIPĄ**

20 m. _____ d.
(data)

Prašome patvirtinti šį matavimo priemonės tipą:

Informacija apie matavimo priemonės gamintoją:

Juridinio asmens pavadinimas

arba fizinio asmens vardas, pavardė: _____

Valstybė, kurioje gamintojas

yra įsisteigęs arba nuolat gyvena: _____

Gamintojo buveinės (veiklos vykdymo vietos)

arba gyvenamosios vietos adresas: _____

Telefono ir fakso numeris, el. pašto adresas: _____

Informacija apie matavimo priemonės tipą:

Matavimo priemonės tipas: _____

Modelis (modifikacija): _____

Taikymo sritis: _____

Matavimo ribos: _____

Leidžiamoji paklaida: _____

Aplinkos ir veikimo sąlygos: _____

Informaciją apie prašymo patvirtinti matavimo priemonės tipą tenkinimą arba atsisakymą tenkinti prašau pateikti (*tinkamą variantą pažymėti*):

☐ šiuo adresu: _____

☐ šiuo elektroninio pašto adresu: _____

PRIDEDAMA: (*įvardijami Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklių 20.2–20.6 papunkčiuose nurodyti dokumentai, kuriuos prideda prašymą patvirtinti matavimo priemonės tipą teikiantis asmuo*)

(Pareiškėjo arba jo įgalioto
asmens pareigos)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

**(Prašymo pratęsti matavimo priemonės tipo patvirtinimo sertifikato galiojimą formos
pavyzdys)**

_____ (juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė)

_____ (kiti juridinio asmens rekvizitai, nurodyti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.44 straipsnyje, arba fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas)

Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai

**PRAŠYMAS
PRATĘSTI MATAVIMO PRIEMONĖS TIPO PATVIRTINIMO SERTIFIKATO
GALIOJIMĄ**

20 m. _____ d.
(data)

Prašome pratęsti _____ išduoto matavimo priemonės tipo patvirtinimo sertifikato
(išdavimo data)
Nr. _____ galiojimą.
(numeris)

Informacija apie matavimo priemonės gamintoją:

Juridinio asmens pavadinimas

arba fizinio asmens vardas, pavardė: _____

Valstybė, kurioje gamintojas

yra įsisteigęs arba nuolat gyvena: _____

Gamintojo buveinės (veiklos vykdymo vietos)

arba gyvenamosios vietos adresas: _____

Telefono ir fakso numeris, el. pašto adresas: _____

Informacija apie matavimo priemonės tipą:

Matavimo priemonės tipas: _____

Modelis (modifikacija): _____

Taikymo sritis: _____

Matavimo ribos: _____

Leidžiamoji paklaida: _____

Aplinkos ir veikimo sąlygos: _____

Informaciją apie prašymo pratęsti matavimo priemonės tipo patvirtinimo sertifikato galiojimą
tenkinimą arba atsisakymą tenkinti prašau pateikti (*tinkamą variantą pažymėti*):

☐ šiuo adresu: _____

☐ šiuo elektroninio pašto adresu: _____

PRIDEDAMA: (įvardijami Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklių 26.2-26.3 papunkčiuose nurodyti dokumentai, kuriuos prideda prašymą pratęsti matavimo priemonės tipo patvirtinimo sertifikato galiojimą teikiantis asmuo)

(Pareiškėjo arba jo įgalioto
asmens pareigos)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Matavimo priemonės tipo įvertinimo ataskaitos formos pavyzdys)

(paskirtosios įstaigos pavadinimas)

TVIRTINU

(Paskirtosios įstaigos vadovas arba jo įgaliotas
asmuo)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)
20__ m. _____ d.

**MATAVIMO PRIEMONĖS TIPO ĮVERTINIMO
ATASKAITA**

(data) Nr. _____

**I SKYRIUS
BENDROJI DALIS**

1. Įvertinus matavimo priemonės tipą, bus išduotas šis dokumentas (*reikalingą variantą pažymėti*):

Matavimo priemonės tipo patvirtinimo
sertifikatas

☐

Matavimo priemonės tipo patvirtinimo
sertifikato Nr. ____ papildymas

☐

2. Informacija apie matavimo priemonę:

2.1. Matavimo priemonės pavadinimas:

2.2. Matavimo priemonės gamintojas (juridinio asmens pavadinimas, valstybė, kurioje yra
įsisteigęs, ir buveinės (veiklos vykdymo vietos) adresas arba fizinio asmens vardas, pavardė,
valstybė, kurioje nuolat gyvena, ir gyvenamosios vietos adresas):

2.3. Ekonominės veiklos vykdytojas, kreipęsis dėl matavimo priemonės tipo įvertinimo
(juridinio asmens pavadinimas ir buveinės (veiklos vykdymo vietos) adresas arba fizinio asmens
vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas):

2.4. Matavimo priemonės tipas:

2.5. Reikalavimus matavimo priemonės tipui nustatanti matavimo priemonės patikros

metodika ir (arba) gamintojo parengti techniniai dokumentai (toliau kartu – techniniai dokumentai):

II SKYRIUS PATEIKTI DOKUMENTAI IR BANDINIAI

3. Pareiškėjo pateikti dokumentai:

Eil. Nr.	Reikalavimai	Taip		Ne		Netaikoma
1.	Pareiškėjo prašymas					
2.	Pateikti visi Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklių 20.2–20.4 papunkčiuose nurodyti dokumentai					
3.	Bandiniai					

4. Kiti papildomai pateikti dokumentai:

III SKYRIUS MATAVIMO PRIEMONĖS TIPO ĮVERTINIMO METODAS

5. Matavimo priemonės tipo įvertinimo metodas, jeigu toks nurodomas bandymų programoje: _____

6. Kita papildoma informacija, susijusi su matavimo priemonės tipo įvertinimo metodu:

IV SKYRIUS MATAVIMO PRIEMONĖS TIPO ĮVERTINIMO REZULTATAI

7. Pateiktų bandinių serijiniai numeriai:

8. Pateiktų dokumentų, susijusių su bandiniais, sąrašas:

9. Matavimo priemonės tipo atitiktis techniniais dokumentais nustatytiems reikalavimams:

Eil. Nr.	Reikalavimai	Taip		Ne		Netaikoma		Galimas, taikytinas, atitinkantis, su apribojimais (reikalingą variantą įrašyti)
1.	Leidžiamosios paklaidos							
2.	Atkuriamumas							
3.	Pasikartojamumas							
4.	Skyra ir jautris							
5.	Patvarumas							
6.	Patikimumas							
7.	Tinkamumas							
8.	Apsauga nuo klautojimo							
9.	Ant matavimo priemonės							

	pateikiama ir pridedama informacija						
10.	Matavimo rezultato rodmenys						
11.	Tolesnis duomenų apdorojimas prekybos sandoriui						
12.	Tipo įvertinimas						
13.	Kiti reikalavimai:						

10. Bandinių ir techninių dokumentų atitiktis techniniais dokumentais nustatytiems reikalavimams:

Eil. Nr.		Taip		Ne		Netaikoma		Galimas, taikytinas, atitinkantis, su apribojimais (<i>reikalingą variantą pabraukti</i>)
1.	Bandinių ir techninių dokumentų atitiktis							

V SKYRIUS TAIKYTINOS BANDYMŲ ATASKAITOS

11. Bandinio serijinis numeris:

Eil. Nr.	Bandymų ataskaitos pavadinimas ir numeris	Ataskaitos rengėjas	Data

12. Patvirtinimas, kad atliekant bandymus naudotos pagalbinės detalės (įtaisai) arba modifikacijos neturėjo įtakos sprendimams dėl matavimo priemonės tipo atitikties techniniais dokumentais nustatytiems reikalavimams:

VI SKYRIUS PASTABOS

13. Atlikus matavimo priemonės tipo įvertinimą, teikiamos šios pastabos:

VII SKYRIUS IŠVADOS

14. Atlikus matavimo priemonės tipo įvertinimą, teikiamos šios išvados:

Eil. Nr.	Išvada	
1.	Matavimo priemonės tipas visiškai atitinka techniniais dokumentais nustatytus reikalavimus be specialių reikalavimų, sąlygų, apribojimų	
2.	Matavimo priemonės tipas atitinka techniniais dokumentais nustatytus reikalavimus su tam tikrais reikalavimais, sąlygomis, apribojimais (<i>nurodomi konkretūs reikalavimai, sąlygos, apribojimai, jeigu jie nustatyti</i>):	
3.	Matavimo priemonės tipas neatitinka techniniais dokumentais nustatytų reikalavimų (<i>nurodomos konkrečios neatitiktį patvirtinančios priežastys</i>):	

15. PRIDEDAMA: (*pateikiamas pridedamų dokumentų sąrašas*)

(Atsakingo asmens pareigos)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

**NESUDĖTINGOS KONSTRUKCIJOS MATAVIMO PRIEMONIŲ, KURIOMS
NETAIKOMAS TIPO ĮVERTINIMAS IR PATVIRTINIMAS,
SĄRAŠAS**

1. Ilgio matai, naudojami medienos ir žemės naudmenų matavimams (netaikoma rąstų matavimo sistemoms ir į techninių reglamentų, nustatančių matavimo priemonių pateikimo Lietuvos Respublikos rinkai ir pradėjimo naudoti sąlygas, taikymo sritis patenkantiems ilgio matams).
 2. Matavimo sietai.
 3. Nivelyrai, teodolitai, tolimačiai.
 4. Automobilų žibintų reguliavimo prietaisai.
 5. Geležinkelio kelio vėžės pločio matavimo priemonės.
 6. Gylmačiai, naudojami automobilų padangų protektoriaus gyliui matuoti.
 7. Dinamometrai ir dinamometriniai raktai.
 8. Manometrai.
 9. Barometrai.
 10. Traukomačiai.
 11. Automobilų stabdžių parametrų matavimo stendai.
 12. Oro (dujų) greičio matavimo priemonės (statiniai Pito vamzdeliai, mechaniniai, ultragarsiniai anemometrai, termoanemometrai).
 13. Skysčių, garų, dujų ir šilumos energijos diafragminių matavimo sistemų diafragmos.
 14. Techniniai saikikliai, įskaitant techninius saikiklius su termometrais.
 15. Laboratoriniai tūrio matavimo indai (kolbos, cilindrai, pipetės, biuretės, menzūros, mėgintuvėliai).
 16. Skysčių automobilinės talpyklos.
 17. Stūmoklinės tūrio matavimo priemonės (pipetės, biuretės, dozatoriai).
 18. Skysčių talpyklos, įskaitant skysčių talpyklas, esančias laivuose.
 19. Pieno šaldytuvai – talpyklos su metrolazde arba liniuote ir termometru.
 20. Siaurinantieji įrenginiai (įtaisai) skysčio srauto matavimui atviruose kanaluose (Venturi, Kafagi-Venturi, Paršalio ir panašaus tipo latakai atviriems kanalams).
 21. Tankio matavimo priemonės (stiklinės) (išskyrus spiritometrus ir alkoholio areometrus).
 22. Drėgmėmačiai, oro temperatūros ir drėgmės matavimo priemonės.
 23. Klampos matavimo priemonės (stiklinės).
 24. Pieno riebumo ir baltymų kiekio matavimo priemonės (stiklinės).
 25. pH matuokliai.
 26. Rotometrai, oro paėmimo aspiratoriai.
 27. Automobilų stiklų skaidrumo matavimo priemonės.
 28. Termometrai, išskyrus termometrus, naudojamus su šilumos skaitikliais.
 29. Apšviestumo matavimo priemonės.
 30. Refraktometrai.
 31. Poliarimetrai.
 32. Elektros parametrų matavimo replės.
 33. Sekundmačiai.
-